

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	24.6.25

_____ **X** מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095088795	CSCS V3 MAS800 DESKTOP SYSTEM
3	1040033532	מסך 22 אינץ'
2	1040022782	BED VIEW LICENSE - 1 BED

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 ביוני 2025
מספרנו : הנ"ר/2025-0188

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: אגף כירורגי + ח.נ – חו"ד לרכישת תחנות ניטור מרכזיות CENTRAL STATION תוצרת GE.

במספר אתרים בביה"ח קיימות תחנות ניטור מרכזיות תוצרת GE המצריכות החלפה בדחיפות עקב התיישנות ואי תמיכת יצרן. המשמעות היא כי תקלה בהן עלולה להשבית יכולת העברת נתונים לגיליון החולה הממוחשב ולשבש את פעילות מערכות הניטור באותם אתרים.

כמו כן, לתחנות אלו המבוססות על מערכת ההפעלה WINDOWS XP קיימות בעיות חמורות מהיבט אבטחת מידע.

על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה, נדרשת החלפה של התחנות הישנות בתחנות בגרסה חדשה ועדכנית של GE, דגם CS.

התקבלה הצעת חברת "לבנט טכנולוגיות" לרכישת הנדרש בהתאם לפירוט שלהלן :

אגף כירורגי

- כירורגית מתחם א' - תחנה + 8 רישיונות – הצעה מס' PQ25L01255 פריטים 1-12, 17.
- כירורגית מתחם ד' - תחנה + 8 רישיונות – הצעה מס' PQ25L01255 פריטים 1-12, 17.
- תוספת 2 רישיונות עבור תחנה בכירורגית מתחם ב' – הצעה מס' PQ25L01255 פריט 13.
- תוספת 4 רישיונות עבור תחנה בכירורגית מתחם ג' – הצעה מס' PQ25L01255 פריט 15.

חדר ניתוח

- התאוששות ניתוחי יום - תחנה + 4 רישיונות – הצעה מס' PQ25L01368
- התאוששות אשפוז יום גניקולוגי - תחנה + 12 רישיונות – הצעה מס' PQ25L01367

מערכות הניטור בכל האתרים המצוינים לעיל הינן מתוצרת GE ולכן על מנת לחבר התחנות החדשות למערכות הקיימות, מחויב לרכוש הנדרש מיצרן המוניטורים. אין יכולת לחלופה מכל סוג שהוא.

בהתאם לכך, יש לראות ביצרן GE באמצעות נציגו ספק בלעדי לרכישה זו, על כל המשתמע מכך.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : גב' לירון דניאלי
מהנדס רפאל גירסי
מר גדעון קדוש