

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	25/06/25

_____ X מדינת ישראל קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095088969	I STAT ELECTRONIC EXTERNAL SIMULATOR
1	1095088944	I-STAT ANALYZER (NO GLU. PORT)

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$23,550 + מע"מ

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

18 ביוני 2025
מספרנו: הני"ר/0182-2025
תיק: 1128-5

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: אגף מעבדות/מגה-לאב – חו"ד לרכישת מכשיר Blood Analyzer.

1. נדרשת רכישה דחופה של המכשיר שבנדון בכמות 1 יח' עבור מגה-לאב.

2. הדרישות מהמערכת:

- א. מכשור ידני נייד Point of Care Testing
- ב. מותאם לביצוע מגוון בדיקות קליניות כולל גזים בדם (Blood Gases), אלקטרוליטים, קרישה, כימיה בסיסית, ולמסמנים קרדיאליים.
- ג. טעינת דגימת דם בנפח מזערי (איסוף 2-3 טיפות)
- ד. זמן תגובה קצר – כ- 2-3 דקות לקבלת תוצאות.
- ה. תומך בממשק למערכות מידע קליניות לצורך תיעוד תוצאות בדיקות.

3. קיימות בשוק שתי חלופות רלוונטיות לביצוע בדיקות POC:

- דגם i-STAT 1 ANALYZER תוצרת Abbott
- דגם EPOC תוצרת Siemens

מבין החלופות הדגם i-STAT 1 ANALYZER כולל את כל מגוון הבדיקות הדרוש (מפורט בסעיף ב'). להבהיר כי הדגם המתחרה כולל בדיקות גזים בדגם ואלקטרוליטים ולכן לא מספק את הכיסוי האנליטי הדרוש.

הדגם i-STAT קיים בשימוש בפועל במרכז הרפואי, משמש לבדיקות POC במחלקות פגים, יונקים ובמחלקות נוספות ונמצא עונה לכל הדרישות הקליניות.

מהנימוקים המתוארים לעיל, יש לראות ביצרן Abbott באמצעות נציגותו המקומית חברת "רניוס", ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שניתנה ע"י החברה.

צבירה
מיטל בסטרי-גסס
מהמחלקה ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתיקים: דר' דן דומיניסיני

- דר' רם דולמן
- דר' קרן אסרף
- דר' אלכסנדר ויסוקובסקי
- מר משה חמד
- מר מאיר משה
- מר ליאור אדלמן
- גבי ענת מימון
- גבי מאיה מועלם-מולה