

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	20/02/25

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095090700	MYRO

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	50,967 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 בפברואר 2025
מספרנו: הני"ר/0047-2025
תיק: 1113

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ביה"ח השיקומי/ריפוי בעיסוק –
חו"ד לרכישת מערכת ממוחשבת לשיקום מוטורי וקוגניטיבי.

נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יח' עבור יחידת ריפוי בעיסוק.

מדובר במערכת ממוחשבת מבוססת משטח מולטי-סנסורי לתרגול מוטורי של גפיים עליונות כולל טווחי תנועה ובשילוב תרגול קוגניטיבי באמצעות משימות אינטראקטיביות וכך אובייקטים פיזיים.

המערכת מורכבת ממסך מגע המותקן ע"י שולחן נייד מתכוונן ותוכנה מובנית עם מגוון רחב של אפשרויות טיפול, ביניהן, טיפול בליקויים בתפקוד המוטורי, ריכוז, קשב סלקטיבי, תפיסה חזותית-מרחבית ותפיסה מרחבית.

המערכות הקיימות כיום בשיקום (3 יח') הינן מדגם MYRO תוצרת חברת Tyromotion, הפעולות לשיעור רצון הצוותים הרפואיים ועונות לכל צרכיהם.

להנדסה רפואית ולגורמים הקליניים מוכר רק דגם אחד מתחרה המשווק בארץ – דגם ReaTouch תוצרת חברת Axinesis, המשווק ע"י חברת "חגי מכשור רפואי". המערכת נבחנה ע"י צוות המטפלים ונפסלה מהנימוקים העיקריים הבאים:

מכשיר ReaTouch אינו מאפשר ביצוע תרגילי Pinch, Push, Pull, Grip, Grasp. תרגולים אלה קיימים במערכת MYRO והינם הכרחיים לצרכים הטיפוליים במחלקות השיקום. הדרישה הינה למערכת המאפשרת שילוב של כלל יכולות התרגול במערכת אחת מטעמי אחידות המדידות, הצגת כלל הנתונים בדו"ח יחיד באופן המאפשר מעקב יעיל אחר קצב התקדמות המטופל, נוחות השימוש והתפעול.

בהתאם לאמור לעיל, יש לראות ביצרן Tyromotion באמצעות נציגתו המקומית חברת "בפקס", ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
מיקל ביסטרי-גסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גבי עינב גוטרמן
גבי אורלי בר
גבי אפרת פויכטונגר
מר יוגב קציר