

תאריך: 15 ספטמבר 2025

ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נושא ההתקשרות	רכש הליכון TREADMILL טיפולי למכוני הפיזיותרפיה
שם הספק:	בפקס בע"מ
מספר ח.פ של הספק	510512841 מספר ספק מרכבה 40149980
ספק זה הנו: (לציין ספק יחיד או ספק חוץ)	ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות (כולל מע"מ)	40,356 אירו, כולל מע"מ.
תקופת ההתקשרות המבוקשת (לציין מתאריך ועד תאריך)	מיום האישור עד 31.12.2026
האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר (לציין כן או לא)	לא
מס' סעיף תקציבי	07700250 מ"ק 310004211 משימה 145111
מסמכים שיש לצרף לבקשה זו: 1. טופס הצעת מחיר הרלוונטי לנושא ההתקשרות עם הספק. 2. טופס הצהרת בלעדיות / ספק יחיד מאת הספק. 3. היסטוריית סכומי ההתקשרות עם הספק הנדרש (כספק יחיד ולא במסגרת מכרז) בכל שנה במהלך השנים האחרונות (מצ"ב נספח א').	

תיאור מהות ההתקשרות ונימוקים כי הספק הוא ספק יחיד (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/ עבודה) בתהליך שיקומי נדרש בחלק מהמקרים שימוש בהליכון TREADMILL טיפולי. TREADMILL טיפולי בניגוד לTREADMILL רגיל המצוי בכל חדר כושר מאופיין ב: 1. ידיעות (מקבילים) לכל אורכו. 2. הליכה במהירויות נמוכות. 3. הליכה אחורה. 4. מאפשר שיפוע קידמי (תרגול הליכה במדרון) 5. מאפשר שיפוע אחורי (תרגול הליכה בעליה) 6. גובה ההליכון נמוך מאד ביחס לרצפה, גובה המסלול- 12 ס"מ מהרצפה- נגישות למטופלים אקוטיים
--

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד



מחלקת רכישות

שרות בתי הסוהר

7. מהירות 0.4 עד 18 קמ"ש- מתאים לשיקום בשלבים ההתחלתיים ועד שיקום לספורטאים
8. כיוון חשמלי של המעקות- חיסכון בזמן, התאמה למטופל
9. מבדקים שונים כגון 6MWT
10. אפשרות להליכה של מטופל + מטפל יחד- עד 235 ק"ג

יש צורך ברכש שני מכשירי **TREAD MILL** למכון הפיזיותרפיה במר"ש ובמרפאת המומחים באש"ל

רת"ח מקצועות הבריאות פנה לחברות המובילות בישראל המייבאות ציוד שיקומי:

- חברת טופ טק
 - חברת דין דיאגנוסטיקה
 - חברת בפקס
- התקבלו שלושה (3) מפרטים טכניים של המוצרים.

השוואה בית ה-RTEADMILL


דין דיאגנוסטיקה	טופ טק	בפקס	
•	•	•	ידיות תמיכה לכל אורך ההליכון
•		•	אפשרות להתאמת גובה ידיות התמיכה לגובה המטופל
•		•	הליכה במהירות נמוכה
•		•	הליכה אחורה
•	•	•	שיפוע קידמי
•		•	שיפוע אחורי
		•	אפשרות של הליכת מטופל + מטפל יחד עד 235 ק"ג
		•	ביצוע מבדקים "עודיים" כמו 6MWT
•		•	גובה הליכון נמוך ביחס לרצפה

בחינה והשוואה:

1. רק להליכון של חברת בפקס יש את המנגנונים הבאים:
 - אפשרות להתאים גובה ידיות התמיכה.
 - יכולת ללכת בשיפוע קידמי.
 - יכולת של מטפל ללכת עם המטופל בזמן הטיפול.

סיכום

2. רק ההליכונים של חברת בפקס וחברת דין דיאגנוסטיקה מתאימים לשיקום.
3. רק ה-TREADMILL של חברת בפקס מאפשר התאמת גובה הידיות והליכה בשיפוע קידמי.
4. תכונות אלו קריטיות להגברת הבטיחות של המטופל בעת ההליכה על ה-TREADMILL.
5. מערך הרפואה מבקש לאור הבדיקות שערך לאשר רכש של שני הליכונים מסוג TREADMILL
6. מערך הרפואה מבקש לרכוש שני (2) הליכונים.



חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

03.04.2022	חתום במקור	גנ"מ ד"ר ליאב גולדשטיין	רפואה	שב"ס
תאריך	חתימת ראש המחלקה המקצועית	שם ראש המחלקה המקצועית	שם המחלקה	שם המשרד

נספח א'

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד