

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	30/10/25

_____ **X** **מדינת ישראל** **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040034084	שדרוג מע' TRUEBEAM לגרסה 4.1

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מרפאל ג'רסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	ואריי
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	515862670
מספר ספק בשיבא	102040
ספק זה הינו:	_____ ☒ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$1,540,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

[illegible]

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

רפאל ג'רסי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

28 באוקטובר 2025
מספרנו : 0303-2025
תיק : 7002-1

לכבוד
גב' ורד קצ'רינסקי
מח' רכש

הנדון : מכון קרינה/רדיותרפיה – חו"ד לשדרוג מאיץ קווי תוצרת VRIAN

בשימוש יח' הרדיותרפיה בחדר 4 מאיץ קווי מדגם TRUEBEAM STX, מס' סידורי 3487 מתוצרת **VRIAN** שנציגו בארץ חברת Varay.

גירסת תוכנת להפעלת המאיץ המכשיר כיום הינה 2.7 ונדרש לשדרגה לגירסה 4.1 השדרוג כרוך בשדרוג החומרה בהתאם.
השדרוג כולל אחזקה ושרות עבור התוכנה כולל שדרוג עתידי למשך 7 שנים מיום ההזמנה.

רצ"ב הצעת מחיר חברת VARY לשדרוג המבוקש הכולל שדרוג חומרה ותוכנה.

לא ניתן לבצע השדרוג ע"י ספק אחר מלבד חברת VARAY המייצגת את היצרן VARIAN ולן יש לראות בספק כספק יחיד.

בברכה,

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : דר' מעוז בן איון
מהנדס ג'רסי רפאל