

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	06/07/25

___X___ מדינת ישראל **קון מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ___ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085841	FUS6884 LUMIFY S4-1 TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת יצחק אלורו

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? **___** כן **___X___** לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

___X___ טובין **___** שירותים **___** ביצוע עבודה

שם הספק:	עמוס גזית בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	___√___ ספק יחיד ___ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	74,900 יורו + מע"מ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

יצחק אלורו	מהנדס ביו-רפואה	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

ז' תמוז תשפ"ה
3 יולי 2025
מספרנו: הני"ר/0205-2025
תיק: 7015

לכבוד
גב' ורד קצ'רגינסקי
מח' הרכש

הנדון: בי"ח שדה – חו"ד לרכישת ניידת צילום

נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יח' עבור ביה"ח שדה לרפואת אסונות וסיוע הומניטרי.

להלן הדרישות לניידת הצילום:

- מכשיר רנטגן דיגיטלי (DR) מותאם לתנאי שטח.
- בעלת גלגלים ייחודיים להעברה קלה בשטח.
- בעלת הספק מעל 4 kW.
- ללא מנגנון הנעה חשמלית.
- ניתנת לאחסון נוח והובלה קלה.
- מסופקת עם ארגז נייד ייעודי מוקשח לאחסון והגנה בזמן מעבר בין מתקנים.

נעשתה עבודה בשיתוף נציגי מערך הרנטגן בבית החולים ונבחנו הדגמים הבאים:

- דגם Movix 8E+ תוצרת Stephanix באמצעות חברת "עמוס גזית". המכשיר עומד בדרישות מכיוון שיש לו גלגלים פנאומטיים המתאימים לשטח, אין לו מנגנון הנעה חשמלית, ניתן לאחסן אותו בקלות בתוך ארגז נייד ייעודי מוקשח והוא בעל הספק של 8 kW המאפשר מגוון צילומים הכולל בית חזה לכל סוג מטופל (מבנה גוף דק עד שמן), עמוד שדרה, אגן וכו'.
- דגם MobileDaRt Evolution MX8v תוצרת Shimadzu באמצעות חברת "דינקו" ודגם DRX-Revolution תוצרת Carestream באמצעות חברת "DMS": המכשירים ניידים ומתאימים לנייד בתוך מבנה בית חולים אך אינם מתאימים לשטח מפני שהגלגלים אינם פנאומטיים, מנגנון ההנעה היינו חשמלי ואין אפשרות אחסון של המערכת בארגז ייעודי להובלות קלות.
- דגם FDR Xair תוצרת Fudjifilm באמצעות חברת "דינקו". המכשיר בעל גלגלים קטנים מאוד ואינם מתאימים לכל תנאי שטח. בנוסף, ההספק נמוך (0.45 kW) ומתאים רק לסוג צילומים שאינם מצריכים קרינה גבוהה (צילומי חזה ואורתופדיה קלה לילדים).

עפ"י הנ"ל, דגם Movix 8E+ תוצרת Stephanix הוא הדגם המתאים ביותר לדרישות בית חולים שדה.

התקבלה הצעת חברת "עמוס גזית" מס' 250341205 לרכישת הדגם Movix 8E+, אותה יש לממש במלואה.

מהנימוקים המצוינים לעיל, יש לראות בחברת Stephanix, באמצעות הנציג בישראל "עמוס גזית" ספק בלעדי לרכישה זו.

בברכה,
יצחק אלור
מהנדס ביו-רפואה
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: ד"ר שחר שפירא
פרופ' אלחנן בר-און
מר סלים בדר
מר דוד בנית
מר צחי פפיסמדוב
מהנדס רפאל גירסי