

אל: ועדת המכרזים / ועדת פטור
תאגיד הבריאות זיו
כאן

משרד:	
יחידה מזמינה:	מעבדה גנטית
תאריך:	7.1.26

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / ☐ (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
חוזה שירות לת שנתי למכשיר Genetic Analyzer 3500 מס' רניום 9365
החוזה כולל – חלקי חילוף מקוריים, שעות עבודה ונסיעה, שדרוג תוכנות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☐ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☐ ביצוע עבודה

X שירותים

☐ טובין

שם הספק:	רניום
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511642449
ספק זה הנו:	X ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	330,990 אש"ח
תקופת ההתקשרות:	3 שנים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

מכשיר Genetic Analyzer 3500 מתוצרת ABI הינו רכוש המרכז הרפואי ומצוי במעבדתנו מזה כ-13 שנה, הינו תשתית קריטית לביצוע הבדיקות הקליניות של 5 השיטות הבאות:

1. בדיקת **FRAX**
2. בדיקת **MPLA – דושן – SMA**
3. בדיקות ריצוף בשיטת **SANGER**
4. בדיקה המטאונקולוגית **CALR**
5. בדיקת שלילת זיהום אימהי באבחונים טרום לידתיים.

המכשיר עובד באופן רציף 5 ימים בשבוע ללא הפסקה, גם בשעות הלילה ולכן חשוב מאד לתחזק אותו.

חברת רניום היא הנציגה הבלעדית/היצרנית המורשית בישראל, והיא היחידה בעלת גישה לתוכנות הדיאגנוסטיקה הפנימיות הנדרשות לכיול עמוק של המערכת. כמו כן דואגת לתחזוקת המכשיר ודואגת, במידת הצורך, לחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש בחלקים שאינם מקוריים או כאלו שלא עברו בקרת איכות של היצרן עלול להוביל לסטייה בתוצאות הגנטיות, לפגיעה באמינות הבדיקות ואף לנזק בלתי הפיך למערכת האופטית.

כמעבדה המחויבת לתקני איכות מחמירים) כגון ISO 15189 או הסמכות משרד הבריאות, (אנו נדרשים להוכיח כי כל פעולת תחזוקה מתבצעת על ידי גורם מוסמך.

הסכם שירות תלת-שנתי: הסכם ארוך טווח יבטיח זמינות חלפים גבוהה, זמני תגובה מהירים לתיקון תקלות וביצוע טיפולי מונעים שוטפים, המפחיתים את הסיכון להשבתת המעבדה.

סיכום והמלצה

לאור המורכבות הטכנולוגית והעובדה כי אין גורם אחר בישראל המורשה או מסוגל לספק מענה טכני מקיף ומוסמך למכשיר ה-Genetic Analyzer שברשותנו, אני ממליצה לאשר את חברת רניום כספק יחיד ולחתום על הסכם השירות התלת-שנתי. החלטה זו תבטיח את איכות התוצאות, שמירה על ערך הנכס ורציפות עבודת המעבדה.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 מוראני אלהאם מ.ר. 13089-11 מנהלת מעבדה גנטית מרכז רפואי יז צפת	מנהלת המעבדה הגנטית	אלהאם מוראני
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית