



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	30.12.25

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
הצבת מכשיר דיאגנוסטי MEMED-KEY לביצוע בדיקה ייחודית MEMED-BV להבחנה בין זיהום ויראלי לחיידקי, המודדת מספר חלבונים שערכיהם מוכנסים לאלגוריתם ומתקבלת תוצאה אינדיקטיבית למאפייני הזיהום.
המכשיר וערכת הבדיקה פותחו על ידי חברת מימד והם היחידים שמספקים בדיקה מסוג זה. ביצוע הבדיקה נעשה בדם מלא, באופן אוטומטי, על ידי שימוש במתכלה חד פעמי המכיל את כל החומרים הנדרשים. תוצאה מתקבלת תוך 15.5 דקות.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☒ טובין ☐ שירותים ☐ ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 511642449
ספק זה הנו:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	750,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	31.12.30 – 01.01.26

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

בתוקף מיום: 01.01.2009	שם המאשר: ליאור אגאי תפקיד המאשר: מנהל מינהל הרכש	עמוד 1 מתוך 2
------------------------	--	---------------

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

הבדיקה היא בדיקה יחידה מסוגה- מולטיפרמטרית בתוספת אלגוריתם להבחנה בין זיהום ויראלי לבקטריאלי.
זו הבדיקה היחידה שמודדת מספר חלבונים ומספקת אינדיקציה לסוג הזיהום, שניים מהחלבונים חדשים וייחודיים בתחום הדיאגנוסטיקה.
במספר מחקרים קליניים אשר פורסמו בכתבי עת נחשבים נעשתה השוואה בין מידת הדיוק של הבדיקה ביחס
לבדיקות שונות, אשר קיימות בפרקטיקה היום (אף אחת מהן אינה משלבת מדידות של מספר חלבונים או נותנת הנחיה בדבר האבחנה בין זיהום ויראלי לבקטריאלי), ונמצאה בעלת אחוזי דיוק גבוהים משמעותית.
הבדיקה עברה תהליכי אישור בבית החולים ומבוצעת כיום במעבדה, תחת הסכם מאושר.
המכשיר מאפשר קבלת תוצאה מהירה עוד בזמן שהחולה נמצא בחדר המיון ולאפשר שימוש מושכל באנטיביוטיקה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר מענית שפירא	מנהלת אגף המעבדות ומעבדה המטולוגית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה