

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

10 במרץ 2026  
מספרנו: הני"ר/2026-0104  
תיק: 7015

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: דימות/רנטגן – חו"ד מסך תצוגה של מערכת אנגיו ARTIS Q BIPLANE תוצרת SIEMENS.

במערכת ARTIS Q BIPLANE שבחדר אנגיו נוירו מס' 13, ניזוק מסך תצוגה (מס"ד יצרן 10000001829). המסך הושבת עקב אי יכולת תיקון.

עבור המערכת נדרשת רכישה של מסך חלופי. היות ומדובר בפריט ייעודי למערכת הקיימת מתוצרת SIEMENS, ניתן להזמין מנציגת היצרן בארץ בלבד, חברת "סימנס ישראל". מדובר במסך התצוגה הראשי של מערכת ה-ARTIS, אשר מיועד לקבל ממנה סיגנלים בזמן אמת, תוך כדי פעולה וכן ממערכת ה-PACS אליה מקושרת מערכת הצנתורים.

בהתאם להנ"ל, יש לראות בחברת "סימנס ישראל" ספק יחיד לרכש.

רצ"ב הצעת המחיר אשר ניתנה ע"י החברה, אותה יש לממש במלואה.

בברכה,  
מוזל ויסטריפסח  
מהנדסת ביו-רפואה  
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: מר צחי פפיסמדוב  
גבי חופית צדוק