

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

5 באוגוסט 2026
מספרנו : הני"ר/0272-2026
תיק : 1130-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון : מכון גסטרו – חוו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ תוצרת OLYMPUS.

מכשיר וידאו-קולונוסקופ דגם CF-H185 (מס"ד 2772843) מתוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

המכשיר המדובר הינו חלק ממערכת קיימת המאפשרת ביצוע קולונוסקופיה אבחונית וטיפולית, תוך צפייה בזמן אמת, תיעוד וזיהוי מדויק של ממצאים פתולוגיים במעי הגס ובמקטע הסופי של מעי הדק.

רצ"ב הצעת החברה לרכישת הדגם המחליף, CF-HQ1100DL בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

המכשור מהסוג הנ"ל במכון גסטרו מבוסס על תוצרת OLYMPUS ומתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת OLYMPUS, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית חברת "מדטכניקה" ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,
אליה רפאלוב סמיה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים : מר יוגב קציר
גב' חופית צדוק