

משרד:	הבריאות בי"ח שיבא
מחלקה מבקשת	210782704 מרפ. שיבא ביונד
תאריך:	24/08/2026

חברה (סוג תקציב): שיבא תאגיד
אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2

מק"ט	תיאור פריט
14001776	שרות קבלת שירות רפואי

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
מספר הבקשה: 20000872 - אשפוז ביתי - "בית חולים עד הבית"

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)
☐ טובין ☒ שירותים ☐ ביצוע עבודה

שם הספק:	שח"ל שרותים רפואיים
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה:	IL511149874
מספר ספק בשיבא:	1007588
ספק זה הינו:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	ILS 650,000.00
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

במסגרת ההיערכות לאשפוז בית קרדיאלי, נדרש פתרון למדידה וניטור רציף של מדדים חיוניים, לרבות ניט א.ק.ג. lead-12, לחץ דם, סטורציה, טמפרטורה, דופק וקצב נשימה.

לאחר בחינה מקיפה של החלופות הקיימות בשוק הישראלי והבינלאומי, עולה כי מערכת הניטור של שח"ל היחידה העונה על דרישות אלו לאשפוז ביתי קרדיאלי:

ניטור רציף 24/7 – המערכת מאפשרת ניטור רציף ובזמן אמת של כלל המדדים, ומספקת התראות אוטומט חריגות בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים.

מכשור חדשני – המערכת כוללת מכשיר רב-ערוצי, בעל יכולות מדידה מתקדמות ואינטגרציה מלאה, בדגש ניטור א.ק.ג. lead-12 מרחוק – דרישה קרדיאלית קריטית שאין לה מענה במערכות אחרות.

המערכת תומכת בשליטה מרחוק, דיווח אוטומטי לצוות המטפל והפעלת מוקד ייעודי הזמין 25/7 המאויש ע אחיות ורופאים, ובהתאם לדרישות אשפוז בית.

יבואן יחיד – חברת שח"ל היא היבואן הבלעדי והמוסמך של מערכת זו בישראל; פנייה לספק אחר אינה אפ

היעדר חלופות – בבחינת השוק, לא נמצאו מערכות אחרות המאפשרות שילוב כל המדדים הנדרשים (א.ק.ג. lead רציף, לחץ דם, סטורציה, טמפרטורה, דופק ונשימה) לצורך אשפוז ביתי קרדיאלי לפי פרוטוקולים רפואיים מקובלים. המערכות המתחרות מספקות רק חלק מהמדדים או אינן עומדות ברמת דיוק ובקריטריון ניטור 24/7.

לסיכום:

מכל הסיבות הנ"ל, מערכת הניטור של שח"ל היא הפתרון היחיד ההולם את הדרישות הרפואיות, הטכנולוג והרגולטוריות של אשפוז בית קרדיאלי. לאור הייחודיות הטכנולוגית שלה והיות שח"ל יבואן יחיד, מבוקשת

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

גורם מקצועי (עובד)	תפקיד של הגורם המקצועי	חתימה
פ פ		