

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

7 במאי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0118
תיק: 7006-3, 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון הלב/צנתורים – חו"ד לרכישת מתמר למכשיר אולטרסאונד תוצרת Philips.
מייל מיום 19.02.2023

נדרשת רכישה של מתמר אולטרסאונד מסוג transesophageal echocardiogram בכמות של 1 יחידות עבור יחידת הצנתורים.

מכשיר האולטרסאונד הנמצא בשימוש ביחידה הוא Philips EPIQ CVX 3D תוצרת Philips מספר ME0109094.

המתמר המתאים הינו מתמר TEE מדגם X8-2T תוצרת Philips

רצ"ב הצעת חברת מדטכניקה מס' 232500316 לרכישת המתמר הדרוש.
למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למכשיר האולטרסאונד הקיים מרכיבים מתוצרת יצרן אחר שאינו Philips. לפיכך יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

לתהליך הקליטה של מתמרי אולטרסאונד נדרש מק"ט שיבא קיים/חדש.

יש לדרוש 24 חודשי אחריות.

ברכה,
ענבר אמנון-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ישראל ברבש
פרופ' גויטע ויקטור
דר' רפאל קופרשטיין
מר דניאל סימנטוב