

אגף הדימות

כ"ג/סיון/תשפ"ג
12/06/2023

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד למערכת CT סימולטור של חברת Siemens מדגם go.Open Pro.

המכון לרדיותרפיה במרכז הרפואי שיבא "תל השומר" מעוניין לצאת לרכש של מערכת CT סימולטור חדשה אשר תחליף את המערכת הישנה שמוקנת במכון משנת 2007 ואינה עומדת בדרישות ובצרכים של המכון לרדיותרפיה. לאחר בחינת כלל המערכות הקיימות בשוק, המערכת שנמצאה כמתאימה ביותר לצרכים של המכון לרדיותרפיה הינה CT סימולטור של חברת Siemens מדגם go.Open Pro מהסיבות הבאות :

- ❖ Direct Laser - מערכת לייזרים **מובנית** לסימון המטופל הממוקמת על גבי הגנטרי ונשלטת במלואה מתוך עמדת התפעול של המכשיר (אין צורך במערכת לייזרים מספק נוסף, אין צורך במיקום לייזרים חיצוניים בתוך החדר בצדדים ועל התקרה, ואין צורך בתפעול מערכת נפרדת).
- ❖ Direct ORGANS - תוכנת Auto-contouring על הסורק עצמו – סימון אוטומטי של איברים בסיכון (Organs at Risk) – מבוצע באופן אוטומטי ברמת השחזור על הסורק ונשלח כבר מוכן לתחנות הפיזיקאי.
- ❖ משקל נשיאה מקסימלי של מיטה – 307 ק"ג.
- ❖ שילוב של מהירות סיבוב מלאה של השפופרת 0.35 עם 64 גלאים ו-128 פרוסות מאפשרת כיסוי הכי רחב בזמן הכי קצר.

החברה שמשווקת בבלעדיות מערכת CT סימולטור של חברת Siemens מדגם go.Open Pro הינה Siemens ישראל.

לאור כל הכתוב לעיל אבקש לראות בחברת SIEMENS ישראל כספק יחיד למערכת הנ"ל.

בכבוד רב,
סלים בדר – רנטגנאי ראשי



