

ח' אב תשפ"ג  
26 יולי 2023

אל:  
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100051102 "לביצוע בדיקות מעבדה לדגימות מי מוצר במתקני התפלה עבור רשות המים"**

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

**שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז**

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף	4.3 תת סעיף 4.3.11	דוחות ולידציה ניתנים לעיון במשרדי המעבדה בלבד שכן הינם רגישים ובגדר סוד מסחרי.	מקובל. אין חובה לצרף את הדוחות ולידציה, אך יש לציין עבור כל סוג בדיקה: 1. סף גילוי 2. סף דיווח/ סף כימות 3. ערך אי וודאות (באחוזים) ראו נוסח מתוקן במסמכי המכרז.
2.	אמות מידה לבחירת זוכה	עבור בדיקת בורון	ספי כימות וערכי אי וודאות הינם משתנים בין שיטה לשיטה, על כן נבקש נא להגדיל את ערך אי הודאות ל-18%.	ערך אי הודאות לבדיקות בורון לא השתנה. ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.
3.	נספח ג' פרק מקצועי	טבלה איכות מי המוצר הנדרשת ממתקן ההתפלה סעיף 2.2.1.2	נבקש נא לכנות מטריצות מליחות כשפכים מליחים.	מקובל. ראו נוסח מתוקן במסמכי המכרז.

<p>- כן, עבור מתקנים חדשים, טרם הפעלתם- יש מבחני השלמה שצפויים להימשך כ-10 ימים (עבור כל חצי מתקן) ובסה"כ כ- 20 יום לכל מתקן כמפורט במסמכי המכרז.</p>	<p>ימי דיגום מידי חודש הינם 10 ימים ועבור תחנות גליל מערבי ושורק 2 יתווספו 10 ימים נוספים בחודשים ספציפיים? כלומר מעבר לדיגום השוטף?</p>	<p>תדירות הבדיקות ושעות הדיגום סעיף 2.2.2</p>	<p>נספח ג' פרק מקצועי</p>	<p>4.</p>
<p>מקובל. ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז</p>	<p>עבור בדיקת TSS, בדיקה זו בחלק מהמטריצות המבוקשות אינה תחת הסמכה ואף מתבצעת כך עבור אחת מרשויות האכיפה בסף כימות שקטן מ 1 מג"ל. כמו כן למיטב ידיעתנו בדיקה זו אינה נמצאת תחת הסמכה במעבדות השונות.</p>	<p>10</p>	<p>טבלה 2 כתב כמויות</p>	<p>5.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי במסמכי המכרז. דוגם מטעם המעבדה יפעיל את מכשיר הדיגום ויאסוף את הדוגמאות.</p>	<p>לאור המצוין כי המכשור האוטומטי שייך לרשות המים נבקש נא כי האתר יפעיל הדוגם האוטומטי ובתיאום עם המעבדה יגיע הדוגם לאחר יממה הרלוונטי לדיגום.</p>	<p>סעיף 1.5 תת סעיף 1.5.1</p>	<p>תכולת עבודה</p>	<p>6.</p>
<p>ראו מסמכי מכרז מעודכנים.</p>	<p>נבקש נא לעדכן את מחירי המקסימום וכי הינם נמוכים מאוד במיוחד עבור דיגומי לילה /חריגים/מיוחד: עבור דיגום ערב העלו נא ל 500 שח, עבור דיגום מיוחד ל 600 שח עבור דיגום חריג 650 שח</p>	<p>1+2+3+4+5</p>	<p>טבלה 2 כתב כמויות</p>	<p>7.</p>
<p>מקובל. ראו שינויים במסמכי המכרז.</p>	<p>בדיקה חוזרת תחויב כאשר הבדיקה החוזרת תעמוד בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית.</p>	<p>נקודות דיגום נוספות ו/או בדיקות מעבדה נוספות</p>	<p>37-38</p>	<p>8.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן באחוזים משמעותיים, מחירי הבדיקות יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום תחילת ההסכם ועד למדד הידוע ביום</p>	<p>טבלאות 1+ כתב כמויות</p>	<p>20-23</p>	<p>9.</p>
<p>לא מקובל. אין שינויים במסמכי המכרז. יובהר כי מתן תוצאות עד 14 ימי עבודה- מתייחס לדיגום השוטף מתן תוצאות 24 עד 72 שעות- מתייחס למבחני השלמה</p>	<p>נא לתקן ל 14 ימי עבודה כפי שצוין בסעיף 1.7</p>	<p>תוצאות הבדיקות ודיווחן</p>	<p>36</p>	<p>10.</p>
<p>ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז. הסמכה נדרשת לכל הבדיקות עבור מי שתיה. יובהר ויודגש כי לא ניתן לעשות שימוש בקבלן משנה לביצוע בדיקות.</p>	<p>נבקש לאפשר להשתתף במכרז גם למציע המוסמך ל-80% מהבדיקות הנדרשות בתנאי סף, ולעשות שימוש בקבלן משנה מוסמך עבור הבדיקות אשר חסרה הסמכה למציע</p>	<p>4.1.1.3</p>	<p>פרק 4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז</p>	<p>11.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. יש להגיש הצעה ע"י מציע אחד בלבד.</p>	<p>נבקש לאפשר למציע אשר עומד בתנאי סף 4.1.1.2 כמעבדה מוסמכת ISO17025, לגשת עם מעבדה שהמציע הינו נציג רשמי שלה בישראל, מעבדה בין-לאומית שמוסמכת לכל הבדיקות הנדרשות עפ"י תנאי הסף 4.1.1.3 ובעלת הסמכה מארגון הסמכה בינלאומי החבר בארגון ILAC (שהינו ארגון</p>	<p>4.1.1.3 4.3.10</p>	<p>4 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז</p>	<p>12.</p>

	הגג לארגונים מסמיכים, ובו חברה גם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (בישראל).			
13.	נספח ב' הצעת מחיר	טבלה 3 הערות	העלות עבור הדיגומים השונים שנרשמו בעמודת הערות, "לא תעלה על סך של... למתקן" האם הכוונה למחיר שעה? והכמות זה סה"כ שעות?	ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז.
14.	נספח יד' הסכם	סעיף 16 ביטוח חבות מעבידים תת סעיף 3	בסוף הסעיף נבקש להוסיף: "אך רק בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר המכסה חבות כלפי עובדים אלה. יכוסו רק אירועים שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו/ם עבור המבוטח".	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
15.		סעיף 16 ביטוח אחריות מקצועית תת סעיף 4	נבקש למחוק "מרמה ואי יושר עובדים".	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
16.		סעיף 16 ביטוח רכוש	בשורה הראשונה נבקש להוסיף את המילה "לפעול" לאחר המילה "מתחייב". בנוסף, בפסקה השנייה, למחוק את המילים: "הבאים מטעמו" (הן בשורה הראשונה והן בשורה השנייה).	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
17.		סעיף 16 ביטוחים נוספים סעיף ב	נבקש למחוק את המילה "רכוש"	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
18.		סעיף 16 כללי תת סעיף 3	נבקש למחוק	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
19.	נספח יד' הסכם	סעיף 16 כללי תת סעיף 8 ג	שורה שלישית, נבקש למחוק את המילים: "שבעה ימים".	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
20.		סעיף 16 כללי תת סעיף 8 ח	נבקש להוסיף בסופו - על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת הזמין לקבלת אישור הביטוח כאמור.	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.
21.		ביטוח	לא צורך נספח אישור קיום ביטוחים	נא להסתכל בסעיף 16 שבנספח י"ד במסמכי המכרז.
22.	נספי י"ד הסכם	סעיף 16 אחריות	נבקש לציין כי אחריות המציע הינה אחריות עפ"י דין. בנוסף ובהתאמה, נבקש חובת שיפוי (ולא פיצוי) בכפוף לפס"ד של ביהמ"ש שביצעו לא עוכב וכן מתן אפשרות סבירה להתגונן, כמו גם הגבלת אחריות.	לא מקובל. אין שינוי במסמכי מכרז.

בברכה,  
ועדת מכרזים