

אגף הדימות

כ"ח/תמוז/ה'תשפ"ג
17/07/2023

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד למערכת CT – SOMATOM go. Top לצורך ביצוע פעולות פולשניות
מכון הדימות במרכז הרפואי שיבא, מעוניין לצאת לרכש מערכת CT חדשה אשר תחליף מערכת קיימת מתוצרת חברת Philips משנת 2009 וזאת בעקבות ריבוי תקלות וטכנולוגיה ישנה שאינה עומדת בדרישות כיום.
מערכת ה-CT המיועדת אמורה לשמש לצורך ביצוע פרוצדורות פולשניות כגון ביופסיות בחולים אונקולוגים ופרוצדורות RF בהנחיית CT.
מערכת ה-CT המועדפת לצרכים של מכון הדימות הינה – SOMATOM go. TOP מתוצרת של חברת SIEMENS הסיבות להעדפה של מערכת זו הינן :

1. המערכת כוללת תוכנה ייעודית לביצוע פעולות פולשניות המאפשרת ביצוע "פיוזין" (רגיסטרציה עם תמונות קודמות של CT או MRI) כ"כ מיזוג אוטומטי של סריקות עוקבות במהלך הפרוצדורה.
 2. מערכת זו מאפשרת שליטה מלאה מתוך חדר הבדיקה החל מבחירת פרטי המטופל דרך בחירת הפרוטוקול המדויק ועד לשליחת התמונות למערכות הארכוב, הכל נעשה באמצעות טאבלט נייד מתוך חדר הבדיקה.
 3. עיבודים אוטומטיים על גבי הסורק כולל מיספור החוליות.
- החברה שמשוקת בבלעדיות מערכת CT - SOMATOM go. Top הינה Siemens ישראל.
לאור כל הכתוב לעיל, אבקש לראות בחברת SIEMENS ישראל כספק יחיד למערכת הנ"ל.

בכבוד רב,
סלים בדר – רנטגנאי ראשי



