

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

20 באוגוסט 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0292

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ פדיאטרי תוצרת OLYMPUS.

דוא"ל מיום 1.8.23 + נימוק רכש מספק יחיד

בהתאם לסימוכין, עבור מכון גסטרו נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

המכשור הדרוש הינו מדגם PCF-H190L מתוצרת OLYMPUS המשוק בארץ ע"י חברת "מדטכניקה".

המכשיר הני"ל מחייב התאמה למכשור המצוי בשימוש מכון גסטרו בכל חדרי הבדיקה. מאחר וכל המכשור האנדוסקופי במכון גסטרו מבוסס על פרוססורים, מקורות אור ווידאו-אנדוסקופים מתוצרת OLYMPUS, מחויב לרכוש את הנדרש גם עתה מתוצרת אולימפוס.

להדגיש כי לפרוססורים הקיימים במכון גסטרו לא ניתן לחבר קולונוסקופים מתוצרת יצרן שאינו אולימפוס.

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן אולימפוס באמצעות נציגו ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 232505315 אותה יש לממש.

הצעה כוללת 24 חודשי אחריות


מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: דר' עידן לוי