

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

15 ביולי 2023
מספרנו: הנ"ר/0289.2023
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח/ ח.נ. גניקולוגי – חו"ד לרכישת מכשור לכירורגיה תוך רחמית
הצטיידות 2023
דוא"ל דר' שטוקהיים

- א. בהמשך לסימוכין, נדרשת רכישת שייבר רקמה ומשאבת נוזלים בלחץ לשימוש תוך רחמי לביצוע היסטרוסקופיות או הסרה של ממצאים אנדומטריאליים בח.נ. גניקולוגי.
- ב. המכשור המצוין מתחבר למערכת שנמצאת בחדר ניתוח – Motor Drive Unit תוצרת STORZ. החיבור חיוני לשם הפעלתו והקישור בין יחידת המנוע לשייבר הוא ייחודי (לא ניתן לחבר שייבר מיצרן אחר למערכת הנמצאת בשימוש). בהתאם לאמור, ניתן לרכוש את המכשור הנרכש אך ורק מתוצרת STORZ.
- ג. מצורפת הצעת מחיר לדגמים: Bigatti Shaver ו-EndoMat Select. יש לממש ההצעה במלואה לרכישת הפריטים המוזכרים בסעיף א'.
- ד. ההצעה כוללת:

- פריטים 1-4: שייבר רקמה. אופטיקה, ידית, כבל אור.
- פריטים 5-10: יחידות קצה ומחברים. למכשור מגוון יחידות קצה הכוללות להבים מסתובבים, יחידות קואגולציה (אלקטרודות) ומצבתים. ליחידות נדרש גם קישור לקונסולת דיאטרמיה (כבל כלול בהצעה וייחבר את היחידה לדיאטרמיה הנמצאת בשימוש בח.נ).
- פריטים 12,13: קונטיינרים. קונטיינר לאופטיקה וליחידות קצה לאחסון וחיטוי.
- פריטים 14-17: Endomat Select. משאבה לשיטה או שאיבה תוך רחמית. פריטים אלו כוללים את המכשור ומרכיבי תוכנה.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה, תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן ובתום כל שנת אחריות. הספק נותן אחריות של 12 חודשים בלבד למרכיבי המערכת שאין להם זינה חשמלית – מומלץ לדרוש אחריות של 24 חודשים לכל חלקי המערכת.

בברכה,
ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר
העתקים: דר' דוד שטוקהיים
דר' דינה אורקין