

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

20 באוגוסט 2023
מספרנו: הנ"ר
תיק:

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: פרויקט בינוי תאי אב/מעבדת עיבוד תאי אב – חו"ד לרכישת צנטריפוגה רצפתית מקוררת

רשימת הצטיידות- פרויקט תאי אב
תכתבות מייל מיום 30.07.23 ו-06.08.23

1. בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'. מספר סידורי 11 בטבלת ההצטיידות.
2. להלן הדרישות מהמכשיר:
 - א. צנטריפוגה רצפתית מקוררת לסרכוז מנות (שקיות)
 - ב. טווח טמפ' -20°C to $+40^{\circ}\text{C}$
 - ג. מהירות סרכוז מקסימלית 6000 rpm
 - ד. רוטור swing out
 - ה. קיבולת – באקט לסרכוז 6 מנות ש לפחות 500 מ"ל בו זמנית
3. במעבדה נמצאת בשימוש צנטריפוגה מדגם ROTO SILENTA 630 RS תוצרת hettich. בתכתובות מיום 30.07 ו-06.08 הבהירה המעבדה כי נדרשת רכישה של צנטריפוגה שתאפשר גיבוי מלא לקיים. ניתן דגש כי תתאפשר העברה של באקט מצנטריפוגה אחת לאחרת במקרה של כשל וכדי לשמור על רציפות הייצור. כדי לאפשר קומפטיביליות על פי המתואר, נדרשת רכישה של צנטריפוגה זהה לקיימת. לא ניתן להעביר רכיבים מצנטריפוגה אחת לאחרת אלא אם מדובר בשתי צנטריפוגות זהות או מדגמים קומפטיביליים של אותו הייצור. בהתאם לכך ניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
4. רציב הצעות המחיר של חברת אלדן מספר 235D00335 לרכישת דגם ROTO SILENTA 630 RS תוצרת hettich.
 - פריט 1 – צנטריפוגה רצפתית מקוררת
 - פריט 2 – רוטור swing out העונה לנדרש
 - פריט 7 – אביזר לייצוב מנות
 - פריטים 3,6 – באקט כפול. מתאים לסהכ 12 מנות (שתי שקיות בכל אחד מששת המיקומים)
 - אין צורך לממש פריטים 4,5.
5. **הערות:**
 - יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לכלל מרכיבי המערכת כולל ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן כמקובל במוסד. ולא 12 חודשים כמופיע בהצעה.
 - על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות

בברכה,
ענבר אמוני-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית



לוט: סימוכין + הצעות מחיר
העתקים: דר' נירה בלום
דר' עינב וקס
מר ליאור אדלמן
מר משה חמד