

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 11.9.2023

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 11/2023

בנושא: אספקת מכשיר אוטוקלאב ורטיקלי עבור מרכז אגרוטכנולוגיה מיקרוביאלית במינהל המחקר החקלאי.

מועד אחרון להגשה: 27.9.2023 (עד השעה 12:00)

*** הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>**


ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	4	האם אספקה תוך 4 חודשים ממועד קבלת ההזמנה מתאימה?	מקובל. סעיף 4 במכרז יתוקן: תקופת ההתקשרות תהא למשך שישה חודשים ממועד החתימה על ההזמנה ע"י חשבת המינהל [להלן: "תקופת ההתקשרות"]. על הספק לספק את המכשיר תוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על ההזמנה ע"י חשבת המינהל [להלן: "תקופת האספקה"]. כמו כן שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת האספקה לתקופה של עד 2 חודשים נוספים (להלן: "תקופת האספקה המוארכת").
2	1.א.7	אנו יכולים להציע פתרון מצויין, אופקי, בנפח דומה לזה שביקשתם, אך עם אפשרות ניצול גבוהה בהרבה בשל צורתו המלבנית של התא. נבקש להציע מכשיר עם תא אופקי במידות נטו של 500x500x675 מ"מ.	לא מקובל. המכשיר המוצע לא מתאים לצרכינו מאחר וגובה הכלי המעוקר הגדול ביותר במתקן המתוכנן עולה על 65 ס"מ ויש להכניסו כשהוא עומד אנכית.
3	2.א.7	נבקש להציע מכשיר עם תא מלבני במידות נטו של 500x500x675 מ"מ, המאפשרות ניצול אופטימאלי של הנפח והכנסת הרבה יותר כלים בו זמנית, מאשר תא צילינדרי באותו הנפח.	לא מקובל.
4	10.א.7	בתחילת התהליך מתבצעים כמה מחזורי ואקום בתא כדי למנוע כיסי אוויר ולהבטיח הגעה של הקיטור לכל נקודה בתא. האם זאת הכוונה? אם לא- אנא הסבירו מה הכוונה "עיקור יבש".	כן, הכוונה היא למניעת היווצרות כיסי אוויר בעיקור של כלים יבשים.
5	11.א.7	באוטוקלב וורטיקלי ברור שקשה מאוד להרים כלים כבדים אל גובה שפת התא ואז להורידם בזירות אל קרקעית התא, ולכן נדרש מתקן הרמה חשמלי, ואולם במכשיר הורייזנטאלי סעיף זה מתייתר. הכנסת הכלים דורשת המאמץ הזה להנחתם על שולחן. קחו בחשבון שגם עם מתקן הרמה חשמלי, יש להרים ידנית את הכלים לצורך הכנסתם לסל, שאותו מתקן ההרמה אמור להרים. אנא אשרו להציע מכשיר אופקי ללא מתקן הרמה.	לא מקובל. ראה תשובה בסעיף 2
6	20.א.7	כיון שהמכשיר מלבני יוצע אביזר מתאים: מדף הטענה נשלף.	לא מקובל. ראה תשובה בסעיף 2

שם המציע חותמת וחתימה


רחל ירום
חשבת המינהל


עו"ד בת-עמי הלווינג
יועצת משפטית המינהל


אורי ירמיהו
יו"ר הועדה