

שלום רב,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 80/2023 לרכישה, אספקה ותחזוקה למערכת  
LC/MS/MS מסוג Triple Quadropole לבדיקת PFAS עבור משרד הבריאות**

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 14 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
- השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שנשאלו ע"י המציעים.
7. בסעיף 6.7.1 למכרז גובה ערבות ההצעה נקבע על סך של 65,000 ₪. בשל טעות סופר, בנספח אי'13 נרשם סכום אחר. **תשומת לב המציעים לנספח ערבות ההצעה המעודכן על סך 65,000 ₪. הנוסח המצורף לקובץ שאלות ותשובות זה, הוא הנוסח המחייב בלבד. כל נוסח אחר עלול להביא לפסילת ההצעה.**
8. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 15.10.2023 בשעה 12:00.

תשובה	שאלה	נושא	סעיף	פרק	עמ'	מס"ד
<p>הבהרת עורך המכרז: תשומת לב המציעים להבהרה מטעם עורך המכרז אשר פורסמה ביום 5.9.2023</p> <p>מבוקש להבהיר כי חומרים לביצוע ה- DEMO יועברו למציעים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות (ורק לאותם מציעים שהגישו הצעתם למכרז) ולא כפי שנרשם בסעיף 4.1 רק למציעים שעברו את תנאי הסף</p> <p>המציעים רשאים להשתמש הן בסטנדרטים שלהם והן בסטנדרטים שיסופקו על ידי המשרד אך בכל מקרה יידרשו להגיע למשרד לקבלת הנחיות.</p> <p>המועד לקבלת הנחיות ואיסוף חומרים לביצוע DEMO: ביום 17/10/2023 בשעה 11:00 במעבדה הארצית לבריאות הציבור בכתובת: דרך בן צבי 69 תל אביב - בניין מס' 4 (המשתתפים יחתמו על טופס המעיד על הבנת הוראות לביצוע DEMO וקבלת חומרים לביצוע DEMO).</p> <p><b>את תשובות ה- DEMO יש להעביר עד ליום 5.12.2023 באמצעות המייל <a href="mailto:ppld@moh.gov.il">ppld@moh.gov.il</a></b></p>	<p>הבהרה מטעם עורך המכרז</p>					1.
<p>על המציעים לפעול בהתאם להנחיות המופיעות במסמכי</p>	<p>מטעמי נוחות להלן השאלה באנגלית:</p>	<p>דגשים לביצוע</p>	<p>9.4.1</p>	<p>1</p>	<p>12</p>	2.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
				demo	<p>What are LOQ and LOD determinations?</p> <p>1</p> <p>For S/N calculation – is smoothing during the acquisition or processing acceptable?</p> <p>For S/N calculation – is it peak-to-peak or RSD?</p> <p>Is it possible to use alternative Ion Source that allows higher sensitivity provided that this Ion Source is standard for the Vendor and supported for PFAS application</p>	<p>המכרז ובסעיף 10א בפרט.</p> <p>המשרד מעוניין לקבל את ערכי ה- LOD ו- LOQ הטובים ביותר שהמערכת המוצעת מבצעת.</p> <p>S/N smoothing acceptable</p> <p>S/N peak to peak</p> <p>יובהר כי יש לבצע דמו במקור יונים סטנדרטי. בנוסף ניתן לבצע במקור אלטרנטיבי. יש לתת הסבר על החלפת מקור יונים. חובה להשתמש באותו מקור יונים, ion source, שיותקן במערכת שתסופק במסגרת המכרז.</p>
.3	22	2	4.1.1	קבלת המערכת	אילו מתוצאות הדמו נדרשות להוכחת תקינות בפועל?	בשלב הראשון בעת בחינת הספקים בשלב בחינת האיכות, יבדקו תוצאות הדמו הגולמיות שיסופקו ע"י המציעים. אחרי הזכייה, בשלב קבלת המכשיר במעבדה, יושו תוצאות המכשיר שיסופק ע"י הזוכה עם תוצאות הדמו שהגיש.
.4	23	2	8.4	תמיכה, שרות	מבקשים לשנות ל-יבליווי של מהנדס בעל הסמכה גבוהה יותר מחו"ל והטסה בעת הצורך'	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
.5	24	2	8.9	תמיכה ושרות	מבקשים לשנות: 'יחליף את המערכת' ב- 'יחליף את המודול התקול במערכת'. להשקפתנו אין תמיד הצדקה להחלפת כל המערכת כאשר היא בנויה מיחידות שניתן	יובהר כי ניתן להחליף מודול תקול בתנאי שהמודול נפרד לחלוטין משאר המודולים.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					לבודד	
.6	27	2(ב)		Column compartment	מבקשים להחליף "including intelligent valve temperature switching (without lowering the flow rate)."  בניסוח "including intelligent valves for column switching (without manual lowering the flow rate or pump programming to reduce flow rate before the switching and resuming flow after the switching)"	הבקשה נדחית, כפי שמתואר במסמכי המכרז הכוונה היא כי יתאפשר שינוי טמפרטורות לכל קולונה בנפרד. שינוי הטמפרטורה יבוצע באופן אוטומטי ללא דרישה של שינוי בקצב הזרימה של הממסים.
.7	29	2(ב)		קופסאות נגד רעש למשאבות חיצוניות	ניתן להציע משאבת וואקום חיצונית 'יבשה' (scroll) הנחשבת שקטה. האם במקרה זה עדיין יש צורך בקופסת השתקה?	יובהר כי קופסת השתקה נדרשת בכל אופן.
.8	51	נספח א(10)	2.8	דרישות מבחן	מפאת קוצר הזמן (דמו בחו"ל, חגים) מבקשים להגיש הדפסת תוצאות דמו בפורמט PDF (במקום מקוריות)	ניתן להגיש PDF ובתנאי שנשמרת צורת התדפיס המקורי כפי שיוצא מהמכשיר
.9	63	נספח א'13	הצעת המחיר	נוסח ערבות ההצעה	הבנק מבקש להחליף 'כתב ערבות (ללא הצמדה)' ב-'ערבות בנקאית מס. ___' וכן להוסיף ' דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה או אימייל לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות ולכתב זה'	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
.10	65	נספח ב'	הצעת המחיר	ציוד נלווה	האם נדרשת(ות) קולונה(ות) UPLC כחלק מהמפרט?	נדרשת קולונה וכל חלקים המתכלים הנחוצים לתחילת עבודה
.11	17	1	15.7	הגשת המענה	האם ניתן להגיש את הניירת הטכנית, מרובת	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					העמודים ברושורים המגיעות דיגיטאלי, בעותקים הדיגיטאליים בלבד?	
.12	25	2	2.1.5	דרישות המערכת המוצעת UPLC ו-MS של היצרן אותו	האם ניתן להציע מכשיר UPLC מיצרן אחר? מדובר על מכשיר המומלץ על ידי יצרן ה- MS ושעליו פותחו השיטות ל-PFAS.  התוכנה היא תוכנה אחת השולטת באופן מלא על ה-UPLC ועל ה-MS ויש סינכרוניזציה מלאה.  המשיב למכרז הוא הנציג הן של יצרן ה-MS והן של יצרן ה-UPLC ויש לו אנשי שירות טכני ואפליקטיבי לשני המכשירים לפי הדרישה במכרז	על כל חלקי המערכת להיות מיוצרים ע"י אותו יצרן
.13	28	2 (ב)	ד	תוכנה ותקשורת	מחשב – האם תרצו להשתמש במחשב לפי הגדרותיכם או שתעדיפו מחשב שנבדק ואושר על ידי היצרן כמחשב הרשמי, והקונפיגורציה שלו פחות "עשירה" ממה שביקשתם.	הגדרות המחשב נמצאות באפיון הטכני של המכרז, אם נדרש מחשב חזק יותר עם ספציפיקציות גדולות יותר, נא לפרט במסמכי ההגשה
.14	29	2 (ב)	ו	ציוד נלווה	גזים – מכיוון שהזוכה אחראי על אספקה והתקנת תשתית הגזים, מתי אפשרי לבצע סיור מקדים לצורך הערכה תקציבית?	מציע המעוניין לעשות סיור יכול לעשות זאת ביום חלוקת ה - DEMO (17/10/2023) ובתיאום מראש.
.15	63	אי3	-	נוסח ערבות	יש לשנות את סכום הערבות ל- 65,000 ₪ כפי	יובהר כי גובה הערבות

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
				הצעה	שמופיע בעמוד 6 בסעיף 6.7.1	היינה 65,000 ₪. על המציעים למלא את הנספח המעודכן המצורף למענה זה בלבד.
.16	79	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (2) 6	צד שלישי	האם ניתן להוסיף בסיפא "למעט רכוש עליו פעלו במישרין".	הבקשה נדחית
.17	80	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (3)	חבות המוצר	האם ניתן להוסיף את המלל "בגבול אחריות משולב עם אחריות מקצועית".	עריכת הביטוח עם גבול אחריות משולב תהיה מקובלת ובלבד שגבול האחריות המשולב כאמור יעמוד על סכום גבולות האחריות שנדרשו כלומר, לפחות 12,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
.18	80	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (3) 1	חבות המוצר	האם ניתן להוסיף לאחר המלל "הספק יבטח את חבותו" את המלל "על פי דין".	הבקשה מקובלת.
.19	80	נספח ג' חוזה ההתקשרות		חבות המוצר	האם ניתן להסיר את המלל " הביטוח יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן* בגין פעילותו... שיפוט וגבולות טריטוריאליים- כולל מדינת ישראל."- היצרן הינה חברה ענקית בחוץ לארץ	הבקשה נדחית.
.20	80	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (3) 3	חבות המוצר	האם ניתן לשנות את גבול האחריות לסך 5,000,000 ₪.	הבקשה נדחית.
.21	80	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (4)	אחריות מקצועית	האם ניתן להוסיף את המלל "בגבול אחריות משולב עם חבות המוצר".	עריכת הביטוח עם גבול אחריות משולב תהיה מקובלת ובלבד שגבול האחריות המשולב כאמור יעמוד על סכום גבולות האחריות שנדרשו כלומר,

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						לפחות 12,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
.22	81	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (4) 1	אחריות מקצועית	האם ניתן להוסיף בסיפא את המלל "על פי דין".	הבקשה נדחית. אולם מקובל כי לאחר המילים "הפוליסה תכסה" בסעיף 4(2) יבוא: "את חבות הספק על פי הדין בשל".
.23	81	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (4) 3	אחריות מקצועית	האם ניתן לשנות את גבול האחריות לסך 2,000,000 ₪.	הבקשה נדחית.
.24	81	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 (6) 8	כללי	האם ניתן להוסיף בסיפא "אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או חובות המבוטח על פי דין".	אין שינוי בנוסח, אולם מובהר כי ביטול הסייגים כנדרש תוך הוספת המלל האמור בפוליסה מקובלת ולא תהווה הפרה של הסכם.
.25	81	נספח ג' חוזה ההתקשרות	20 ז.		האם ניתן להוסיף בסיפא "על אף האמור אי המצאת אישורי ביטוח תוך 10 ימים ממועד החידוש לא תהווה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימי עסקים מבקשת משרד הבריאות בכתב להמצאת האישור, ובמהלכם לא הומצא אישור כאמור."	מקובל כי תבוא הסיפא "על אף האמור אי המצאת אישורי ביטוח תוך 10 ימים ממועד החידוש לא תהווה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימי עסקים מבקשת משרד הבריאות בכתב להמצאת האישור, ובמהלכם לא הומצא אישור כאמור."
.26	4	1	4.2	המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות	אנו מבקשים לדחות את המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות ל 18/9/2023	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז.
.27	4	1	4.3	המועד האחרון להגשת הצעה	אנו מבקשים לדחות את המועד האחרון להגשת הצעה ל 10/10/2023 וזאת בגלל מיעוט ימי העבודה בתקופת החגים	המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 15.10.2023 בשעה 12:00.
.28	6	מסמכים נדרשים להוכחת	6.1	אישור עו"ד	נבקש הבהרתכם איזה אישור נדרש מעו"ד היות ואין ברשות עו"ד מסמכי	על המציעים לצרף תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות אשר אומתו על

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
		תנאי הסף			מקור ולכן לא ניתן לרשום "נאמן למקור" ולכן לא ברור איזה אישור נדרש מעו"ד. ניתן להוציא מרשם החברות נסח חברה מעודכן במקום תעודת התאגדות או תעודת התאגדות שמאושרת על ידי רשם החברות כמו שמוציאים מתיק החברה ברשם.	ידי עו"ד.
.29	6	מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף	6.7.1	ערבות בנקאית	"...בנושא ערבויות, בלתי מותנית, ברת חילוט, לא צמודה, ע"ס 65,000 ₪... לעומת זאת בעמ" 63 בנוסח ערבות הצעה צויין 130,000 ₪ מה הנכון?"	ראו תשובה לשאלה 15
.30	8	תקופת ההתקשרות	8.2.1	אספקת המערכת	צויין שאספקת המערכת תהיה עד 60 יום מיום חתימת המזמין על ההסכם. נבקש לשנות לעד 60 יום מקבלת ההזמנה במשרדינו	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז.
.31	14	התחייבויות ואישורים	10.5.1	ערבות	נבקש כי חילוט ערבות יהא רק לאחר מתן זכות שימוע ואפשרות של לפחות 7 ימי עסקים ממתן התראה לתקן. כן נבקש כי חילוט הערבות יהא רק כנגד נזק מוכח וקצוב.	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המשרד יפעל בהתאם לכללי מנהל תקין.
.32	22	2(א)	4.1.6	תקופת ניסיון	אנחנו מבקשים לקצר את תקופת הניסיון לתקופה של 3 חודשים ממועד הקבלה מאחר ואנחנו נדרשים להוכיח עמידה בכל התנאים שהוגדרו בסעיף זה, כולל הרצה במשך 30 יום, לפני	הבקשה מתקבלת בחלקה. מרגע אישור המזמין על השלמת התקנת המכשיר תעמוד לספק תקופת ניסיון בת 4 חודשים סך הכל.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					שהמזמין מאשר קבלה כך, שלמעשה, העמידה בכל התנאים תיבדק במשך 4 חודשים.	
.33	23	2(א)	8.4	שירות	נבקש לתקן ל- 15 ימי עבודה	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז.
.34	26	2 (ב) –	ב.3	Degaser	יש בקשה לדגור עם 5 ערוצים. כאשר הדרישה היא למשאבה בינארית רק עם 2 ערוצים. נא לשנות את הניסוח כך שהדגור יכלול 2 ערוצים לפחות	הבקשה נדחית. הבקשה היא ל- 5 ערוצים כאשר 2 לפחות יעבדו במקביל.
.35	27	2 (ב) –	ב.3	Column compartment	מה הכוונה intelligent valve temperature switching column? האם יש דרישה ל- switching valve? אם לא, נבקש לקבל הסבר למטרת ה Valve כדי שנוכל להציע valve מתאים	הכוונה היא כי יתאפשר שינוי טמפרטורות לכל קולונה בנפרד ולא הכרח לשינוי טמפרטורה לכל ה-compartment. שינוי הטמפרטורה יבוצע באופן אוטומטי ללא שינוי בקצב הזרימה של הממסים.
.36	28	2 (ב) –	ג.3	דוגם אוטומטי	צויין שנפח ההזרקה צריך להיות 1-100ul ואילו בעמ' 28 רשום 1000ul מה הנפח הנדרש?	1-100ul
.37	28	2 (ב) –	ד.3	תוכנה ותקשורת	האם יש צורך ב-2 מסכים?	בהתאם לטבלה בעמ' 27 בקשנו מסך אחד LED 24 inch לפחות ומתאם תצוגה עם זיכרון נפרד 4Gb GDDR5 ואפשרות ל- 2 מסכים במקביל.
.38	32	2(ב) – טופס הגשת הצעה	3,4	ניגוד עניינים	היות והמציע הוא תאגיד המעסיק עובדים רבים והגדרת בני משפחה הינה מאוד רחבה, נבקש להבהיר כי הצהרה היא בשם התאגיד בקשר עם העובדים הרלוונטיים	המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					למכרז זה וכי הינה ניתנת ולמיטב ידיעתו	יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים).  טופס ניגוד העניינים ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.  המשרד רשאי לאחר זכייה לדרוש מכל מי שנותן שירות מטעמו במכרז זה לחתום על טופס ניגוד עניינים.
39.	41	נספח א(2)	1,4	אישור עו"ד	לא ברור מה הכוונה "במסגרת סמכויות" המציע בסעיף 1 – האם הכוונה היא כפי שמופיע בסעיף 4 במסגרת הסמכויות בהתאם מסמכי ההתאגדות? אחרת לא ברור כיצד עו"ד קובע שמתן השירותים הינו במסגרת סמכויות המציע. נבקש להוסיף בסוף סעיף 1 "לפי מסמכי ההתאגדות".	המשרד אינו משמש יועץ משפטי. על עו"ד חותם התצהיר לבצע את הבדיקות הדרושות לו על מנת למלא את הנספח כנדרש.
40.	50	נספח א8	4	סודיות	נבקש להחריג גם מידע שהפך לנחלת הכלל (לא בשל הפרה של התחייבות הספק) ו/או מידע שהיה בידי הספק טרם גילויו ו/או מידע שצד שלישי גליה לספק ללא התחייבות לסודיות.	הבקשה נדחית. כאמור בסעיף 3 לנספח א'8 – התחייבות לסודיות וניגוד עניינים "..." למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין..."
41.	68	נספח ג' - חוזה	4.2	השירותים	נבקש להוסיף "למיטב ידיעתו" לפני "מתן השירותים על ידו.	הבקשה נדחית.
42.	69	נספח ג' - חוזה	5	תקופת ההתקשרות	היות ומדובר בתקופת התקשרות היכולה להיות לתקופה מאוד ארוכה נבקש גם אפשרות של	הבקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					הספק לסיים את ההסכם בהודעה של 30 יום מראש או הסכמה של הספק לכל הארכה של ההסכם מעל לשנה.	
.43	71	נספח ג' - חוזה	9.1	נזיקין	נבקש להגביל לנזקים ישירים ולמחוק את המילים "או עקיפה".	הבקשה נדחית.
.44	71	נספח ג' - חוזה	9.2	נזיקין	נבקש להבהיר כי אין בסעיף זה לפטור מאחריות המזמין על פי דין.	הבקשה אינה ברורה. המזמין יפעל על פי כל דין.
.45	71	נספח ג' - חוזה	9.3, 9.4	נזיקין	<p>1. נבקש להגביל לנזקים ישירים ולמחוק את המילים "או עקיפה".</p> <p>2. נבקש במקום לפצות יירשם לשפות.</p> <p>3. נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין וכך גם אחריות לנשיאה בזנק.</p> <p>4. נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תחול בכפוף לקבלת פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק לפי דין וכי האחריות תהא לנזקים ישירים בלבד. כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמזמין ייתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, יאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, ישתף פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת מידע, וכי המזמין לא יתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.</p>	<p>1. הבקשה נדחית.</p> <p>2. הבקשה נדחית</p> <p>3. הבקשה נדחית</p> <p>4. הבקשה נדחית</p>
.46			9.5		1. נבקש לאחר "תשלום	1. הבקשה נדחית.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					הוצאותיו" הסבירות.	2. הבקשה נדחית.
					2. נבקש התראה בכתב של לפחות 7 ימי עסקים טרם תיקון הנוזק על ידי המציע.	
.47	71	נספח ג' - חוזה	9.6	נויקין	1. הסעיף לא ברור ונראה כי מנוסח בצורה רחבה מידי. נבקש להבהיר כי סעיף זה מדבר על שיפוי (ולא פיצוי) במקרה של תשלום המזמין ובכפוף לקבלת פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק לפי דין וכי האחריות תהא לנזקים ישירים בלבד. כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמזמין ייתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, יאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, ישתף פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת מידע, וכי המזמין לא יתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.	הבקשה נדחית.
.48	72	נספח ג' - חוזה	-10.5 10.8	בקרה ופיקוח	1. נבקש להבהיר כי ביקורת תתבצע בכפוף להתחייבות לסודיות. 2. נבקש להגביל ל- 5 שנים לאחר תקופת ההסכם. 3. דוחות כספיים – היות ומדובר חברה פרטית נבקש כי בחשיפה תהא רק לחלקים הרלוונטיים לביקורת נשוא המכרז וכי ככל וניתן רו"ח חיצוני ימסור נתונים רלוונטיים במקום חשיפת הדוחות הכספיים.	1. המשרד מתחייב לפעול על פי כל דין ובהתאם לכללי מנהל תקין. כלל העובדים במשרד ומי מטעמו מחויבים כלפיו בסודיות. 2. הבקשה נדחית. 3. המזמין יפעל בהתאם לכל דין ועל

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						פי כללי מנהל תקין. יובהר כי במידת הצורך בכוונת המזמין לבצע בקרה ופיקוח בהקשר למכרז ולפעילות מכוחו.
49.	73	נספח ג' - חוזה	11	איכות ושירות	<p>1. נבקש כי זכויות המזמין כאמור יופעלו רק לאחר מתן התראה של לפחות 10 ימי עסקים מראש ובכתב ומתן אפשרות לתקן.</p> <p>2. מבקש כי ההוצאות תהנה הוצאות ישירות בהתחשב בהקטנת נזק.</p> <p>3. נבקש כי הקיזוז יהא על פ דין.</p>	<p>1. הבקשה מתקבלת בחלקה. המזמין יפעיל את זכויות המזמין כאמור בסעיף 11 בהתאם לשיקול דעתו. יחד עם זאת המזמין ככל הניתן, ייתן לספק התראה בזמן סביר מראש ובכתב ויעניק לו זמן סביר לתיקון.</p> <p>2. הבקשה נדחית.</p> <p>3. המשרד יפעל על פי דין.</p>
50.	76	נספח ג' - חוזה	15	קיזוז	<p>1. נבקש כי הקיזוז יהא על פי דין, קרי סכום קצוב בגין ההתקשרות נשוא הסכם זה בלבד.</p> <p>2. נבקש התראה מראש ובכתב של לפחות 7 ימי עסקים ואפשרות לתקן.</p> <p>3. סעיף 15.2 לא מובן – נבקש למחוק או להבהיר במה מדובר.</p>	<p>1. הבקשה נדחית</p> <p>2. הבקשה מתקבלת בחלקה. ככל הניתן, המזמין ייתן לספק התראה מראש ובכתב ויעניק לו זמן סביר לתיקון.</p> <p>3. סעיף 15.2 מבוטל.</p>
51.	77	נספח ג' - חוזה	16.7	ערבות	<p>1. נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן התראה של לפחות 10 ימי עסקים מראש ובכתב ומתן אפשרות לתקן.</p> <p>2. 16.7.4 – נבקש כי הסעיף יופעל רק כנגד סכום קצוב ומוכח ורק לאחר קבלת פס"ד סופי הקובע</p>	<p>1. הבקשה נדחית. יחד עם זאת, המשרד יפעל בהגינות ועל פי כללית מנהל תקין.</p> <p>2. הבקשה נדחית.</p>

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					אחריות הספק על פי דין.	
.52	77	נספח ג' - חוזה	17.2, 17.3	קיצוץ, שיפוי	1. נבקש להבהיר כי חובת השיפוי והקיצוץ תחול בכפוף לקבלת פס"ד חלוט.	הבקשה נדחית
.53	78	נספח ג' - חוזה	19	סודיות	נבקש להחריג מידע שהינו ו/או הפך לחלת הכלל (ללא הפרת הספק התחייבויותיו) ו/או מידע שהיה ברשות הספק טרם גילויו ו/או מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או מידע שגולה לספק על ידי צד ג' ללא התחייבות לסודיות ו/או מידע שיש לגלותו על פי דין.	ראה תשובה לשאלה 40
.54	83	נספח ג' - חוזה	23.1	אמנת שירותים	1. נבקש כי זכויות המזמין כאמור יופעלו רק לאחר מתן התראה של לפחות 10 ימי עסקים מראש ובכתב ומתן אפשרות לתקן. 2. נבקש כי קיצוץ יהא כנגד הוצאות ישירות ומוכחות.	1. הבקשה נדחית. יחד עם זאת מובהר כי המשרד יפעל בהגינות ועל פי כללית מנהל תקין. 2. הבקשה נדחית.
.55	83	נספח ג' - חוזה	23.2	פיצויים מוסכמים	1. נבקש להחריג מקרים שאינם בשליטת הספק. 2. נבקש כי תינתן לספק תקופת גרייס של 7 ימי עבודה טרם החלת הפיצויים המוסכמים וזאת בנוסף לזכות הספק למתן התראה בכתב של 14 יום מראש ומתן אפשרות לתקן. 3. נבקש כי הפיצוי המוסכם יהא סעד בלעדי. 4. נבקש כי ייקבע פיצוי מקסימלי של 1% משווי ההתקשרות בגין כל הפיצויים המוסכמים. 5. נבקש כי לא יחול "כפל קנס" בגין אותה ההפרה	1. המשרד יפעל בהגינות ועל פי כללי מנהל תקין. תשומת לב המציעים כי מדובר ברשות ולא חובה מצד המשרד. המשרד יפעל בשיקול דעת. 2. הבקשה נדחית. יחד עם זאת המשרד ייתן התראה זמן סביר מראש. 3. הבקשה נדחית.

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						4. הבקשה נדחית. 5. הבקשה נדחית.
.56	84	נספח ג' - חוזה	23.2.2	פיצויים מוסכמים	<p>1. נבקש למחוק את הסעיף היות והוא רחב מידי ומטיל "כפל קנס". ככל והספק יידרש לשלם פיצויים מוסכמים אזי נראה כי גם נשיאת הוצאות ישירות ועקיפות וגם שיפוי על נזקים הינו רחב מידי.</p> <p>2. נבקש כי תמחק המילה "והעקיפות"</p> <p>3. נבקש להתחשב בעקרון הקטנת הזנק וכי הפיצוי המוסכם ישמש לצורך ההוצאות והשיפוי בגין הנזקים.</p> <p>4. נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תחול בכפוף לקבלת פס"ד חלוט ואך ורק במקרים שבאחריות הספק לפי דין וכי האחריות תהא לנזקים ישירים בלבד. כמו כן שחובת השיפוי תהיה כפופה לכך שהמזמין ייתן לספק הודעה מיד עם קבלת התביעה או הדרישה נשוא השיפוי, יאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה תביעה או דרישה, ישתף פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת מידע, וכי המזמין לא יתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של הספק.</p>	1. הבקשה נדחית 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית 4. הבקשה נדחית
.57	84	נספח ג' - חוזה	23.3	פיצויים מוסכמים	<p>נבקש כי לא יהא "כפל קנס", כך ככל וחוייב הספק בפיצוי מוסכם לפי סעיף 23.2 מדוע נדרש פיצוי נוסף של 10,000 ₪.</p>	23.2 סעיף נדחית. הבקשה נדחית. סעיף 23.2 מתייחס להפרה יסודית ואילו הרכיבים המופיעים בטבלה שבסעיף 23.2 מתייחסים להפרות שאינן בהכרח הפרה יסודית

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
.58		נספח ג' - חוזה		כללי	נבקש להחריג מאחריות נזק שנגרם לציוד בשל ברשלנות או בשל שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש או מתאונה, כוח עליון, הזנחה, תקלות באספקת החשמל, נזק חיצוני לציוד, תנאי סביבה בלתי הולמים או עקב שינויים שנעשו בציוד שלא על ידי הספק, תיקון הנזק יהא בחיוב בתשלום נוסף לספק.	המשרד יפעל בהגינות ועל פי כללי מנהל תקין.
.59		נספח ג' - חוזה		כללי	נבקש להוסיף סעיף לפיו: נמנע מהספק לקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי התקשרות זו עקב אירוע שאינו בשליטתו, לא ייחשב אי קיום ההתחייבות כהפרה והתחייבויות הספק תדחנה עד למועד בו הנסיבות החריגות ותוצאותיהן לא תתקיימנה יותר.	הבקשה נדחית.
.60	79	ביטוח	2 (5)	ביטוח אחריות כלפי שלישי - צד	נבקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית
.61	79	ביטוח	2 (6)	ביטוח אחריות כלפי שלישי - צד	נבקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית
.62	80	ביטוח חבות המוצר	3 (1)	ביטוח חבות המוצר	- שורה חמישית, נבקש את המילים: "הביטוח יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן... והתקנה של חלקי חילוף".  - שורה שביעית, המסומנת ב- * - יש למחוק את הפסקה כולה, נבקש להסתפק	הבקשה נדחית

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					בביטוחי הספק (אין כאן רלוונטיות לביטוח חבות המוצר של היצרן שאינו מתקשר עם המזמין).	
.63	80	ביטוח חבות המוצר	3(1) 3(3)	ביטוח חבות המוצר	לאחר המילים: "גבול האחריות" יש להוסיף: "(בפוליסה משולבת עם אחריות מקצועית)"	מובהר כי עריכת ביטוח משולב חבות מוצר ואחריות מקצועית תהיה מקובלת בכפוף לתנאים הבאים: (1) גבול האחריות המשולב כאמור יעמוד על סכום גבולות האחריות שנדרשו כלומר, לפחות 12,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. (2) פרק חבות המוצר בפוליסה/ תנאי הכיסוי לנזקי רכוש וגוף כתוצאה מהמוצר הרלוונטי ותחזוקתו לא יפחתו מתנאי "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח.
.64	80	ביטוח חבות המוצר	3(4) 1(3)	ביטוח חבות המוצר	שורה שניה, יש למחוק את המילים: "וכל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית
.65	81	ביטוח אחריות מקצועית	4 2(2)	ביטוח אחריות מקצועית	שורה ראשונה, יש למחוק את המילים: "ובגין כל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית
.66	81	ביטוח אחריות מקצועית	4 3(3)	ביטוח אחריות מקצועית	לאחר המילים: "גבול האחריות" יש להוסיף: "(בפוליסה משולבת עם חבות המוצר)".	מובהר כי עריכת ביטוח משולב חבות מוצר ואחריות מקצועית תהיה מקובלת בכפוף לתנאים הבאים: (1) גבול האחריות המשולב כאמור יעמוד על סכום גבולות האחריות שנדרשו כלומר, לפחות 12,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. (2) פרק חבות

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						המוצר בפוליסה/ תנאי הכיסוי לנזקי רכוש וגוף כתוצאה מהמוצר הרלוונטי ותחזוקתו לא יפחתו מתנאי "ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח.
.67	81	ביטוח אחריות מקצועית	4(5)	ביטוח אחריות מקצועית	שורה שניה, יש למחוק את המילים: "וכל הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית.
.68	81	ביטוח הרכוש	5(1)	ביטוח הרכוש	שורה שביעית, יש למחוק את המילים: "כחלופה לעריכת הביטוח.... לטבת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון".	הבקשה נדחית.
.69	81	כללי:	6(3)	כללי:	יש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
.70	82	כללי:	6(ב)	כללי:	שורה ראשונה, יש למחוק את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" ובמקומן לרשום: "ולמשך 3 שנים מיום סיום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
.71	82	כללי:	6(ג)	כללי:	שורה שניה, יש למחוק את המילים: "עד למועד חתימת החוזה ובמקומן לרשום: "עד למועד תחילת השירותים" שורה שלישית, יש למחוק את המילים: "שבעה ימים".	הבקשות נדחות.
.72	83	כללי:	6(ז)	כללי:	יש להוסיף בסוף השורה: "על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים ממועד	מקובל כי תבוא הסיפא "על אף האמור אי המצאת אישורי ביטוח תוך 10 ימים ממועד החידוש לא תהווה הפרה יסודית, ובלבד שהביטוחים חודשו תוך

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					בקשת המזמין לקבלת אישור הביטוח כאמור".	שמירה על הרצף הביטוחי ובהתאם לתנאים הנדרשים לעיל.
.73		אישור ביטוח			לא צורף אישור ביטוח – נבקש לצרפו בנוסח הנדרש על מנת שנוכל לבדקו.	דרישות הביטוח מפורטות במכרז במלואן ועל המציע לוודא את עמידתו בהן. על הספק הזוכה לוודא שביטוחים שערך לפי הנדרש מותאמים לפי הנדרש בסעיפי הביטוח. אישור אחיד יופק על ידי המבטח לאחר התאמת הביטוחים בהתאם לכללים הרגולטורים שיחולו על המבטח באותו המועד. כבקשת המציע מצ"ב דוגמא של אישור ביטוח מדובר בדוגמא שנכונה להוראות רשות שוק ההון שבתוקף במועד הכנתה ואינה חלק ממסמכי המכרז ואינה כוללת את כל דרישות הביטוח המפורטות במכרז שחלקן אינן יכולות לבוא לידי ביטוי באישור אלא רק בפוליסות הרלוונטיות עצמן. למען הסר ספק במקרה של סתירה בין הרשום בדוגמא למכרז, המכרז ייגבר.

## נספח א'13 – נוסח ערבות הצעה מעודכן

שם הבנק/חברת הביטוח: \_\_\_\_\_

מס' הטלפון: \_\_\_\_\_

מס' הפקס: \_\_\_\_\_

### הנדון: כתב ערבות (ללא הצמדה)

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 65,000 ₪ (במילים: שישים וחמישה אלף ש"ח),

אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב"), בקשר עם מכרז פומבי

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך \_\_\_\_\_.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח

\_\_\_\_\_

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

\_\_\_\_\_

מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_

שם מלא

\_\_\_\_\_

תאריך



דוגמא – אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>				
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח/המועמד לביטוח**	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*
שם	שם	שם	אופי העסקה:	<input type="checkbox"/> משכיר
מדינת ישראל – משרד הבריאות	-----	של הספק בהתאם להסכם	<input type="checkbox"/> נדל"ן	<input type="checkbox"/> שוכר
ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	<input type="checkbox"/> שירותים	<input type="checkbox"/> זכיון
-----	-----	של הספק בהתאם להסכם	<input type="checkbox"/> אספקת מוצרים	<input type="checkbox"/> קבלני משנה
מען	מען	מען	<input type="checkbox"/> אחר: _____	<input type="checkbox"/> מזמין שירותים
יושלים בהתאם לכתובת המפורטת בהסכם	-----	של הספק בהתאם להסכם	העיסוק המבוטח:	<input type="checkbox"/> מזמין מוצרים
	<p><del>תיאור הקשר למבקש האישור הראשי. חברה אם היא בת דאו אחות או קשורה או שלובה או חלק מקבוצה.</del></p>		רכישה, אספקה ותחזוקה למערכת	<input type="checkbox"/> אחר: _____
			LC/MS/MS מסוג Triple Quadropole לבדיקת PFAS עבור משרד הבריאות	

כיסויים

סוג הביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	השתתפות עצמית	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח			(ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	(ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	לתקופה למקרה*	(אין חובה להציג נתון זה)		



<p><b>309</b> (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון).</p> <p><b>319</b> (מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח)</p> <p><b>328</b> (ראשוניות - המבטח מותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)</p> <p><b>350</b> (הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם)</p>	שח	כמפורט בפוליסה	20,000,000			נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)		חבות מעבידים
<p><b>302</b> (אחריות צולבת - למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)</p> <p><b>307</b> (הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה)</p> <p><b>309</b> (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור)</p> <p><b>321</b> (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור)</p> <p><b>328</b> (ראשוניות - המבטח מותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)</p> <p><b>348</b> (ביטול סייג רכוש עליו פועלים במישרין)</p> <p><b>349</b> (ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג')</p>	שח	כמפורט בפוליסה	4,000,000			נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)		צד ג'
<p><b>301</b> (אובדן מסמכים)</p> <p><b>302</b> (אחריות צולבת - למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)</p> <p><b>309</b> (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון).</p> <p><b>321</b> (מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח- מבקש האישור)</p> <p><b>325</b> (מרמה ואי יושר עובדים)</p>	שח	כמפורט בפוליסה	4,000,000					אחריות מקצועית  הערה: ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר מקובל ובלבד שגבול האחריות המשולב יהיה



<p><b>327</b> (עיקוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח)</p> <p><b>328</b> ראשוניות, המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)</p> <p><b>332</b> (תקופת גילוי – 6 חודשים)</p>						<p>12,000,000 ₪ והיקף הכיסוי של ביטוח חבות המוצר לא יפחת מ"ביט" או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח</p>
<p><b>302</b> (אחריות צולבת - למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)</p> <p><b>309</b> (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון).</p> <p><b>347</b> (הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו)</p> <p><b>328</b> (ראשוניות) המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)</p> <p><b>317</b> (מבוטח נוסף – יצרן המערכת) הערה: יש לכלול את הקוד רק אם לא הוצג אישור נפרד מאת היצרן בהסכם של אספקת מכשור רפואי ותחזוקתו.</p> <p><b>332</b> (תקופת גילוי – 6 חודשים)</p>	<p>ש</p>	<p>כמפורט בפוליסה</p>	<p>8,000,000</p>		<p>נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)</p>	<p>חבות המוצר</p>
<p><b>309</b> (ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון).</p> <p><b>328</b> (ראשוניות) המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)</p>	<p>ש</p>	<p>כמפורט בפוליסה</p>			<p>נוסח ביט של המבטח או נוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)</p>	<p>רכוש</p>

**פירוט השירותים** (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):

**046** (מכירת/רכישת/השכרת ציוד)

**080** (שירותי מעבדה/ תיקונים / התקנה)

**088** (שירותי תחזוקה ותפעול)



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל ומשאבי אנוש  
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה  
Purchasing, Properties and Logistics Division

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):*
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

ב ב ר כ ה ,



אורית אפרתי לב  
מנהלת האגף

העתק: תיק מכרז 80/2023