

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

10 בספטמבר 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0318
תיק: 6-1130, 3007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאו-קולונוסקופ תוצרת OLYMPUS.

תעודת השבתה מס' 343-2023

המכשיר שבנדון דגם CF-Q165L תוצרת OLYMPUS, מס' סידורי 2104075 (ME042532) תקול.

הובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "מדטכניקה" כי המכשיר ניזוק, עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון. המכשיר הושבת.

נדרשת רכישת חלופה.

רצ"ב הצעת מחיר חב' מדטכניקה מס' 232506025 לרכישת דגם CF-H185L בעסקת TRADE-IN, אותה מומלץ לממש.

המכשור הקיים בשימוש בגסטרו ילדים הינו מתוצרת OLYMPUS. המכשיר התקול מתחבר למרכיבים נוספים מתוצרת יצרן זה, ולכן לא ניתן לרכוש וידאו-קולונוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות ביצרן זה ובנציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תעודת השבתה+הצעת מחיר לתיקון (להשוואה בלבד)

העתקים: פרופ' בתיה וייס
גב' צדוק חופית