



23.10.23

לכבוד :

כלל המציעים

**מכרז פומבי מוגבל מס' 234109 לאספקת מערכת גסטרו אנדוסקופיה**

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	הודעה	3	האם מדובר באחריות יצרן, לא מצוין מה כוללת האחריות? (נושא האחריות מופיע במספר סעיפים לאורך המכרז) אחריות יצרן ל 24 חודשים ואיננה כוללת תקלות משתמש	ראו הצעת המחיר בנספח ב' חלק 2
2.	הודעה	3	האם מדובר בחוזה שירות ל 60 חודשים? כולל תקלות משתמש	ראו הצעת המחיר בנספח ב' חלק 2
3.	הודעה	5	אישור הגורם המקצועי/הדגמה. מערכת שלנו נמצאת בשימוש שוטף בבית החולים ולא נדרשת הדגמה. אם זאת בימים אלו הספק משיק מערכת אנדוסקופים חדשה (I20) שנמצאת בתהליך רישום אמר, במידה ובית החולים יאשר נשמח לבצע הדגמה (למערכת החדשה) מיד לאחר קבלת האישור והזמנת המערכת (צפי קבלת המערכת להדגמה הינו דצמבר 23). <b>חברתינו תגיש הצעת בכפוף לאישורכם/החלטתכם לגבי המערכת החדשה.</b>	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם בהינתן ולא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל.
4.	נספח א' - תנאי המכרז	6	מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ולהחליפה ב"התאם לתיאום והסכמת המציע", שכן התחייבות לספק ציוד במשך 5 שנים מבלי לחדש את התנאים איננה סבירה.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
5.	נספח א' - תנאי המכרז	12.2	בהמשך להבהרה הקודמת במידה ובית החולים <b>יחליט/יסכים על ביצוע הדגמה למערכת החדשה</b> - אנו מבקשים להחריג את נושא הניסיון בשימוש בבתי החולים בארץ - שכן מדובר במערכת שרק הושקה בעולם ואין מערכות כאלו עדין בארץ). <b>חברתינו תגיש הצעת בכפוף לאישורכם/החלטתכם לגבי המערכת החדשה.</b>	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם
6.	נספח א' - תנאי המכרז	10.3	בכפוף לאישורכם ברשותינו אישור הגשה למערכת החדשה- טרם התקבל אישור אמר קבוע	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם
7.	נספח א' - תנאי המכרז	10.3	אופן הגשת ההצעה - במידה ותאשרו הדגמה של המערכת החדשה נבקש להגיש 2 הצעות : ראשונה למערכת שברשותכם שניה: למערכת החדשה שרק הושקה <b>בכפוף לאישורכם/החלטתכם לגבי אישור/הדגמת המערכת החדשה נקבל החלטה לגבי הצעת המחיר שתוגש.</b>	מציע יהא רשאי להציע מספר דגמים של מכשירים העומדים, כל אחד, בתנאי הסף ובדרישות המפרט הטכני, ובלבד שהמחיר המוצע עבור כל הדגמים כאמור יהיה זהה
8.	נספח א' - תנאי המכרז	24	המערכת הנוכחית נמצאת בשימוש יום יומי במכון גסטרו ולא נדרשת הדגמה ( האישור הנדסה רפואית כמובן) במידה וינתן האישור נבצע הדגמה למערכת חדשה	בהינתן ולא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל.
9.	נספח א' - תנאי המכרז	26	מבוקש למחוק את המילים "או יותר" בשורה השנייה. לא סביר לדרוש להאריך את תוקף ההצעה לתקופה בלתי מוגבלת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
10.	נספח א' - תנאי המכרז	50+51	מבוקש: 1. להבהיר כי המידע יישאר חסוי בפני גורמים שלישיים ומציעים אחרים במכרז. 2. להבהיר כי מרת"א אינה יכולה לדרוש מהמציע לגלות פרטים שאין להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע.	הסעיף יוותר ללא שינוי
11.	נספח א' - תנאי המכרז	52	מבוקש להוסיף לאחר המילים "רשאי מרת"א" את המילים "לאחר שנתן לזוכה אפשרות סבירה לתקן את המידע שמסר".	הסעיף יוותר ללא שינוי
12.	נספח א' - תנאי המכרז	85	מבוקש להכפיף את הסעיף לאישור הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
13.	נספח א' - תנאי המכרז	87	מבוקש למחוק את המילים "לכל דבר ועניין" ולהחליפן במילים "בקשר למכרז זה בלבד".	הסעיף יעודכן לנוסח שלהלן: "הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו בקשר למכרז זה, וכן חתימתו על חוזה ההתקשרות (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו בקשר למכרז זה לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו הוכרז על ספק זוכה."
14.	נספח א' - תנאי המכרז	114	מבוקש להוסיף בסיפא: "ואולם מרת"א תמנע מלא לאשר את האמור, אלא ממניעים סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
15.	נספח ב' - טופס הגשת הצעה	12	<b>מבוקש:</b> 1. למחוק את המילים בשורה השנייה "לכל עניין ודבר" שכן מדובר על הצעת מחיר שהמציע מגיש לטובת מכרז זה בלבד, והיא אינה רלוונטית עבור התקשרויות אחרות שבין הספק לבין מרת"א. 2. להבהיר כי המציע רשאי לסרב לפניית מרת"א לאחר 12 חודשים, שכן לא ייתכן כי הצעת המציע תהא תקפה לתקופה בלתי מוגבלת; כן מבוקש למחוק את המילים "ולמרת"א גם הזכות להאריך מועד זה".	הסעיף יעודכן לנוסח שלהלן: "הננו מצהירים, כי הצעתנו היא הצעה בלתי חוזרת וידוע לנו כי גם אם לא נוכרז כמציע זוכה, הצעתנו תעמוד בתוקף לעניין מכרז זה למשך פרק הזמן הקבוע בתנאי המכרז לעניין תוקף ההצעות, ולמרת"א גם הזכות להאריך מועד זה."
16.	נספח ב' - טופס הגשת הצעה	13	מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר המתייחס להיקף מסוים של רכישת טובין המוצעים במסגרת המכרז, אל מול היקף רכישה שונה לחלוטין. לחלופין, מבוקש ליתן הערכה של כמות הציוד שתרכש.	הסעיף יוותר ללא שינוי
17.	נספח ב' (2) - הצעת מחיר	8	מבוקש להסיר את הסעיף בהיותו בלתי סביר - לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר המתייחס להיקף מסוים של רכישת טובין המוצעים במסגרת המכרז, אל מול היקף רכישה שונה לחלוטין. לחלופין, מבוקש ליתן הערכה של כמות הציוד שתרכש.	הסעיף יוותר ללא שינוי
18.	נספח ב' (2) - הצעת מחיר	24	במערכת החדשה מדגם I20 אין עדין ניסיון בשימוש	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
19.	נספח ג' – מפרט טכני	1	בסעיף זה הנכם מפרטים את הדרישות עבור המפרט הטכני למכרז. מעבר לדרישות המידות, הדרישה היחידה שמפורטת הינה שהמכשירים יהיו מסוג HD. מכיוון שכיום בבית החולים ישנו כבר ציוד קיים שנרכש מאתנו שהוא מהדגמים והסדרה המתקדמת ביותר של היצרן.  לצורך הגינות ההצעות במסגרת המכרז, נבקשכם לציין שהציוד המוצע עבור בית החולים במסגרת מכרז זה יהיה מהדגמים ומהסדרה המתקדמת ביותר של היצרן.	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם, ובכלל זה, עמידה מלאה בדרישות המפרט הטכני
20.	נספח ג' – מפרט טכני	2.ב	מבוקש לאשר גם יציאות וידאו דיגיטליות HD-SDI	הסעיף יוותר ללא שינוי ניתן להוסיף יציאות וידאו דיגיטליות HD-SDI – אינו בגדר חובה
21.	נספח ג' – מפרט טכני	3.ב	מבוקש לאשר גם יציאות וידאו דיגיטליות HD-SDI	הסעיף יוותר ללא שינוי ניתן להוסיף יציאות וידאו דיגיטליות HD-SDI – אינו בגדר חובה
22.	נספח ג' – מפרט טכני	1.ה	מבוקש לאשר תחום של 2.8-3.8 מ"מ	<b>הסעיף מעודכן כדלקמן:</b> <b>"2 תעלות עבודה בתחום 2.8-3.8 מ"מ"</b>
23.	נספח ה' - הסכם	5.4	מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ולהחליפה ב"התאם לתיאום והסכמת המציע, ובלבד שתינתן לו האפשרות לשנות את הצעת המחיר", שכן התחייבות לספק ציוד במשך 5 שנים מבלי לחדש את התנאים איננה סבירה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
24.	נספח ה' - הסכם	9.22	מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד שמדובר במסמכים שרלוונטיים להתקשרות עמו"	הסעיף יוותר ללא שינוי
25.	נספח ה' - הסכם	10.5	בסעיף זה הנכם כותבים : <b>"המכשור יסופק למרת"א לא יאוחר מ-30 ימים ממועד ההזמנה אלא אם כן נקבע בהזמנה מועד אחר לאספקה."</b>  לאור זמני האספקה הארוכים היום מהיצרנים ולאור מלחמת "חרבות הברזל" ואי הוודאות של המשלוחים, נבקש לתקן כי זמן אספקה יהיה עד כ-120 יום.	הסעיף יוותר ללא שינוי במידה וזמני האספקה מתארכים ליותר מ-30 יום ניתנת האפשרות להעביר בהשאלה את המערכת המוצעת על ידכם לתקופה של עד 120 ימים עד לקבלת המערכת הקבועה המוצעת על ידכם

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
26.	נספח ה' - הסכם	10.7	יסופק עם המכשיר operating manual היצרן אינו מתיר לספק service manuals	מקובל
27.	נספח ה' - הסכם	11.2	<p>1. בשורה השישית - מבוקש למחוק את המילים "כלל המכשור" ולהחליפן ב"המכשור שסופק במסגרת התקשרות הנוגעת למכרז זה בלבד, אשר נמצא שאינו עומד בדרישות הסכם זה", שכן דרישת פיצוי בגובה של כלל המכשור שסופק למרת"א על ידי הספק איננה מידתית אם יימצא כי רק חלק מהמכשור אינו עומד בדרישות ההסכם.</p> <p>2. מבוקש למחוק את המילים "הצדדים מצהירים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין".</p> <p>3. מבלי לגרוע מהזכויות הנתונות למרת"א על פי דין, מבוקש להבהיר כי לא יינתן כפל פיצוי עבור הפרה ספיציפית.</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
28.	נספח ה' - הסכם	14.1.2	מבוקש כי בטרם הקיזוז תינתן לספק הודעה מראש וזכות טיעון וכי הקיזוז יהיה בגין סכומים מוכחים בלבד.	<p><b>הסעיף מעודכן כדלקמן:</b></p> <p>"להזמין את המכשור מספק אחר או מכשור אחר שלדעת מרת"א מתאים לשמש כתחליף למכשור המוזמן, ולקזז את ההוצאות שנגרמו למרת"א בשל כך מהתשלומים המגיעים לו לפי הסכם זה. כמו כן מרת"א רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך."</p>

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
29.	נספח ה' - הסכם	16.1	<p>בסעיף זה הנכם כותבים :  <b>"הספק יהיה אחראי שכל המכשור שיסופק על ידו יהא תקין על כל רכיביו ואביזריו ויפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן במהלך כל תקופת האחריות .</b>  <b>אחריות זו היא אחריות , Risks All קרי :אחריות כוללת ומלאה ,חומרה ותוכנה ,לרבות תיקוני שבר ."</b></p> <p>נבקש להוסיף כי האחריות אינה מכסה במקרים של : שריפה, גניבה, הצפה, קצר חשמלי, נזק בזדון, תיקון שלא בידי אדם מוסמך, שימוש בניגוד להוראות היצרן ו/או משרד הבריאות</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
30.	נספח ה' - הסכם	16.1	<p>בסעיף זה הנכם כותבים :  <b>"האחריות במהלך תקופת האחריות הנה ללא כל תשלום נוסף לספק והיא כוללת אחריות יצרן ובה כל השירותים הטכניים לרבות שירותי גיבוי, תמיכה, תיקונים, תחזוקה, טיפולים מונעים, שדרוגי תוכנה, חלפים, שעות עבודה וכיו"ב למכשור על כל רכיביו, זאת על מנת להבטיח תקינות המכשור ולספק הפעלה מלאה, בטוחה ותקינה שלו ועשיית שימוש בכל הפונקציות שהמכשור מאפשר, והכל על הצד הטוב ביותר ובהתאם להנחיות יצרן ו/או לספרות המקצועית."</b></p> <p>נבקש להוסיף כי האחריות אינה מכסה במקרים של : שריפה, גניבה, הצפה, קצר חשמלי, נזק בזדון, תיקון שלא בידי אדם מוסמך, שימוש בניגוד להוראות היצרן ו/או משרד הבריאות</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
31.	נספח ה' - הסכם	16.6	<p>נבקש להבהיר לגבי שדרוגי תוכנה - רק כאלה שיוגדרו כ safety או Mandatory ע"י היצרן</p>	מקובל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
32.	נספח ה' - הסכם	16.4	נבקש הבהרה לגבי האחריות : 1. האם מדובר באחריות או חוזה שירות הכולל נזק משתמש - 60 חודשים? נבקש הבהרה מבית החולים מה כולל חוזה שירות? חור בתעלה/נשיכה/כיפוף נא להחריג נזק בזדון/הצפה וכמו כן לציין לגבי total lost מה לגבי חוזה להפסד? נבקש להחריג את עלות מנורות	מערכת גסטרו אנדוסקופיה הכוללת 12 אנדוסקופים כולל אחריות מלאה ALL RISK וכוללת למכשור על כל רכיביו ועבודות הקשורות בהפעלתו, לתקופה של 60 חודשים מיום קבלת המכשור והתקנתו לשביעות רצון מרת"א
33.	נספח ה' - הסכם	16.6	מבוקש להבהיר כי רק עדכוני יצרן Mandatory או Safety המוגדרים יבוצע ללא תוספת תשלום. FCO	הסעיף יוותר ללא שינוי
34.	נספח ה' - הסכם	17.1	מבוקש להבהיר כי שירות ומענה טלפוני יסופק בין השעות 08:00 - 17:00 בימים א'-ה'. ההסכם אינו כולל שירות בימי שישי, שבת וחג. קריאות שירות בימי שישי, שבת וחג במקרי השבתה של ציוד מציל חיים בלבד, ייענו בתשלום תחת תעריפי החברה לשעות מיוחדות.	ראה מס"ד 35
35.	נספח ה' - הסכם	17.1	נבקש לתקן סעיף זה ולהתאימו, מאחר ואין המדובר במערכת תומכת חיים, שעות העבודה הרגילות הינם בימים א-ה בחם השעות 08:00-17:00, לא כולל ימי שישי, וערבי חג, שבתות ומועדי ישראל. קריאות שיתקבלו עד השעה 13:00 יטופלו באותו היום, קריאות אשר יתקבלו לאחר השעה 13:00 יטופלו ביום העסקים הבא.	מקובל
36.	נספח ה' - הסכם	+18.3 34.1 (בעניין תקלה)	מבוקש להבהיר כי במקרה של תקלה (שנכנסת בגדרי האחריות), הספק יספק לבית החולים מכשיר חליפי, וזאת חלף תיקון המכשיר התקול ו/או פיצויים מוסכמים.	ראה סעיף 17.3 להסכם (נספח ה')
37.	נספח ה' - הסכם	19	מבוקש להבהיר כי רק עדכוני יצרן Mandatory או Safety המוגדרים יבוצע ללא תוספת תשלום. FCO	הסעיף יוותר ללא שינוי
38.	נספח ה' - הסכם	19.2	בסעיף זה הנכם כותבים : <b>של והשרות תמיכה ממהנדסי " סיוע שיידרש", ככל השירותים הנותן</b> נבקש לתקן ל: והשרות תמיכה ממהנדסי טכנאי סיוע שיידרש. ככל השירותים הנותן של	מקובל.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
39.	נספח ה' – הסכם	23.1+23.2+35.2	<p>מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם ללא כל הגבלה היא קיצונית ביותר ולא מקובלת בהתקשרויות מול מרכז רפואי.</p> <p>לאור האמור, מבוקש להבהיר כי הזכות להשיב פרטים ולקבל את תמורתם חזרה תהא שמורה למרכז הרפואי במקרים הבאים בלבד:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות;</li> <li>2. הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים;</li> <li>3. הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין ההפרה מהמרכז הרפואי.</li> <li>4. תקלה שנגמרה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בטובין.</li> </ol>	הסעיף יוותר ללא שינוי
40.	נספח ה' – הסכם	23.1	<p>בסעיף זה הנכם כותבים: <b>"למרת"א שמורה האפשרות להחזיר את המכשור לספק הזוכה במשך תקופת הניסיון של שלושה חודשים הראשונים לתקופת האחריות וזאת תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבורו על ידי מרת"א."</b></p> <p>מכיוון שבית החולים עובד עם הציוד שאנו מציעים למכרז זה במשך למעלה משנתיים, נבקש לבטל סעיף זה.</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
41.	נספח ה' – הסכם	23.2	<p>בסעיף זה הנכם כותבים: <b>"כמו כן, היה ובמהלך 12 החודשים הראשונים לתקופת האחריות תתגלינה במכשור שסופק מכח הסכם תקלות הפוגעות לדעת גורמי המקצוע במרת"א, ע"פ חוות דעתם הכתובה, באיכות הטיפול הרפואי או בבריאות המטופל או שהמכשור אינו עומד בתנאי המכרז ובהצהרות המציע הזוכה, מרת"א, יהא מרת"א רשאי להחזיר לספק את מלוא המכשור שסופקו לו מכח ההסכם, במצבו כפי שיהא באותה העת ( As Is ) (כנגד קבלת החזר מהספק בגובה מלוא התמורה ששולמה בעד המכשור ע"י מרת"א בניכוי 15% מהתמורה ששולמה."</b></p> <p>מכיוון שבית החולים עובד עם הציוד שאנו מציעים למכרז זה במשך למעלה משנתיים, נבקש לבטל סעיף זה.</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
42.	נספח ה' – הסכם	26.1	מבוקש להוסיף "וכן האחריות אינה כוללת, תיקון תקלות הנובעות משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן. מקרים כאלו יידונו עם הלקוח באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצועו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
43.	נספח ה' – הסכם	26.2	מבוקש להוסיף לאחר המילה "זדוני" את המילה "ו/או מחדל" וכן להוסיף בסיפא "ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
44.	נספח ה' – הסכם	27.1	1. מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "לבדו" 2. מבוקש להוסיף בסעיף כי בנוסף לאמור הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק. 3. מבוקש להוסיף לאר המילים נזק ו/או אובדן את המילה "ישירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
45.	נספח ה' – הסכם	27.2	1. מבוקש למחוק את המילה "לפצות"; 2. מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי או הפיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות בלבד את מרת"א בגין סכומים שמרת"א תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצעו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א יודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, יאפשר לספק להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור. 3. מבוקש בשורה האחרונה להוסיף לאחר המילים "ושכר טרחת עורך דין" את המילה "סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
46.	נספח ה' – הסכם	27.3	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "אלא אם כן הנזק או האובדן נגרמו בזדון או רשלנות על ידי מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים".	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.47	נספח ה' - הסכם	27.5	מבוקש כי בטרם הקיזוז תינתן לספק הודעה מראש וזכות טיעון וכי הקיזוז יהיה בגין סכומים מוכחים.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא:  "מרת"א יהא רשאי להיפרע בגין נזק שהספק אחראי לו כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה לה יהיה זכאי הספק על פי ההסכם, והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי של מרת"א ובלבד ותינתן לספק הודעה מראש והזדמנות לתיקון הנזק".
.48	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לערוך ולקיים" את המילים "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.49	נספח ה' - הסכם	28.2	מבוקש להחליף את המילים "כנ"ל או לחלופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם" במילים "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.50	נספח ה' - הסכם	28.6	מבוקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
.51	נספח ה' - הסכם	28.7	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה ככל וניתנה לנותן השירותים התראה של 15 יום להמצאות אישור ביטוח והמציאות כנדרש".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.52	נספח ה' - הסכם	29.4	מבוקש להוסיף לאחר המילים "שכ"ט עו"ד" את המילה "סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
.53	נספח ה' - הסכם	32	מבוקש להבהיר - הן ביחס לסעיף זה והן ביחס לנספח הסודיות - כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.54	נספח ה' - הסכם	34.1	מבוקש להסיר את הדרישה לפיצויים מוסכמים, שכן הם אינם נדרשים נוכח סעיפי אחריות מפורטים במסגרת המכרז. לחלופין, מבוקש להבהיר כי בגין איחור באספקה עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה.	הסעיף יוותר ללא שינוי. מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים, ומשכך מחויב בכל מכרזיו והתקשרויותיו לנהוג בהגינות בתום לב ובדרך המקובלת
.55	נספח ה' - הסכם	34.2	מבוקש למחוק את המילים "מוסכם על הצדדים...קנס מוסווה"	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
.56	נספח ה' - הסכם	34.3	להבהיר כי מבלי לגרוע מזכויותיה של מרת"א לפי דין, לא יינתן כפל פיצוי עבור הפרה ספציפית.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.57	נספח ה' - הסכם	34.4	מבוקש כי בטרם הקיזוז של הפיצויים המוסכמים תינתן לספק זכות שימוע וכי מנגנון הפיצויים יופעל לאחר הפעלת שיקול דעת ומתן נימוקים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.58	נספח ה' - הסכם	35	מבוקש כי תינתן לספק זכות טיעון קודם להחלטה לבטל את ההסכם.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא:  "מרת"א יהיה רשאי להפסיק את החוזה עם הספק, במתן התראה בכתב של 14 ימים מראש, בכפוף למתן זכות טיעון והזדמנות לתיקון ההפרה, בהתקיים אחד מהמקרים שלהלן:"
.59	נספח ה' - הסכם	35.3	מבוקש להסיר את הסעיף שכן הוא אינו סביר. הספק רשאי לתבוע כל סעד שהוא זכאי לו על פי דין, ואין למנוע ממנו לעמוד על זכויותיו בהתאם לדין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.60	נספח ה' - הסכם	40.2	מבוקש: 1. להבהיר כי לפני קיזוז/עיקוב כאמור בסעיף זה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להתגונן, וכי הקיזוז יהא בגין סכומים מוכחים בלבד. 2. למחוק את המילים "על פי חוזים אחרים", שכן הסעיף אינו משרת את מי מהצדדים – ישנם מציעים בעלי פעילות שוטפת מול מרת"א והקיזוז לפי חוזים אחרים יפגע בפעילות השוטפת המתנהלת במקביל למכרז זה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.61	נספח ה' - הסכם - מוסף ב'	אישור קיום ביטוחים	1. אישור הביטוח ריק מתוכן, ללא קודים וגבולות אחריות. ככל וישנן דרישות ביטוח מבוקש לציין מפורשות מה הן. 2. מבוקש לקבל אישור ביטוח חדש בהתאם להנחיות הפיקוח מיום 1.2.2023. 3. מבוקש לאשר להגיש פוליסה משולבת - חבות מוצר ואחריות מקצועית.	קודי הביטוח יומצאו לספק הזוכה

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
62.	נספח ו' – אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א.		מאחר ויש להגיש את נספח ו' לאחר מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, נבקש לאפשר להגיש נספח זה באמצעות דוא"ל, בנפרד ממסמכי ההצעה ולאחר ביצוע ההדגמה.	מקובל
63.	הסכם י"ז + י"ח	אבטחת מידע	דרישות אבטחת מידע אינן רלוונטיות למכשיר המוצע.	הסעיף יוותר ללא שינוי

**בכבוד רב,  
יורם הלוי  
מנהל יחידת מכרזים**