

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

25 בדצמבר 2023  
מספרנו: הני"ר/0450-2023  
תיק: 1111-4

לכבוד  
גבי גילי נעים  
**מח' הרכש**

**הנדון: חדר ניתוח / כויות – חו"ד לרכישת משאבה פריסטלטיית לאספקת נוזלים לאתר הניתוחי**  
דוא"ל מיום 25.07.23

בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של משאבה לאספקת נוזלים בקצב גבוה.

להלן דרישות המערכת:

- משאבה פריסטלטיית לאספקת Tumescant Fluids לאתר הניתוחי
- קצב מקסימלי של לפחות 999 ml/min
- אפשרויות הפעלה – פנל הפעלה או פדל
- בחירת קצב עירו
- מסך לתצוגת פרמטרים של נפח וקצב
- ביצוע prime בלחיצת כפתור

רצ"ב הצעת חברת אמי טכנולוגיות מס' PQ23002334 לרכישת דגם Infiltration pump מתוצרת BLACK&BLACK SURGICAL.

ההצעה כוללת את הפריטים הבאים:

- משאבת אספקת נוזלים בקצב גבוה
- שתי ידיות הזלפה עם כפתור הפעלה
- 3 קנולות:
  - B 8FAN-1615-LL
  - B 8TI-1032-LL
  - B 8TI-1432-LL

לא ידוע על משאבות נוספות שיכולות לספק קצב כנדרש וכוללות מדידה ותצוגה של פרמטרי העירו: קצב ונפח של הנוזל שהוזרק.  
יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

**סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין.**

**הערות רכישה ואספקה:**

- יש לממש את הרכש של המערכת בהתאם להצעת מחיר מצ"ב (כלל השורות).
- יש לעדכן את היחידות הרלוונטיות במחלקת הרכש לטובת תכנון הזמנת מתכלים (צנרת המשאבה, בהתאם לשורה 3 בהצעת מחיר המצורפת).
- על ההזמנה לכלול תקופת אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה. תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים על פי הוראות יצרן ובסמוך לסיום כל שנת אחריות.

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- ההזמנה כוללת הדרכת משתמשים.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

**הערות קליטה:**

- מכשור רפואי יסופק למרכז הרפואי בליווי בדיקת בטיחות חשמלית עדכנית וטופס אישור תקינות מטעם היצרן.



ברסלבסקי,  
איליה ברסלבסקי  
מהנדס ביו-רפואה  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' מרדכי חרץ  
גבי לירון פור-דניאלי