

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל השומר

פניה לוועדת הפטור בעניין פטור ממכרז

תיק מס' מצ/ 12399795

- א. וועדת המכרזים אישרה בישיבתה מיום 27.12.23 _
פטור ממכרז לצורך: **ראגנטים ובדיקות מדווחות למכשיר BIOPLEX**
לחברת "**ביו-ראד ישראל בע"מ**" בהתאם להצעתה בסך: **₪ 2,000,000**
- ב. פרוטוקול ועדת המכרזים והחומר הנלווה במצ"ב.
- ג. אנו מבקשים את אישור וועדת הפטור לפטור ממכרז, מהסיבות המפורטות בהחלטת הוועדה (על נספחיה),
וזאת בהתאם לתקנה 10 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993.

ועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז ספק יחיד עפ"י תקנה 3(13) א' מותנה באישור ו. פטור מקומית

ד"ר לוי
מנהל המכרזים והתשלום
המרכז הרפואי המשולב
ע"ש ח. שיבא תל-השומר

חתימה

מזכיר וועדת המכרזים
תפקידו

דרי לוי
שם החותם על הבקשה

תאריך: _____

פרטי כל מס' מצ' / 12399795

14.01.24

דנה וועדת הפטור בפניה והחליטה כדלקמן:

~~12399795~~

בתאריך

מאושר פטור ממכרז ספק יחיד עפ"י תקנה 3 (13) א' ובהמשך להמלצת ו. מכרזים מקומית

11.12.8

עו"ד עודד גורני

אירית אברמוביץ-רוח
מנהלת ספיקים
מרכז רפואי שיבא

רו"ח אירית אברמוביץ

פרופ' יצחק קרייס
מנהל המרכז הרפואי המשולב
ע"ש העם שיבא

פרופ' יצחק קרייס

טס/31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

דרישה 20208172

תל- השומר

פניה לוועדת המכרזים בענין פטור ממכרז

1. לצורך רכישת ראגנטים ובדיקות מדווחות למכשיר BIOPLEX. פנינו לחברת: ביו-ראד בע"מ (115613) וקבלנו הצעתה בסך 2,000,000 ₪ (1,709,401 ₪ לפני מע"מ).

2. הבקשה לשנתיים- לרבות אישור עקרוני של הוועדה לעסקת ראגנטים לחמש שנים המופיע בהצעה.

3. אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, בהתאם לנימוק ספק יחיד החתום על-ידי גב' אלינור צרויה- מנהלת מעבדה

אוטואימונית.

נעמה שאגש

רכש ראגנטים

נעמה שמש- קיטררו

24.12.2023

חתימה

תפקיד

שם החותם על חו"ד

תאריך

פרטי- כל מס' _____

12399795

בתאריך: 27.12.23 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן:-

וועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א' וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי, מותנה באישור ועדת פטור מקומית

מר דרי לוי

עו"ד עודד גורני

גב' מרינה ליפשיץ

רו"ח אירית אברמוביץ

פרופ' ברקנשטט חיים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

אגף מעבדות
נימוק "ספק יחיד"

שם הפריטים/ים ריאגנטים ובדיקות מדווחות למכשיר ביופלקס לפי הצעת מחיר מס': __ __ חברה: __
ביוראד __ תאריך: 6.7.23

סכום כולל מע"מ: __ סעיף תקציבי: __ מחלות אוטואימוניות

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל **ספק יחיד** לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:
ספק יחיד ואין בלתו.

אין מכשיר העונה על הדרישות המקצועיות עם מגוון הבדיקות המפורט בהיקף הנדרש למעבדה האוטואימונית.

למיטב ידיעתנו מכשיר ה- BioPlex 2200 של חברת BioRad הינו המכשיר האנליטי היחיד הפועל בטכנולוגיית multiplex המאפשרת מדידה מהירה ובו זמנית של מספר רב של

הנוגדנים האוטואימוניים הבאים:

- Anti SSA Antibody
- Anti SSB Antibody
- Anti dsDNA Antibody
- Anti chromatin Antibody
- Anti Ribosomal – P Antibody
- Anti centromere Antibody
- Anti sm Antibody
- Anti RNP Antibody
- Anti scl-70 Antibody
- Anti jo-1 Antibody
- Anti CCP Antibody
- Anti MPO Antibody
- Anti PR3 Antibody
- Anti GBM Antibody
- Anti ttg-IgA Antibody
- Anti DGP- IgA Antibody
- Anti ttg-IgG Antibody
- Anti DGP- IgG Antibody
- Anti B2GP1- IgA Antibody
- Anti Cardiolipin – IgA Antibody
- Anti B2GP1- IgM Antibody
- Anti Cardiolipin – IgM Antibody

Anti B2GP1- IgG Antibody
Anti Cardiolipin – IgG Antibody

השילוב של טכנולוגיית ה- multiplex עם שיטת העבודה האוטומטית ו- random access המאפשרים Continuous loading מקצרים משמעותית את ה- TAT. המכשיר אמין ביותר בתפעול- Maintenance קל וידידותי למשתמשים ותוכנת quality control פנימית הכוללת הצגת הנתונים בצורה גרפית- Levey Jennings. המכשיר מדויק אנליטית כפי שמתבטא בתוצאות בקרת איכות חיצונית בינלאומית- NEQAS- national external quality assessment site. בנוסף, מכשיר ה- BioPlex2200 פועל במעבדות אימונולוגיות רבות בארץ ובעולם, כך שישנה קבוצת ייחוס מקצועית גדולה ונשמרת אחידות שיטת הבדיקה.

- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפיזנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
 - ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
 - רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מרכז פומבי/סגור מ"צ
 - אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
 - אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
 - אחידות השיטה
 - אחר (פרט):
- פירוט הנימוקים המקצועיים: _____

גב' אלינור צרויה MSc MHA
מנהלת המעבדה לחלוקת אוטואימוניות
מרכז רפואי ע"ש שיבא תל-השומר

43270	אוטואימונית	6.7.23
קוד מעבדה	שם המעבדה	תאריך
חתימת מנהל המעבדה		

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

– להזמנת כימיקלים בלבד –
אישור הנהלת אגף מעבדות

נימוקים: מאשר לא מאשר

ד"ר דומיניסי
מנהל המעבדה להמטולוגיה
מגן מנהל המרכז לחקר הסרטן
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

חתימה: _____

תאריך: 10/10/23 פרטי המאשר: _____