

שאלות והבהרות לגבי מכרז מס 12399649 מיכל לאיסוף מחטים

מס"ד (מספר סידורי)	פירוט השאלה	תשובה
1	לאן ומתי להעביר דוגמאות	יש להעביר את הדוגמאות ליוחאי מהרכש, ניתן להעביר את הדוגמאות בזמן הגשת המכרז או מספר ימים לאחר מכן
2	מה נוסח הערבות	נוסח סטנדרטי של הבנק
3	מה קוטר החישוק הקיים בבי"ח	קוטר פנימי לחישוק למיכל שמתאים ל 2 ליטר: כ 13.8 ס"מ קוטר פנימי לחישוק למיכל שמתאים ל 4.5 ליטר ו 7 ליטר: כ 18.9 ס"מ
4	האם מציע שהחישוק שלו לא מתאים לחישוק הקיים נדרש לקחת בחשבון את עלות החישוק שמתאים למיכל של המציע	כן
5	האם ניתן להאריך את מועד ההגשה	לא
6	האם ניתן להגיש לחלק מהמוצרים	כן, לביה"ח קיימת האופציה להחליט האם לרכוש כסל או לפי מוצר
7	האם קיים צורך באמ"ר למיכלים	מצויין במכרז, "ניתן להגיש אישור אמ"ר"
8	האם ניתן להצמיד את המחירים פעם בשנה למדד פוליפרופילן או אחר	ההצמדה בהתאם לתנאי המכרז והחשב הכללי