

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קב"א
יחידה מזמינה:	
תאריך:	30/1/23

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
מלכות מים למודול גזים המודד ERCO2 מתוצרת GE	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר הספק (ת.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	510021884
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	120,000
תקופת ההתקשרות	24

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

הכוסית של CO2 מתאימה למוניטור של חברת GE
הפריט הינו מתכלה אשר מחליפים בין חולה לחולה , או כשנוזל מצטבר בכוסית .
אין תחליף לפריט זה
ניתן לראות את חברת לבנט כספק בלעדי לפריט שהוא ייחודי למודולים הלל.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
------------------------	---------------------------	-------

האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו
(לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות
עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

נימוקים והערות נוספות

בוסית של CO2 מתאימה למוניטור של חברת GE
פריט הינו מתכלה אשר מחליפים בין חולה לחולה, או כשנוזל מצטבר בכוסית
ון תחליף לפריט זה

תן לראות את חברת לבנט כספק בלעדי לפריט שהוא ייחודי למודולים הלל

הוד הנימוקים שמנתי לעיל את מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז
וות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה
כבוד רב

שם בעל הסמכות המקצועית	המקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה
------------------------	---------------------------	-------



ד"ר נדבמן
ארות אחריות טיפול נמרז כללי