

שאלות והבהרות ציוד למערכות הזרקה אוטומטיות של חומרי ניגוד בדימות – 12499073

מס"ד (מספר סידורי)	פירוט השאלה	תשובה
1	מבוקשת הבהרתכם לאילו סוגי דימות נדרשים המתכלים: MRI, CT, וכו'...	1098935133- MRI,CT 1098708258-CT 1098935141-ממוגרפיה ואנגיו
2	מאחר וקיימים מספר מותגי מזרקים במרכז הרפואי שיבא, נודה להבהרתכם מהו שם המותג ודגם המזרק לצורך אישור התאמה.	Nemoto – Sonic shot 7(MRI) Nemoto – Dual shot alpha 7(CT) Medrad- Stellant(pet CT) Medrad- Salient(ממוגרפיה) Medrad – MRXperion (MRI)
3	נודה להבהרה מהי הכמות השנתית הנדרשת מכל סוג מק"ט?	מק"ט – 1098935133 - 3,600 בשנה מק"ט - 1098708258 – 32,200 בשנה המקטים הנוספים הם לפי דרישת מחלקה ספציפית ולכן אין לי כמות מוערכת.
4	נודה להבהרה מהי כמות המינימום הנדרשת מכל סוג מק"ט (וזאת לצורך היערכות מלאי מספק במחסן הספק).	היערכות חודשית לפי הכמות השנתית, ללא התחייבות.
5	מאחר וחברתנו מוכרת את הציוד במארזים שאינם ניתנים לפתיחה, נודה להבהרתכם האם הכמות הנדרשת בהצעת המחיר מתייחסת ליחידה בודדת או למארז?	יש לציין מחיר לפי יח' ומחיר לפי אריזה.
6	מאחר ולא ניתן להכניס 2 סוגי קבצים לתיבת הצעת המחיר, מבוקש להבהיר האם עלינו להגיש את הצעת המחיר לתיבת ההצעות בפורמט אקסל או PDF?	
7	בהתייחס לתקופת ההתקשרות – היות ואופציה להארכת ההסכם בארבע שנים (בעוד שתקופת ההתקשרות הינה לשנה בלבד) איננה סבירה, מבוקש להפחית את תקופת האופציה	לא מאושר שינוי. נשאר ע"פ המכרז.

	להתקשרות נוספת לשתי תקופות בלבד; לחלופין מבוקש להוסיף לאחר המילים "ע"פי שיקול דעתו" את המילים "לאחר תיאום התנאים לתקופת האופציה עם המציע, וכן לאחר קבלת הסכמה מראש מצידו".	
--	---	--