



12/03/24

לכבוד :

כלל המציעים

**מכרז פומבי מס' 244549 לאספקת מערכות לניטור פרמטרים  
 אלקטרופיזיולוגיים תוך ניתוחי עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש  
 סוראסקי**

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ג'	2.3	האם 8 ערוצים מתקבלים ב EEG/ECOG?	לא. נדרש בהתאם למפורט במפרט הטכני.
2	ג'	2.6	מה ההגדרה של NAP? איזה סוג בדיקה מדובר?	Nerve Action Potential גירוי ישיר של עצב הקפי בעצמה נמוכה 1-10 mA וחלון אנליזה של 10-120 מילישניות.
3	ג'	2.6	האם 8 ערוצים מתקבלים ל EMG?	לא. נדרש בהתאם למפורט במפרט הטכני.
4	ג'	2.2	האם 8 ערוצים לאנליזה מתקבלים?	לא. נדרש בהתאם למפורט במפרט הטכני.
5	ג'	2.2	מה הטווחים של הסטימולציה בין אם מדובר על וולטאז' קבוע או על ידי זרם? האם טווחים של 0-400 V מתקבלים?	כפי שרשום, אופציה לשני הסוגים. הטווח מתקבל כל עוד הזרם שנוצר מגיע ל- 1000mA
6	ג'	2.5	האם 8 ערוצים מהווים יתרון לעומת 4 המתבקשים?	יתרון אך לא חובה. רשום בברור מה הדרישה.
7	ג'	2.8	מה הטווחים של הסיטומלציה בין אם מדובר על וולטאז' קבוע או על ידי זרם? האם טווחים של 0-400 V מתקבלים?	הדרישה היא לזרם קבוע כפי שרשום. נדרש טווח של 0-25mA. רשום בברור מה הדרישה.
8	ג'	2.7	t Raw data/ ASCII format of all traces על איזה export מדובר, Word? EDF? PDF? גם וגם?	EDF, CSV או דומה. וורד או PDF הם בוודאי לא רלוונטים. מדובר בקובץ נתונים המיועד לאנליזה חיצונית.

**בכבוד רב,  
 יורם הלוי  
 מנהל יחידת מכרזים**