

שאלות עבור מכרז 12499073

מכרז ציוד למערכות הזרקה אוטומטיות של חומרי ניגוד בדימות

DMS-DIGITAL

שאלה	תשובה
בטבלת הצעת המחיר מבוקש מאריכים באורכים של 100 ס"מ ו-50 ס"מ, האם זו טעות? בדרך כלל נהוג בשוק להשתמש במאריכים במידות 150 ס"מ או 320 ס"מ.	הוספנו מידה נוספת למכרז. ניתן להוסיף למידה 150 ס"מ ומידות נוספות.
תחת הצהרת ספק נשאלתי תוך כמה שבועות אצטרך לספק את הציוד, האם הכוונה היא להזמנה הראשונה או לכל הזמנה שתצא במהלך תקופת ההתקשרות?	התחייבות לכל הזמנה שתצא, מה זמן האספקה מהרגע שיוצאת הזמנה עד לאספקה.