

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	שד
תאריך:	26/02/24

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095004990	DIMENSIONS SYSTEM (3D VERSION) ³
5	1040029167	I-VIEW CONTRAST ENHANCED 2D IMAGING OPTION
3	1040029159	DQUORUM LICENSE ³
4	1040029142	GENIUS AI LICENSE
2	1040029134	INTELLIGENT 2D LICENSE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773

ספק זה הינו:	ספק יחיד	_____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 413,303 + מע"מ	_____
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	_____

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מסלים בדר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

סלים בדר	רנטגנאי ראשי	ורד
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

אגף הדימות

ז' אדר א תשפ"ד
16 פברואר 2024

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד – מערכת ממוגרפיה 3Dimensions™ של חברת HOLOGIC

המרכז הרפואי שיבא, מעוניין לצאת לרכש של מערכת ממוגרפיה נוספת למכון, זאת בעקבות עלייה מתמדת בביקוש לבדיקה, המתנה ארוכה ותורים רחוקים עד לביצוע. לאחר בחינה של המערכות הקיימות הזמינות בארץ וניסיון רב שנים בתחום נמצא שמערכת ממוגרפיה של חברת HOLOGIC מדגם 3Dimensions הינה המערכת המתאימה ביותר לתת מענה לצרכים ודרישות של המרכז לבריאות האישה במרכז הרפואי, מהסיבות הבאות:

1. המערכת מאפשרת ביצוע בדיקת טומוסינטזיס (ממוגרפיה תלת ממדית לשד) בזמן קבוע של 3.7 שניות בלבד ללא תלות בגודל השד, זמן זה קצר משמעותית ביחס למתחרים. הדבר מפחית משמעותית את כמות הארטיפקטים שעלולה להיווצר בעקבות רעד או תזוזה.
2. המערכת מאפשרת ביצוע בדיקות טומוסינטזיס ברזולוציה הכי גבוהה – 70 מיקרון. הדבר מאפשר הדגמה של ממצאים קטנים ביותר שעשויים להיות מפוספסים עם רזולוציה נמוכה יותר.
3. טכנולוגיית Curved paddle - המערכת מגיעה עם מגש לקומפרסיה מעוקל, הדבר מגדיל את שטח הקומפרסיה לשד ובכך מייעלת את הקומפרסיה ומונעת תזוזה של השד. יתר על כן, המגש המעוקל מפחית משמעותית את תחושת חוסר הנוחות ובכך חוסך תחושת סבל לנבדקת שבסופו של דבר גורמים לתזוזות.
4. תוכנת 3D Quorum – מאפשרת להקטין את גודל הקבצים של הטומוסינטזיס ביותר מ- 50% ואת כמות החתכים לפענוח ב- 70% ללא איבוד אינפורמציה בתמונות באמצעות שימוש ב- AI מובנה.
5. תוכנת Genius AI – מאפשר קבלת דו"ח של הבדיקות תוך סימון ממצאים חריגים גם בקונסולה של הרנטגנאית וגם נשלח ישירות ל PACS ללא צורך בשרת חיצוני. כל העיבודים נעשים על המכשיר באופן אוטומטי במספר שניות בודדות. הדבר מקצר משמעותית את זמן העבודה של הרנטגנאית ומאפשר קבלת החלטות לגבי המשך הבירור.

מערכת ממוגרפיה מתוצרת חברת HOLOGIC -דגם 3Dimensions, משווקת בארץ בבלעדיות על ידי חברת מדטכניקה. לכן, אנו מבקשים להכיר בחברת מדטכניקה כספק יחיד למערכת זו.

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי

