



28.05.24

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 244493 לאספקת מכשירי מוניטור דפיברילטור

1. מסמכי המכרז עודכנו נוכח התשובות לשאלות הבהרה.
2. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
3. להלן תשובות לשאלות הבהרה.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
1.	הודעה	4	מבוקש: 1. במידה ומרת"א מבקשים להגדיל את ההתקשרות ויוכנסו הזמנות נוספות, החשבונית תהא בהתאם לער היציג ביום הוצאת החשבונית. 2. להבהיר כי לאחר תקופה של 24 חודשים, הספק יהא רשאי לשנות את תנאי ההתקשרות למשך תקופה של 12 חודשים נוספים; לחלופין מבוקש להצמיד את המחירים למדד המחירים לצרכן.	1. ראו סעיף 31.2 בנספח ה' (הסכם ומוספיו) 2. הסעיף יוותר ללא שינוי
2.	נספח א' - תנאי המכרז	4	להבהיר כי לאחר תקופה של 24 חודשים, הספק יהא רשאי לשנות את תנאי ההתקשרות למשך תקופה של 12 חודשים נוספים; לחלופין מבוקש להצמיד את המחירים למדד המחירים לצרכן.	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	נספח א' - תנאי המכרז	5	מבוקש להחליף את המילה "בלבד" (לאחר המילה "מרתא") במילים "בהסכמת הספק ותיאום התנאים מראש", שכן הארכת תקופת ההתקשרות ב72 חודשים ללא שינוי התנאים איננה סבירה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
4.	נספח א' – תנאי המכרז	6	במידה ומרת"א מבקשים להגדיל את ההתקשרות ויוכנסו הזמנות נוספות, החשבונית תהא בהתאם לער היציג ביום הוצאת החשבונית.	ראו סעיף 31.2 בנספח ה' (הסכם ומוספיו)

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
5.	נספח א' - תנאי המכרז	8.2	מבוקש להבהיר כי לא נדרשת הגשת ערבות.	מובהר כי במכרז זה לא נדרשת הגשת ערבות הצעה וכן המציע הזוכה לא נדרש להגיש ערבות ביצוע
6.	נספח א' - תנאי המכרז	10.2 10.3	1. מבוקש להבהיר האם הכוונה ב"מכשור מושא זה" היא לניסיון כללי באספקת דפיברילטורים ובשירותים הנדרשים, או לניסיון באספקת הדגם הספציפי הנמכר המוצע במסגרת מכרז זה והשירותים הנדרשים. 2. לאור העובדה כי מדובר על ציוד שנמכר בחברתנו תקופה קצרה מהתקופה הנדרשת במסגרת דרישות המכרז, אמנם בעל ניסיון עשיר בבתי חולים ברחבי העולם, מבוקש להבהיר כי ניתן להתבסס גם על ניסיון היצרן בחו"ל לצורך הוכחת ניסיון מצטבר של שלוש שנים שנצבר בין השנים 2020-2024 באספקת ובתחזוקה של המכשור האמור, ולהציג מוסדות רפואיים בחו"ל כגון אירופה ו/או ארה"ב לצורך עמידה בתנאי הסף.	סעיף 10.2 מעודכן כדלקמן: "למציע ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות שנצבר בין השנים 2020-2024 באספקה של מכשירי מוניטור דפיברילטור לשלושה בתי חולים לפחות בישראל." סעיף 10.3 מעודכן כדלקמן: "למציע ניסיון מצטבר של שלוש שנים לפחות, שנצבר בתחזוקה של מכשירי מוניטור דפיברילטור לשלושה בתי חולים לפחות בישראל."
7.	נספח א' - תנאי המכרז	50	1. להבהיר כי המידע יישאר חסוי בפני גורמים שלישיים ומציעים אחרים במכרז. 2. להבהיר כי מרת"א אינה יכולה לדרוש מהמציע לגלות פרטים שאין להם קשר ישיר להתקשרות עם המציע/ההצעה של המציע.	המנגנון קבוע בסעיפים המכרז וכפוף לתקנות חובת מכרזים
8.	נספח א' - תנאי המכרז	53	מבוקש להוסיף לאחר המילים "רשאי מרת"א" את המילים "לאחר שנתן לזוכה אפשרות סבירה לתקן את המידע שמסר".	המנגנון קבוע בסעיפים המכרז וכפוף לתקנות חובת מכרזים
9.	נספח א' - תנאי המכרז	54	מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד שמדובר במידע רלוונטי להתקשרות זו".	המנגנון קבוע בסעיפים המכרז וכפוף לתקנות חובת מכרזים
10.	נספח א' - תנאי המכרז	57	מבוקש להוסיף לאחר המילה "משופרת" את המילים "ככל שיהיו מעוניינים בכך"	אין חובה על המציע לעניין סעיף זה בהגשת הצעה משופרת

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
11.	נספח א' - תנאי המכרז	66	מבוקש למחוק את הסעיף - לא ניתן לבטל את ההתקשרות בכל שלב ובוודאי לאחר שהספק הסתמך על ההתקשרות, התקשר עם צדדים שלישיים והוציא הוצאות בגינה.	המנגנון קבוע בסעיפים המכרז וכפוף לתקנות חובת מכרזים
12.	נספח א' - תנאי המכרז	77	מבוקש להכפיף את הסעיף לדיני המכרזים.	כל תנאי המכרז כפופים לדיני מכרזים
13.	נספח א' - תנאי המכרז	80	מבוקש להסיר את הסעיף שכן לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחסת למחירו של המכשיר במסגרת רכישה של כמות מכשירים מזוכה יחיד) ביחס לרכישת מוצר בודד.	הסעיף יותר ללא שינוי
14.	נספח א' – תנאי המכרז	87	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים "הנוגע לתנאי מכרז זה בלבד".	הסעיף יותר ללא שינוי
15.	נספח א' – תנאי המכרז	89	מבוקש להחליף את המילה "מחויב" במילה "רשאי".	הסעיף יותר ללא שינוי
16.	נספח א' – תנאי המכרז	91	יובהר כי במידה ומרת"א יחליט להתקשר עם המציע בהיקף נמוך מהמפורט במסמכי המכרז - ייתכן ותנאי ההצעה ישונו בהתאם לכמות הרלוונטית.	הבקשה נדחית. הסעיף יותר ללא שינוי
17.	נספח א' – תנאי המכרז	92	מבוקש להבהיר כי זכויות מרת"א המפורטות בסעיפים אלו אינן סבירות ואינן מקובלות, בהתאם מבוקש לשנות את התנאים כך שמרת"א יוכל לפעול בהתאם לסעיפים אלו במקרים הבאים בלבד: 1. בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות; 2. הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים; 3. הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין ההפרה מהמרכז הרפואי. 4. תקלה שנגמרה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בטובין.	הסעיף יותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
18.	נספח א – תנאי המכרז	98.1	בעניין "התקיים פגם.. בבחירת ההצעה הזוכה" - מבוקש כי טרם ביטול המכרז תינתן לספק זכות טיעון והזדמנות סבירה לתיקון הפגמים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
19.	נספח א – תנאי המכרז	100	מבוקש להוסיף בסיפא "אלא אם מדובר במעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
20.	נספח א – תנאי המכרז	102	מבוקש להוסיף בסיפא "אלא אם הכללת הפרט נבעה ממעשה או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו"	הסעיף יוותר ללא שינוי
21.	נספח א – תנאי המכרז	113	מבוקש להוסיף בסיפא "ואמנם מרת"א לא יסרב להסבה/המחאה וכו' אלא מטעמים סבירים בלבד".	הסעיף יוותר ללא שינוי
22.	נספח ב' (חלק 1)	13	מבוקש להסיר את הסעיף שכן לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחס למחירו של המכשיר במסגרת רכישה של כמות מכשירים מזוכה יחיד) ביחס לרכישת מוצר בודד.	הבקשה נדחית. הסעיף יוותר ללא שינוי
23.	נספח ב' (חלק 2)	18	מבוקש להבהיר האם יש לכלול במסגרת הצעת המחיר גם אביזרים (כבלים/צינורות).	הצעת המחיר הינו עבור : מכשירי מוניטור דפיברילטור כולל אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו (לרבות סוללה) ועבודות הקשורות בהפעלתו, לתקופה של 36 חודשים מיום קבלת המכשור והתקנתו לשביעות רצון מרת"א כמו כן, על המכשור לעמוד בדרישות המפרט הטכני
24.	נספח ג' – מפרט טכני	1	האם יש צורך להציג את נתוני ההתנגדות ומגע מדבקות לעור המטופל ע"ג צג המכשיר	סעיף 10 מעודכן כדלקמן : "למכשור למכשור תהא יכולת למתן SHOCK חשמלי דרך כפות או דרך מדבקות מתאימות (מבוגר/ילד) ולהציג את תקינות המגע לעור המטופל. השוק הראשון יינתן בזמן שלא יעלה על 15 שניות."

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
25.	נספח ג' – מפרט טכני	1	האם יש דרישה לעוצמת אנרגיה של המכשיר (360J)	הסעיף יוותר ללא שינוי
26.	נספח ג' – מפרט טכני	1	מה הזמן הדרש מהמכשיר למתן שוק ראשון?	ראה מס"ד 24
27.	נספח ג' – מפרט טכני	1	מבוקש להבהיר האם נדרש מצב AED למבוגר בלבד, או למבוגר ולילד?	סעיף 2 מעודכן כדלקמן: "אפשרות לעבוד גם באופן ידני (Manual Mode) וגם חצי-אוטומטי (AED) במצב מבוגר או במצב ילד."
28.	נספח ג' – מפרט טכני	2	האם קיימת חובה בפונקציית חיבור מדבקות ילדים המשנות את פרוטוקול הטיפול בין מבוגר לילד (משנה את טווח האנרגיה אוטומטית עם חיבור המדבקות)	ראה מס"ד 27
29.	נספח ג' – מפרט טכני	3	שדרוג והרחבת יכולות: האם יש צורך ביכולת עתידית להוספת פונקציות (הוספת מודול CO2, לחץ דם לא פולשני NIBP (שדרוג מכשיר קיים בעלויות נמוכות ללא צורך בהחלפת המכשיר בשלימותו)	האפשרויות הנ"ל יילקחו בחשבון בפרמטר האיכות "איכות טכנולוגית" בסעיף 41.1.2 בתנאי המכרז.
30.	נספח ג' – מפרט טכני	6	האם משוב ההחייאה צריך להיות מוצג ע"ג מסך המכשיר?	סעיף 6 מעודכן כדלקמן: "המכשיר יכלול מערכת מובנת למשוב העיסוי אשר תוצג ע"ג המסך ותשמור את התיעוד בזיכרון המכשיר."
31.	נספח ג' – מפרט טכני	6	האם המכשיר צריך לשמור תיעוד של נתוני משוב ההחייאה בזיכרון המכשיר וכחלק מרצף נתוני ההחייאה?	
32.	נספח ג' – מפרט טכני	6	האם יש לספק את סנסור ההחייאה כחלק מהצעת המחיר המבוקשת או שעל המכשיר רק לכלול את האופציה?	
33.	נספח ג' – מפרט טכני	6	האם נדרש משוב ויזואלי וקולי על איכות העיסויים?	
34.	נספח ג' – מפרט טכני	6	האם המכשיר צריך להפיק מידע אודות איכות ההחייאה בסיום האירוע?	

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
35.	נספח ג' – מפרט טכני	9	חיבור לתחנת אחות מרכזת : האם קיים צורך בחיבור אופציונאלי לתחנת אחות מרכזת וקבלת ניטור מרכזי למערכת?	האפשרויות הנ"ל יילקחו בחשבון בפרמטר האיכות "איכות טכנולוגית" בסעיף 41.1.2 בתנאי המכרז.
36.	נספח ג' – מפרט טכני	9	חיבור לתיק חולה ממוחשב : האם קיים צורך בחיבור אופציונאלי לתיק חולה ממוחשב (שידור נתונים לקמיליון/ מטה ויז'ן כו') ובמידה וכן האם יש העדפה לחיבור WIFI ?	
37.	נספח ג' – מפרט טכני	9	היסטוריה ושמירת נתונים : האם יש צורך בשמירת נתונים על גבי המכשיר? האם המכשיר צריך שמור נתונים כולל Foll ו Eevnts, Waveforme storag Disclosure ? האם קיים יתרון למכשיר המציג את כל הנתונים הנ"ל ללא תוכנה חיצונית	
38.	נספח ג' – מפרט טכני	10	האם קיימת דרישה אופציונאלית לכפות פנימיות?	יתווסף סעיף 14 למפרט הטכני (נספח ג') : "למכשיר תהא אפשרות עבודה עם כפות חיצוניות וכפות פנימיות, המכשיר יסופק רק עם כפות חיצוניות."
39.	נספח ג' – מפרט טכני	10	האם קיימת דרישה לאסקלציה אוטומטית עם חיבור מדבקות ילדים (מדבקות עם זיהוי חכם) ?	ראה מס"ד 27
40.	נספח ה' – הסכם	5.2	מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "בלבד" ולהחליפה ב"התאם לתיאום והסכמת המציע, ובלבד שתינתן לו האפשרות לשנות את הצעת המחיר", שכן התחייבות לספק ציוד/שירות במשך 36 שנים מבלי לחדש את התנאים איננה סבירה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
41.	נספח ה' – הסכם	7.4	מבוקש להבהיר כי במקרה של החלפת נציג תינתן על כך הודעה מראש ובכתב לספק.	במקרה של החלפת נציג תינתן על כך הודעה מראש ובכתב לספק.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
42.	נספח ה' – הסכם	9.12	מבוקש להחליף את המילים "אחריות הבלעדית והמלאה" במילים "אחריות על פי דין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
43.	נספח ה' – הסכם	10.5	לאור עיכובים במשלוח המוצרים, הנובעים בין היתר מהמצב הביטחוני ומאילוצי היצרן - מבוקש לשנות את זמן האספקה ל22 שבועות (בעוד שהזמנה מיוחדת תסופק בהתאם למפרטי מרת"א).	הסעיף מעודכן כדלקמן: "המכשור יסופק למרת"א לא יאוחר מ-60 ימים ממועד ההזמנה אלא אם כן נקבע בהזמנה מועד אחר לאספקה."
44.	נספח ה' – הסכם	10.5	חברתינו מתחייבת לאספקה של 10-12 שבועות מאחר והמכשירים מוזמנים לפי מפרט הלקוח.	
45.	נספח ה' – הסכם	11.3	מבוקש: 1. להוסיף לאחר המילה "נוק" את המילה "ישיר"; 2. להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה";	הסעיף יוותר ללא שינוי
46.	נספח ה' – הסכם	11.3	המילה "יפצה" תוחלף במילה "ישפה", אחריות הספק תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכפוף לכך שהנזק או ההפסד לא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
47.	נספח ה' – הסכם	15.2	מבוקש להבהיר האם נדרשת הסמכת יצרן למהנדסים/לצוות הטכני של מרת"א?	כן
48.	נספח ה' – הסכם	16.1	יש להבהיר כי אחריות הספק תהיה כפופה לכך שמרת"א תתפעל ותתחזק את המכשיר עפ"י הוראות היצרן והספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי
49.	נספח ה' – הסכם	16.3	מבוקש להגביל את תקופת האחסון למספר שבועות בלבד סביר בלבד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
50.	נספח ה' - הסכם	17.1	מבוקש להבהיר כי שירות ומענה טלפוני יסופק בין השעות 08:00 – 17:00 בימים א'-ה'. ההסכם אינו כולל שירות בימי שישי, שבת וחג. קריאות שירות בימי שישי, שבת וחג במקרי השבתה של ציוד מציל חיים בלבד, ייענו בתשלום תחת תעריפי החברה לשעות מיוחדות. זמן היענות יהיה עד 6 שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 17:00, קריאות שירות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 יענו ביום העבודה למחרת.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
.51	נספח ה' - הסכם	17.3	מבוקש להבהיר כי מעבר לתקופת האחריות, אין באפשרות הספק להתחייב על אספקת מכשיר חלופי במקרה של תקלה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.52	נספח ה' - הסכם	18.1	מבוקש להבהיר כי האחריות אינה כוללת תיקון תקלות הנובעות משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמד ע"י היצרן. מקרים כאלו יידונו עם הלקוח באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצועו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.53	נספח ה' - הסכם	18.3	מבוקש לעדכן כי אספקת חלקים תהיה תוך פרק זמן מירבי של 5 ימי עסקים במקרים בהם החלק אינו במלאי המציע	סעיף 18.3 מעודכן כדלקמן: "הספק יספק חלקי חילוף בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 72 שעות."
.54	נספח ה' - הסכם	19.1 – 19.3	מבוקש להבהיר כי רק עדכוני יצרן המוגדרים Safety או Mandatory FCO יבוצעו ללא תוספת עלות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
.55	נספח ה' - הסכם	23.1	מבוקש להבהיר האפשרות להחזיר את הציוד איננה סבירה ואינה מקובלת, בהתאם מבוקש לשנות את התנאים כך שמרת"א יוכל להחזיר את הציוד בכפוף למקרים הבאים בלבד: 1. בתקופה של חודש אחד לאחר תחילת ההתקשרויות; 2. הודעת בטיחות/recall של יצרן המכשירים; 3. הפרה מהותית של המציע הזוכה ביחס לתנאי ההסכם, שלא תוקנה תוך 30 יום מקבלת הודעה בגין ההפרה מהמרכז הרפואי. 4. תקלה שנגמרה עקב מעשה ישיר של הספק, אשר לא מאפשרת כלל שימוש בטובין.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
56.	נספח ה' - הסכם	27.1	<p>1. מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "לבדו";</p> <p>2. מבוקש להוסיף בסעיף כי בנוסף לאמור הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק;</p> <p>3. מבוקש למחוק את המילים "ו/או הפסד ו/או אובדן";</p> <p>4. מבוקש להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילה "ישיר";</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי
57.	נספח ה' - הסכם	27.2	<p>1. מבוקש למחוק את המילה "לפצות";</p> <p>2. מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי או הפיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות בלבד את מרת"א בגין סכומים שמרת"א תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצעו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א יודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, יאפשר לספק להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.</p> <p>3. מבוקש בשורה האחרונה להוסיף לאחר המילים "ושכר טרחת עורך דין" את המילה "סבירים".</p>	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
58.	נספח ה' - הסכם	27.3	מבוקש : 1. להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "אלא אם כן הנזק או האובדן נגרמו בזדון או רשלנות על ידי מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים". 2. להבהיר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את מרת"א ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
59.	נספח ה' - הסכם	28.1	מבוקש להוסיף לאחר המילים : "לערוך ולקיים" את המילים : "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו".	הסעיף יוותר ללא שינוי
60.	נספח ה' - הסכם	28.2	מבוקש להחליף את המילים : "כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם" במילים : "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
61.	נספח ה' - הסכם	28.4	מבוקש למחוק סעיף זה. המכרז מתייחס לאספקת מוצרים (אספקת מכשירי מוניטור דפיברילטור).	הסעיף יוותר ללא שינוי
62.	נספח ה' - הסכם	28.6	מבוקש למחוק את המילים : "או העתקי פוליסות"	הסעיף יוותר ללא שינוי
63.	נספח ה' - הסכם	28.7	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים : "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה ככל וניתנה לנותן השירותים התראה של 15 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש"	הסעיף יוותר ללא שינוי
64.	נספח ה' - הסכם	33	מבוקש להבהיר - הן ביחס לסעיף זה והן ביחס לנספח הסודיות - כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי ; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות ; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
65.	נספח ה' - הסכם	35.1	מבוקש : 1. להבהיר כי בגין איחור באספקה עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה. 2. להבהיר כי בכל מקרה תינתן לספק האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון טרם הפעלת חיוב פיצוי מוסכם. 3. מבוקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם שכן אינו מידתי ביחס להתקשרות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
66.	נספח ה' - הסכם	35.2	מבוקש : 1. מבוקש כי בכל מקרה תינתן לספק אפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון טרם הפעלת חיוב בפיצוי מוסכם. 2. מבלי לגרוע מהסעדים הנתונים למרת"א על פי דין, מבוקש להבהיר כי לא יתאפשר כפל פיצוי/שיפוי בגין הפרה ספציפית.	הסעיף יוותר ללא שינוי
67.	נספח ה' - הסכם	35.4	מבוקש להוסיף בסיפא "בקשר עם התקשרות זו בלבד".	הסעיף יוותר ללא שינוי
68.	נספח ה' - הסכם	36.1	מבוקש ליתן לספק זכות טיעון והזדמנות לתיקון טרם ביטול החוזה.	מקובל. ראו נוסח המכרז המעודכן
69.	נספח ה' - הסכם	38	מבוקש להבהיר כי הסעיף יחול בקשר לשינויים רלוונטיים להתקשרות זו בלבד.	הסעיף יוותר ללא שינוי
1.	נספח ה' - הסכם	39.2	מבוקש כי מרת"א יעדכן מראש ובכתב את הספק אודות כל המחאה, שעבוד, משכון, הסבה של ההסכם - בחלקו או במלואו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
2.	נספח ה' - הסכם	41	מבוקש להבהיר כי לפני קיזוז/עיכוב כאמור בסעיף זה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להתגונן, וכי הקיזוז יהא בגין סכומים מוכחים בלבד.	מקובל. ראו נוסח המכרז המעודכן

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובת מרת"א
3.	נספח ו' – אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א.		מאחר ויש להגיש את נספח ו' לאחר מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, נבקש לאפשר להגיש נספח זה באמצעות דוא"ל, בנפרד ממסמכי ההצעה ולאחר ביצוע ההדגמה.	מקובל
4.	נספח טו' – הצהרת סודיות	3	מבוקש להוסיף לאחר המילים "כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל" את המילים "ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי"; כל עוד לא מדובר על מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; כל עוד לא מדובר על מידע שהיה בידי החברה ו/או בידי עובדיה טרם ההתקשרות; כל עוד לא מדובר במידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת".	הנספח יוותר ללא שינוי
5.	נספח י"ז – שאלון אבטחת מידע לחיבור מכשיר רפואי		בהתייחס לנספח ג' (מפרט טכני) – המוצר אינו דורש העברת מידע ואינו כולל חיבור (נמכר כ stand alone), בהתאם נבקש אישורכם כי אין צורך למלא את שאלון אבטחת המידע.	הסעיף יוותר ללא שינוי

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**