

## שאלות הבהרה

	<u>מענה</u>	<u>שאלת הבהרה</u>	<u>עמ' + סעיף</u>
	יש להציע את הדגם המתקדם ביותר עבור כל אחד מהסלים	האם ספק יכול להציע יותר מדגם אחד של אותו היצרן עבור כל אחד מהסלים	סעיף 3/ב'
	Last Image Hold + Reference Image Hold	שמירת Loop- האם הכוונה לשמירת Last Image Hold + Reference Image Hold או האם הכוונה לשמירת cine	סעיף 6.2.1 ד'
	ניתן	גרפים של DQE+MTF הינם חומר חסוי של היצרן. האם ניתן לספק במקום טבלאות.	סעיף 6.2.3 ו'
	נא להתעלם מהסעיף	לא ברור למה הכוונה, "נדרשת עגלת עבודה הכוללת אפשרות להתקנת שני מסכים ע"ג זרועות"	סעיף 6.2.5 א'
	נא להתעלם מהסעיף. יש לציין אם קיימת אפשרות לצרף מסך	לא ברור למה הכוונה, "זרוע מפרקית להתקנת המסכים ע"ג העגלה"	סעיף 6.2.6 ג'

	ניתן	גרפים של DQE+MTF הינם חומר חסוי של היצרן. האם ניתן לספק במקום טבלאות.	סעיף 6.3.3 ו'
	נא להתעלם מהסעיף	"נדרשת עגלת עבודה הכוללת אפשרות להתקנת שני מסכים ע"ג זרועות" – מה הכוונה	סעיף 6.3.5 ב'
	נא להתעלם מהסעיף. יש לציין אם קיימת אפשרות לצרף מסך	לא ברור למה הכוונה, "זרוע מפרקית להתקנת המסכים ע"ג העגלה"	סעיף 6.3.6 ג'
	זוהי הרשימה המאושרת ע"י היחידה למניעת זיהומים בשיבא. לבירורים בנושא יש לפנות לכתובת מייל <a href="mailto:Nani.PinasZade@sheba.health.gov.il">Nani.PinasZade@sheba.health.gov.il</a>	נספח לא ברור – האם ניתן לקבל את שמות החומרים המאושרים לשימוש	נספח ה' רשימת חומרי חיטוי המאושרים לשימוש בשיבא
	Last Image Hold + Reference Image Hold	שמירת Loop- האם הכוונה לשמירת Last Image Hold + Reference Image Hold או האם הכוונה לשמירת cine	סעיף 6.3.1 ד'
	ניתן להציע את הניידת בקטגוריה הרלוונטית	ברשותנו אישור יצרן המאשר שבדיקות וסקולריות איכות התמונה בגנרטור 15 Kw שוות ערך לאיכות תמונה בגנרטור	6.4 קטגוריה ד'

		<p>בהספק 25kw, זאת הודות לאלוגריתם ייחודי ל GE בשם eNR. בנוסף, אפשרות הקירור וכן קיבולת החום טובות יותר מניידת שיקוף בהספק 25kw. כמו כן לגנרטור 25kw אין משמעות בסריקות תלת מימד לע"ש</p>	
	<p>נא להתעלם מהסעיף. יש לציין אם קיימת אפשרות לצרף מסך</p>	<p>כוונה לא ברורה- "נדרשת עגלת עבודה הכוללת אפשרות להתקנת שני מסכים ע"ג זרועות."</p>	<p>6.4.5 ב'</p>