



05/06/2024

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 234449 לאספקת עטיפות מבדי SMS ונייר TRAY

LINER עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. במסמכי המכרז בוצעו העדכונים הבאים :

1.1. אמות מידה, סעיף 43.2.2 ו-43.2.23 עודכנו לנוסח הבא :

43.2.2 חו"ד מהתנסות צוות חדר ניתוח ועובדי אס"ם של מרת"א - 17 נק' (ניקוד

מרבי)

הניקוד יינתן בטווח של 1(הנמוך ביותר) ל-10(הגבוה ביותר)

ממלא חו"ד	ניקוד
חו"ד מהתנסות צוות חדר ניתוח	07
חו"ד צוות אספקה סטרילית	10

43.2.3 **בד מתכלה וניתן למחזור - TRAY LINER - 3 נק'**

1.2. מפרט טכני, נספח ג' - סעיף 3.2.1 - הסעיף הוסר.

1.3. נוסף סעיף ל מפרט טכני, נספח ג' - סעיף 3.2.9 " העובי צריך להיות 70 גרם ומעלה"

1.4. הצעת המחיר, נספח ב' (חלק 2) סל ב' וכן המפרט הטכני, נספח ג' - סעיף 3.3 מידות

נדרשות עודכן לנוסח הבא :

1.4.1 TRAYLINER תואמת לסלסלה 1/2 : אורך : 24.1 ס"מ, רוחב : 25.1 ס"מ

1.4.2 TRAYLINER תואמת לסלסלה 3/4 : אורך : 40.4 ס"מ, רוחב : 25.1 ס"מ

1.4.3 TRAYLINER תואמת לסלסלה 1/1 : אורך : 53.8 ס"מ, רוחב : 25.1 ס"מ

2. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ה	5.7	מבוקש להוסיף: בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין והן באריזתן המקורית.	הסעיף יוותר ללא שינוי
2	כללי/נספח	2	בבקשה להעריך את זמן הגשת ההבהרות	מועד הגשת המכרז נקבע ליום 16/06/24 עד השעה 12:00
3	נספח א	76	בבחירת ההצעה הזוכה כמה זמן תתנו לספק להתארגן עד תחילת האספקה הגעת סחורה נכון להיום זה מינמום 5 חודשים	משך זמן התארגנות מקסימלי יהיה 3 חודשים.
4			אחד מתנאי הסף הינו ניסיון מכירתי של המוצרים המבוקשים בלפחות שני בתי חולים בשנים 2021-2023. את המוצרים הנ"ל התחלנו לייבא בשנה וחצי האחרונות והיום הם נמכרים בבתי חולים.	תנאי סף 12.1 עודכן לנוסח הבא: "למציע ניסיון מצטבר באספקת פריטים כדוגמת המבוקשים במכרז זה בשנים 2023-2024 . בלפחות שני בתי חולים בישראל, אשר לפחות ביה"ח אחד מהם הינו ביה"ח בו קיימות 300 מיטות אשפוז לפחות."
5	ב	17	בד SMS משקל 55 גרם מידה 90*90 האם ניתן להגיש 50גר או 60 גרם ? מה ההעדפה	המשקל הנדרש לבדים הדקים יעודכן ויהיה בטווח של 50-60 ג' ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא +/- 5%
6	ב	17	בד SMS משקל 75 גרם מידה 90*90 האם ניתן להגיש 70 גרם במקום 75 גרם	המשקל הנדרש לבדים העבים יעודכן ויהיה בטווח של 70 עד 80 גר' ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא +/- 5%

<p>המשקל הנדרש לבדים הדקים יעודכן ויהיה בטווח של 50-60 ג' ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא 5% +/-</p>	<p>בד SMS משקל 55 גרם מידה 120*120 האם ניתן להגיש 50גר או 60 גרם ? מה ההעדפה</p>	17	ב	7
<p>המשקל הנדרש לבדים העבים יעודכן ויהיה בטווח של 70 עד 80 גר' ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא 5% +/-</p>	<p>בד SMS משקל 75 גרם מידה 120*120 האם ניתן להגיש 70 גרם במקום 75 גרם</p>	17	ב	8
<p>כמפורט בסעיף 10 לנספח ב': " המציע יכול להציע הצעה לחלק מהסלים או לכל הסלים, אולם ככל והמציע בחר להגיש הצעתו לסל כלשהו, הוא מחויב להגיש הצעה לכלל הפריטים הנקובים באותו סל אליו הגיש הצעתו- אחרת הצעתו תיפסל."</p>	<p>בד SMS משקל 55 גרם מידה 150*150 במידה ואין את המידה הזו האם ניתן לגשת למכרז בנושא זה?</p>	17	ב	9
<p>כמפורט בסעיף 10 לנספח ב': " המציע יכול להציע הצעה לחלק מהסלים או לכל הסלים, אולם ככל והמציע בחר להגיש הצעתו לסל כלשהו, הוא מחויב להגיש הצעה לכלל הפריטים הנקובים באותו סל אליו הגיש הצעתו- אחרת הצעתו תיפסל."</p>	<p>בד SMS משקל 75 גרם מידה 150*150 במידה ואין את המידה הזו האם ניתן לגשת למכרז בנושא זה?</p>	17	ב	10
<p>הנייר נדרש לכסות את הסלסלה בגודל 1/2</p>	<p>נייר TRAY LINER <u>מותאם לסלסלה בגודל 1/2</u> מידות הנייר לא מופיעות . מה המידה הרצויה?</p>	17	ב	11

<p>הנייר נדרש לכסות את הסלסלה בגודל 3/4</p>	<p>נייר TRAY LINER <u>מותאם לסלסלה</u> <u>בגודל 3/4</u> מידות הנייר לא מופיעות . מה המידה הרצויה?</p>	17	ב	12
<p>הנייר נדרש לכסות את הסלסלה בגודל 1/1</p>	<p>נייר TRAY LINER <u>מותאם לסלסלה</u> <u>בגודל 1/1</u> מידות הנייר לא מופיעות . מה המידה הרצויה?</p>	17	ב	13
<p>כ</p>	<p>צבעים של בדים: חוץ מכחול וירוק האם הצבעים ורוד ולבן מקובלים עליכם?</p>	3.1	ג'	14

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להחליף את המילים: "ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו) לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו" במילים: "את הביטוחים המפורטים להלן: ביטוח צד ג' המבטח את חבות הספק על פי דין בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק אחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לנפגע, למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח. ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הספק על פי דין בגבול אחריות בסך של \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה.</p>	<p>22.1</p>	<p>נספח ב'- הסכם ונספחיו</p>	<p>15</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להוסיף לאחר המילה: "כני"ל" את המילים: "בהתאם להיקף ואופי ההתקשרות עימם".</p>	<p>22.2</p>	<p>נספח ב'- הסכם ונספחיו</p>	<p>16</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל-פוליסת עבודות אינה רלוונטית למהות פעילות הספק.</p>	<p>22.4</p>	<p>נספח ב'- הסכם ונספחיו</p>	<p>17</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי לא נדרש לצרף אישור קיום ביטוח. על המציע הזוכה לדאוג לקיומם של ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו</p>	<p>נבקש להסיר את המילים: "או העתקי פוליסות" במקומם להוסיף את המילים: "בנוסח האחיד בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון"-תשומת ליבכם כי לא צורף נוסח לאישור ביטוח.</p>	<p>22.6</p>	<p>נספח ב'- הסכם ונספחיו</p>	<p>18</p>

19	נספח ב'- הסכם ונספחיו	22.7	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: " אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	הסעיף יוותר ללא שינוי
20	נספח בי' (חלק 2)	- 17 1,3,5	הדרישה לבד SMS 55 גר בשני צבעים לפחות. קיים אצלנו בד SMMS 55 גר בצבע כחול ו 47 גר בצבע ירוק. האם מקובל?	נדרש שמשקל הבדים יהיה זהה
21	נספח ב'	-17 2,3,6	הדרישה לבד SMS במשקל 75 גר. קיים אצלנו בד SMMS במשקל 80 גר/נ בייח איכילוב משתמש בו עבור מערכות (Sterrad , Vpromax) הבד מורכב מ2 צדדים- אחד כחול ואחד ירוק. האם מקובל?	המשקל הנדרש לבדים העבים יעודכן ויהיה בטווח של 70 עד 80 גר ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא +/- 5%
22	נספח ב	5 -17	הדרישה היא למידה 150X150. קיים 130X150. האם מקובל?	לא אפשרי. מידות הבד צריכות להיות שוות.
23	נספח ב	6 - 17	הדרישה היא למידה 150X150. קיים 140X140. האם מקובל?	לפריט 5 ו- 6 בסל אי ניתן להגיש גודל מינימלי 140*140 ועד 150*150 טווח הסטייה המותרת לעניין מידות אלו +5
24	נספח ג	3.20	מספר שכבות נדרש 3 או 5. אצלנו קיים 4 שכבות : SMMS. האם מקובל?	הסעיף עודכן. יצאה הבהרה בפרוטוקול מפגש הבהרות
25	נספח ג	3.1	האם הדרישה לשני צבעים לסירוגין בכל קרטון?	כן
26	נספח א'	75	מה הכוונה פיצול התקשרות, ובחירת חלק מההצעה כמו כן מרגע בחירת ההצעה הזוכה כמה זמן יש לספק להתארגן לצורך תחילת האספקה, היום יבוא לוקח מינמום 4 חודשים	3 חודשים זמן אספקה
28	נספח א'	9	אם זוכים האם לספק אין בלעדיות במה שזכה במידה והכל תקין, שכן אם זוכים זה דורש מהספק משאבים כספיים רבים לכן לא רואה לנכון לא לקבל בלעדיות, ואם כן לתת התראה של לפחות של 6 חודשים מראש	הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד עם זאת, גם אם לא תהא בלעדיות המציע הזוכה במכרז יספק את החלק הארי של הטובין המבוקש

<p>המשקל הנדרש לבדים העבים יעודכן ויהיה בטווח של 70 עד 80 גר' ** טווח הסטייה המותרת לעניין המשקל היא 5%- +/-</p>	<p>חברת דיספובד כבר ערכה את הניסוי ב70 גרם באישור עוז מנהל האספקה סטרילית, לפריטים 1,3.5 לסל א" לכן מה שכתבתם "עד" 75 גרם אנו נתייחס בהצעת המחיר ל70 גרם וקיים כמובן כמוצר גנרי בחברת דיספובד 55 גרם שגם אושר בניסוי על ידי עוז מנהל אספקה סטרילית</p>	<p>11</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>29</p>
--	--	-----------	----------------	-----------

2. מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 16/06/24 עד השעה 12.00.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים