

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4125

פרטים כלליים

המשרד הפונה בית החולים תל - השומר	התקבל בוועדת הפטור 18.02.2024	תאריך דיון 25.06.2024	תאריך השלמות 28.02.2024
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
רכישת מערכת צינתורים דו-מישורית	הרחבת התקשרות	3(4)(ב)3	11.02.2024	8001085327

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם

צביאל גנץ

אלי ביתן

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי

יועץ משפטי

סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה

יועץ/ת משפטי/ת

חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך ראשונה
הערות: רכישת המכשיר ו-3 שנים תקופת אחריות
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
סימנס הלת'קר בע"מ	515324044		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
11.02.2024	26.06.2024	11.02.2027	26.06.2027	6,115,260	6,115,260	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- בית החולים תל השומר (להלן - **בית החולים**) מבקש התקשרות המשך עם חברת סימנס (להלן - **הספק**) עבור רכישת מכשיר אנגיו דו-מישורי לחדר צנתור חדש למחלקת צינתורים.
- במסגרת מכרז מס' 12399317 לרכישת מערכת צנתורים דו-מישורית עבור מכון הלב לילדים, אשר פורסם ביום 06.07.23 זכה הספק ונרכשה ממנו מערכת צנתורים בהיקף של 6,115,260 ש"ח כולל מע"מ. תקופת האחריות במסגרת רכישה זו הייתה 36 חודשים ולאחר מכן, ניתן לבצע חוזה התקשרות או קריאה בהתאם לצורך בהתאם למחיר שהוגדר במכרז.
- למעט רכישה ראשונית זו, לא בוצעו הרחבות נוספות להתקשרות עד עתה.
- במהלך תקופת המכרז למכון הלב לילדים, הושבתה מע' צנתורים במכון הלב למבוגרים ולכן עלה צורך מידי ברכישת מע' נוספת (יובהר כי הדבר לא נלקח בחשבון במכרז שיצא מכיון שהמערכת שהושבתה הייתה מתוכננת להחלפה בעוד כשנתיים).
- בית החולים מתעתד לפתוח חדר צנתור חדש אליו תועבר המערכת שתירכש במקום זו שהושבתה.
- בחדר זה יבוצעו פעולות מורכבות הדורשות מכשיר אנגיו מתקדם המסוגל לתמוך במגוון רחב של פעולות. בשל מורכבות

- הפעולות, נדרש מכשיר אנגיו דו-מישורי המגדיל את בטיחות הפעולה והדיוק, ובבדיקות שערך המשרד נמצא כי המכשיר של הספק עומד בתנאים הנדרשים (ואף למעלה מכך).
7. יתרה מכך, המכשיר הנ"ל כולל אפליקציות ייעודיות המאפשרות לשפר את דיוק ובטיחות הפעולה. חלק מאפליקציות חדשניות אלה לא קיימות אצל ספקים אחרים אותם בחן המשרד.
8. מכיוון שאין צפי לרכש מערכת נוספת בשנים הקרובות, המשרד אינו מתכנן לצאת למכרז חדש עבור השירות.
9. בנוסף, המשרד מבהיר כי שימוש במכשירי אנגיו דו-מישוריים זהים באותו בית החולים, טומן בחובו מספר יתרונות עבור צוותי בית החולים. בראש ובראשונה, זהות המכשירים תאפשר ורסטיליות של הצוות- היכרות בתפעול המכשירים על ידי אנשי הצוות הינו יתרון משמעותי, הן בהיבטים של התמודדות עם תקלות והן מבחינת התפעול היום יומי. כמו כן, כפילות המכשירים תאפשר להעביר פעולות ממכשיר למכשיר במידת הצורך.
10. המשרד מציין כי במסגרת המכרז בוצע מו"מ אינטנסיבי מול הספק והושג מחיר אטרקטיבי במיוחד הנמוך ממחיר המכירה בפועל של המערכת בעולם. זאת, בשל העובדה כי עד לרכישה זו, ביה"ח לא השתמש במערכות של הספק ולכן הספק היה מעוניין להכניס מערכת ולשם כך הציע מחיר נמוך. הספק הביע התנגדות למכירת מכשיר נוסף במחיר זהה אך לאחר שיח נוסף, הצליח המשרד לשחזר את המחיר והתנאים שהושגו במכרז.
11. יציאה למכרז חדש תעכב משמעותית (כחצי שנה) את מועד החלפת המערכת ומכיון שמדובר במערכת מצילת חיים, ישנה דחיפות רבה ברכישת המערכת הנוספת.
12. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
13. גב' ליאור הרץ ון – שפיגל, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	צביאל גנץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000011089 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.