

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	רנטגן ילדים
תאריך:	18/06/24

קֶרֶן מַחְקָרִים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תל"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095094215	ניידת צילום SAMSUNG MOBILE DR GM85 FIT 32KW
1	1095094207	גלאי PEDIATRIC FLAT DETECTOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת סלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	אלסמור מערכות רפואיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514354315
מספר ספק בשיבא	73800
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ

אגף הדימות
רנטגנאי ראשי

כ"ב אדר ב תשפ"ד

01/04/2024

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן,

הנידון : רכישת גלאי אלחוטי לילדים עבור חדר צילומי רנטגן

המרכז הרפואי "שיבא", מעוניין לצאת לרכש של גלאי אלחוטי נייד שישמש כגלאי חליפי לגלאי הקבוע שבחדר הצילומים בבניין ספרא לילדים.
במכון הדימות שבבית החולים ספרא קיים חדר צילומים של חברת Samsung מדגם DE SAM - GC80 שכולל גלאי אחד וקיים צורך בגלאי נוסף כגיבוי.
הגלאי היחיד שמתאים הינו גלאי של חברת Samsung תואם לדגם הקיים -
S – 3025 ,Pediatric Flat Detector.
ציוד הדימות של חברת Samsung, לרבות גלאים לחדרי דימות, מיובא ומשווק בבלעדיות על ידי חברת ElsMor. אי לכך, נבקש להכיר בחברת ElsMor כספק יחיד עבור הגלאי הנדרש.

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי

