

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

מכרז מסגרת לאספקת מנופים להורדת חולה

1. ביה"ח מבקש לקבל הצעת מחיר עבור רכש ואספקת מנופים להורדת חולה.
2. תקופה ההתקשרות הינה ל-12 חודשים עם אופציה להארכה ל-4 שנים נוספות.
3. חובה לצרף אישור אמ"ר / FDA / CE.
4. חובה לצרף חומר טכני.
5. תקופת אחריות מינימום 24 חודשים, מעבר לתקופה זו יינתן ציון בשקלול.
6. גורם מקצועי לחו"ד גבריאל סדיקוב, מנהל ענף מכשירים שירותים טכניים
7. שאלות הבהרה ניתן להפנות אל Gabi.Sadikov@sheba.health.gov.il בצירוף העתק אל Ravid.Shatach@sheba.health.gov.il עד תאריך 16.09.2024
8. כל מנוף (נייד או תקרה) יסופק עם שלושה מנשאים עם תמיכת ראש, סוג וגודל המנשא יקבעו ע"י המזמין.
9. בתמחור מנוף תקרה יגולם בהצעת המחיר אישור קונסטרוקטור ואישור בודק.
11. מצ"ב מטה טבלה עם דרישות ופריטים. נא למלא בהתאם.
12. על הספק לצרף רשימת חלפים עיקריים ומחירים.
13. להלן המשקלים :

א. מחיר המוצר 70%.

ב. מדדי איכות 30%.

נדרש ציון איכות מינימלי של 21 נקודות מתוך 30 (70%).

* בתקופת האחריות ייכלל השירות וחלפים ללא תשלום.

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

14. לוחות הזמנים למכרז:

המזמין רשאי לשנות את המועדים המפורטים או אחד מהם כל עוד לא חלף המועד.

| פירוט | תאריך | סעיף |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| נפגשים במח' הנדסה | 10.09.2024 | מועד סיור ספקים (השתתפות חובה) |
| | שעה 10:00 | |
| | 16.09.2024 | מועד אחרון להגשת שאלות/הבהרות |
| | 30.09.2024 | הגשת הצעות מחיר |
| | שעה 11:00 | |

15. נוהל העברת שאלות הבהרה

15.1 מחלקת הרכש בביה"ח תקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובות המייל: Gabi.Sadikov@sheba.health.gov.il בצירוף העתק אל Ravid.Shatach@sheba.health.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד לתאריך המצוין בפרק- "לוחות זמנים", באמצעות מסמך "וורד", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים. לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.

15.2 הפנייה תכלול את הפרטים הבאים: שם המכרז, מספר המכרז, נושא הפנייה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני. השאלות יוגשו בתצורה הבאה: עמוד ומספר הסעיף במכרז, פרוט השאלה.

| מס"ד | עמוד במכרז | מספר סעיף במכרז | פירוט השאלה |
|------|------------|-----------------|-------------|
|------|------------|-----------------|-------------|

להלן המבנה:

- 15.3 התשובות ישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים הרשומים ללא ציון שם הפונה.
- 15.4 מובהר, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לתשובות לשאלות ההבהרה, תגברנה התשובות לשאלות ההבהרה.
- 15.5 כמו כן, בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילוייה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

16 אופן הגשת הצעות

- 16.1 את הצעת המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך: 30.09.2024, יום ב', עד השעה 11:00
- 16.2 בנוסף לכך, חובה להגיש ערבות השתתפות (ערבות בנקאית) לתיבת מכרזים מס' 1 הנמצאת במערך המכרזים וההתקשרויות, ביתן 65, במרכז הרפואי ע"ש שיבא, לא יאוחר מתאריך הגשת ההצעות.
- 16.3 את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
- 16.4 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
- 16.5 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.
- 16.6 הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על-ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
- 16.7 יודגש, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

17 שינויים והסתייגויות

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

18. הרחבת או צמצום של היקף ההתקשרות

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הספק להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות והספק מתחייב לפעול בהתאם לנדרש תוך 7 ימים מעת שקיבל לכך דרישה בכתב מהמזמין

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

19. התחייבות ואישורים שידרשו מהמציע שיוכרז כזוכה

- 19.1 לאחר החלטה על זוכה יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף
בנספחי המכרז בטרם חלוף 30 (שלושים) יום ממועד ההודעה על הזכייה, או
במועד אחר שיקבע המזמין
- 19.2 המציע מתחייב לחתום על החוזה המצורף כמות שהוא. הצעה ללא חתימה על
המסמכים ע"י בעלי זכויות החתימה עלולה להיפסל (יש לצרף אשור עו"ד לגבי
בעלי זכות החתימה הרשאים לחייב את המציע).

20. עיון בהצעת הזוכה

- א. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות
לעיון בהצעה הזוכה.
- ב. במידה והמציע סבור כי פרטים בהצעתו מהווים סודות מקצועיים או מסחריים שלגביהם
הוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, עליו לפרט במפורש אלו פרטים
בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים ואת הנימוקים לכך. מציע שלא יציין פרטים שכאלה,
ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא
בשיקול דעת וועדת המכרזים של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע
מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
- ג. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
אלה של הצעות המציעים האחרים.
- ד. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת
הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
- ה. עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם וועדת
המכרזים.

21. שוויון בהצעות

- א. במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", רק במידה שהוגש
תצהיר רלבנטי מטעם המציע.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

- ב. עסק בשליטת אישה" להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה ע"י עסק – בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י חוק.
- ג. במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמין, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף, (Best & Final) או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמין.

22. התקשרות בעקבות זכייה

- א. ההתקשרות עם הזוכה בהליך תהיה התקשרות בהסכם אשר במסגרתו יספק מענה בהתאם לדרישות המזמין המופיעות במכרז זה.
- ב. יודגש, כי אין בהעסקת קבלני משנה על-ידי הזוכה, במידה ויועסקו, בכדי לפטור את הזוכה מהתחייבויותיו שעל פי הליך זה וההסכם שעל פיו, וכי הזוכה יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג' באשר לפעולותיו, מעשיו ומחדליו של קבלן המשנה, לכל דבר, צורך ועניין.
- ג. אם בכל עת במהלך ההתקשרות ידרוש המזמין או נציג מטעמו את החלפתו של עובד הספק מסיבות הקשורות בתפקוד לקוי, רשלנות, אי-כשירות, התנהגות בלתי הולמת, היווצרות של בעיה ביחסי האמון בינו לבין גורמים במרכז הרפואי או כל סיבה אחרת, הזוכה יפעל במהירות להעביר מתפקידו את העובד כאמור ולהחליפו באדם כשיר ומתאים לביצוע התפקיד וזאת בכפוף לאישור המזמין כאמור לעיל.
- ד. ההתקשרות עם הזוכה תהיה בהתאם לנוסח ההסכם המצורף למכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- ה. ההתקשרות כפופה לכל אישור הנדרש על פי דין.

23. הערות כלליות

- א. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. (היה והפער הכספי או בניקוד בין ההצעות הזוכות המובילות יהיה קטן מ-10% או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע). וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים.
- ב. אנו נהיה רשאים לשקול את חוסנה הכלכלי של החברה המציעה כשיקול נוסף לצורך בחירת הזוכה במכרז.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

- ג. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל מכרז זה ולפרסם מכרז חוזר בתנאים דומים או שונים מתנאי מכרז זה וכן אנו עשויים לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או עם חלק מהם.
- ד. המשתתף במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הוצאות מכל מין וסוג שהוא שנגרמו או יגרמו לו בגין השתתפותו במכרז בין במקרה והמכרז יבוטל ובין במקרה ולא יזכה בו.
- ה. למזמין שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, ו/או לבקר במתקני המציע ו/או באתרים בהם סיפק הטובין/ השירות ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- ו. לזוכה לא תהיה בלעדיות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מסוג נשוא מכרז זה ומכל סוג אחר ומכל גורם אחר כלשהו. כמו כן רשאי המזמין שלא לבקש מהזוכה או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- ז. רשאי המזמין להחליט על פיצול המכרז בין ספקים נוספים באחוזים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

בקשה להצעת מחיר

| מס"ד | שם הפריט | מחיר יח"מ/מ"ר |
|-------|--|---------------|
| 1 | מנוף נייד 180-200 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 2 | מנוף נייד כולל רכיב שקילה 180-200 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 3 | מנוף נייד 230-250 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 4 | מנוף נייד כולל רכיב שקילה 230-250 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 5 | מנוף נייד 280-300 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 6 | מנוף נייד כולל רכיב שקילה 280-300 ק"ג + 3 מנשאים | |
| 7 | מנוף בריכה 150 ק"ג | |
| 8 .א. | מנוף תקרה 250 ק"ג מסילה ישירה + 3 מנשאים | |
| 8 .ב. | מנוף תקרה 250 ק"ג מסילה H + 3 מנשאים | |
| 9 | תוספת עבור מסילה לחדר מעל 20 מ"ר | |
| 10 | מחיר מנשא מעבר ל- 3 יח' | |
| 11 | לאחר תקופת אחריות שעת עבודה טכנאי כולל נסיעות | |
| 12 | מחירון ח"ח עיקריים, בהתאם למפורט במפרטים מטה | |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

אפיון טכני מנוף להעברת אנשים עם מוגבלות פיזית- כושר

נשיאה עד 200 – 180 ק"ג

- (1) שם המציע: _____
 (2) מסי קטלוגי /דגם: _____
 (3) שם היצרן: _____

א. **מפרט הטכני :**

מוצר שאינו עומד בכל הדרישות שהוגדרו כתנאי סף - יפסל

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 200 - 180 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 1. רמת אטימות של מערכת הפיקוד החשמלית והשלט - IPX4 לפחות |
| | תנאי סף | 2. כושר הרמה 180 ק"ג לפחות (עד כ-200 ק"ג) |
| | תנאי סף | 3. כפתור לעצירת חירום |
| | תנאי סף | 4. אפשרות להורדה ידנית(מכאנית) בעת תקלה של המנוע החשמלי |
| | תנאי סף | 5. עמוד ראשי המנוף : |
| | תנאי סף | 5.1. עמוד ראשי מתקפל או מתפרק לצורך הובלה, עם מנגנון נעילה מאובטח / ידית נועלת, ללא פין קפיצי וללא ניצרה(נא לציין אופן הפירוק) |
| | תנאי סף | 5.2. פין אבטחה מחובר באמצעות חוט/שרשרת, מגנט, בורג עם אום "ניילוק" וכדומה (נא לציין אופן אבטחה) הערה: פין הבטחה נדרש בכל אזור קיפול |
| | תנאי סף | 6. פתיחת רגליות חשמלית |
| | תנאי סף | 7. יחידת השליטה מתוצרת אחד היצרנים הבאים: Timotion , Dewert ,Linak או ilcon |
| | תנאי סף | 8. קולב הכולל תפסן ביטחון או שיטת אבטחה אחרת (נא לציין שיטת אבטחה) |
| יש לציין: מתכת/חומר פלסטי | יתרון | 8.1. תפסן בטיחות עשוי מתכת |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 9. שלט: |
| | תנאי סף | 9.1. לחצני הרמה והורדה של זרוע המנוף |
| | תנאי סף | 9.2. לחצני פתיחה וסגירה של רגליות המנוף |
| | תנאי סף | 9.3. שלט מחובר ללוח פיקוד של המנוף באמצעות כבל |
| | תנאי סף | 9.4. שלט מתחבר לגוף המנוף באמצעות וו או מגנט |
| | תנאי סף | 10. מנגנון סוללות: |
| | תנאי סף | 10.1. זוג סוללות פנימיות ניתנות להחלפה (עריסת סוללות מתפרקת לצורך החלפה). נא לציין האם עריסה נשלפת או מתפרקת. |
| | תנאי סף | 10.1.1. מתח הסוללה 12V, זרם לא פחות מ-2.6 AH ולא יותר מ-5AH (נא לציין את הפרטים הטכניים הנוגעים לסוללה: מתח, זרם/שעה) |
| | | 10.1.2. הערה: ניתן להציע גם סוללת ליטיום (נא לציין נתונים טכניים) |
| | תנאי סף | 10.2. חיווי למצב טעינת הסוללה (נא לציין מיקום) |
| | תנאי סף | 11. מטען פנימי או חיצוני, כאשר הטעינה היא על ידי חיבור של כבל V220 ישירות למטען הפנימי או על ידי חיבור לשנאי. (נא לציין מה קיים) |
| | תנאי סף | 11.1. נורית בקרה בעת חיבור לטעינה (נא לציין אופן) |
| | תנאי סף | 12. שלדת המנוף עשויה אלומיניום או פלדה צבועה בצבע אפוקסי בתנור |
| | תנאי סף | 13. זמן פעילות הסוללה (נא לציין כמות פעולות מלאות, משקל הרמה וגובה ההרמה) |
| | תנאי סף | 14. גלגלים אחוריים: |
| | תנאי סף | 14.1. בקוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 14.2. מעצורים נגד גלגול או נגד גלגול וצידוד |
| | תנאי סף | 14.3. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 14.4. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה |
| | תנאי סף | 14.5. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 14.6. נא לציין מספר גלגלים בכל רגל |
| | תנאי סף | 14.7. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 15. גלגלים קדמיים: |
| | תנאי סף | 15.1. קוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |
| | תנאי סף | 15.2. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 15.3. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה |
| | תנאי סף | 15.4. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 15.5. נא לציין כמות גלגלים עבור כל רגלית |
| | תנאי סף | 15.6. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 16. רגליות: |
| | תנאי סף | 16.1. גובה רגלית מהרצפה לרבות אמצעי חיבור של הגלגלים לא יותר מ-12 ס"מ (נא לציין) הערה: מקום המדידה באזור גלגלים קדמיים בלבד |
| | תנאי סף | 16.2. מרווח בין קצה הרגליות במצב סגור (מידות חיצוניות) לא יותר מ-69 ס"מ בחלק הקדמי וגם בחלק אחורי של המנוף (נא לציין) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|---|-------------------------------|---|
| | תנאי סף | 16.3. מרווח בין קצה הרגליות במצב פתוח (מידות חיצוניות) לא פחות מ - 100 ס"מ (נא לציין) |
| | תנאי סף | 17. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 170 ± 1 ס"מ לפחות (נא לציין) |
| | תנאי סף | 18. משקל עצמי של המנוף לא יותר מ-45 ק"ג (נא לציין מידע בק"ג) |
| | | 19. <u>מאפייני ערסל (מנוף יסופק למטופל עם ערסל אחד מתוך הערסלים המוצעים :</u> |
| | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 19.1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים א/ו קרובים למועד האספקה |
| | תנאי סף | 19.2. כל הערסלים המוצעים מתוצרת יצרן המנוף ומסומנים בתג (תווים) של יצרן המנוף |
| מידות הערסלים: _____ | תנאי סף | 19.3. כל הערסלים מוצעים בכל 4 מידות: S/SM, M, L, X לכל הפחות. נא לציין מידות נוספות במידה וקיימות |

ב. אבזרים אופציונליים:

מכרז מס' 12499338

| פירוט לגבי הדגם המוצע | מחיר תקרה (ללא מע"מ וכולל לעבודה) | דרישת שיבא להורדת חולה | אביזרים אופציונליים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | <p>בכל מקום שבו כתוב "מחירון ספק" נא לציין % הנחה (33% לפחות).</p> <p>עבור מחירים שאינם מחירון ספק יש לציין % הנחה במידה וקיימות אופציות נוספות שאינם כלולות בטבלה, יש לציין את האופציה והמחיר. לא יינתנו תשלומים בגין אופציות שלא רשומות</p> | <p>הערות:</p> <p>א. כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת הכיסא או כתוספות שיספקו לאחר מכן בהתאם לדרישה.</p> <p>ב. לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור.</p> <p>ג. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סףים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת</p> <p>ד. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.</p> <p>ה. על הספק לדאוג על התאמה מלאה של מנוף למשתמש</p> |
| | | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 2. ערסלים עם תמיכת ראש במידות: S/SM, M, L, XL |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 3. ערסל לקטוע במידות: S/SM, M, L, XL |
| | ללא תוספת מחיר | | 5. ערסל שני חלקים |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 6. ערסל סטנדרטי |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 7. ערסל "רחצה" |
| | תוספת של 300 ש"ח | | 8. ערסל "שירותים" |
| | תוספת מחיר לא יותר מ-200 ₪ | | 9. ערסלים נוספים, נא לציין מה קיים |
| | | | 10. מתלה רב עוגנים (לפחות 4 נקודות עיגון לערסל) |
| | | | 11. פתיחת רגליות המנוף חשמלית כולל שלט מתאים לפעולה זאת |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------------------|
| | מחירון ספק | אביזר חובה | 12. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |
|--|------------|------------|--------------------------------|

ג. מחירי תקרה - חלקי חילוף

| מחיר תקרה כולל עבודה (בשי"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|---------------------------------------|--|
| 1,400 | 1. מנוע חשמלי (בוכנה) |
| 150 | 2. גלגל אחורי עם מעצור (במלואו) |
| 100 | 3. גלגל קדמי (במלואו) |
| 800 | 4. מערכת בקרה (לוח בקרה אלקטרוני פנימי) |
| 3,000 | 5. החלפת מערכת תפעול בשלמותה: מנוע חשמלי, לוח בקרה אלקטרוני, שלט, מטען, סוללות |
| 350 | 6. שלט הרמה סטנדרטי |
| 450 | 7. שלט משולב הרמה ומנגנון פתיחת רגליים |
| 800 | 8. מנוע חשמלי למנגנון פתיחת רגליים |
| 50 | 9. כפתור חירום בשלמותו |
| 60 | 10. כבל מתח של מטען פנימי |
| 250 | 11. החלפת מטען מקורי (חיצוני או פנימי) של היצרן (נא לציין את המרכיב המוחלף) |
| 120 | 12. מטען חליפי העומד בתקן לשנאי / מטען (נא לצרף תקן בטיחות) |
| 800 | 13. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות ללא משענת ראש |
| 1,100 | 14. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות כולל משענת ראש |
| 1,100 | 15. ערסל עם תג יצרן המנוף לקטוע |
| 800 | 16. ערסל רחצה |
| 800 | 17. ערסל שירותים |
| 800 | 18. ערסל בשני חלקים |
| 250 | 19. החלפת זוג סוללות כולל אחריות בת שנה אחת לאחר ההחלפה |
| 600 | 20. החלפת עריסה חדשה לסוללות |
| 50 | 21. תפס ביטחון לערסל |
| 50 | 22. בורג מרכזי בין בסיס תחתון לזרוע המנוף |
| מחירון ספק | 23. החלפת אביזרי בטיחות להרמה (וו, קולב) בהתאם להוראות היצרן |
| מחירון ספק | 24. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |
| | 25. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניס, נא לציין מטה: |
| | 25.1 |
| | 25.2 |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | |
|---|--------------------------------------|
| מחיר תקרה כולל עבודה (בשי"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
| | .25.3 |
| | .25.4 |

ד. דרישות תקינה ודרישות לאספקה:

| התייחסות לדגם המוצע | דרישת שיבא | נתונים טכניים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|------------------------|--------------------|--|
| | | 1. דרישות תקינה: |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.1. אישור אמ"ר בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.2. אישור CE או FDA (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.3. תקן IEC60601-1: 2006/A1: 2013 או 1.4. EN60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.5. תקן IEC60601-1-2 Edition 3 2007-03 או 2015 : EN60601-1-2 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.6. תקן ISO10535: 2006 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.7. ISO13485 של יצרן המנוף בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.8. ISO9001 או ISO13485 של הספק בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.9. אישור ספק מורשה |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.10. קטלוג של המוצר |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.11. ספר שרות ומפרט הטכני (Specifications) |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.12. פרוספקטים של מנוף |
| | תנאי סף | 1.13. הנחיות הפעלה בעברית |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | |
|--|--------------------|--|
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | 1.14. אחריות שנתיים לרבות כרטיסים, מנועים ועוד, למעט שבר/ונוקים |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.15. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם |
| | תנאי סף | 1.16. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה באמצעות שני מועדי הדרכה מרוכזים ומוסכמים ע"י הצוות המודרך |
| | תנאי סף נא לצרף | 1.17. שרטוט המנוף עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" |
| | תנאי סף | 1.18. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 3 שנים כולל חלקי חילוף ועבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן |
| | תנאי סף | 1.19. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 1.20. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 1.21. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 1.22. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 1.23. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה |
| | תנאי סף | 1.24. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה |
| | תנאי סף | 1.25. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המנוף, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה) |
| | | 2. דרישות לאספקה : |
| | 1 יח' | 2.1. מנוף לפי מפרט טכני |
| | 1 יח' | 2.2. קולב |
| | 3 יח' | 2.3. ערסל בהתאם לסעיפים 19.1 - 19.3 של המפרט הטכני ולפי בחירת המשתמש בעת הרכישה (בהתאם למגבן המידות הקיימות עבור המנוף) |
| | 1 יח' | 2.4. מטען חיצוני (במידה וקיים) של היצרן בלבד מותקן בקיר בהתאם לדרישת הלקוח |
| | 1 יח' | 2.5. בדיקת בודק מוסמך במקום אספקת המנוף לרבות דו"ח בעת אספקת המנוף |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

2.6. כל עלות, הכרוכה בביצוע החיובים המוטלים על הספק בהתאם לחוזה, לרבות, עלות ההובלה של המוצר עד לביתו של הזכאי, מתן חוברות הדרכה, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף והשמשה, למעט מע"מ

ה. אמות המידה לניקוד איכות - מנוף בעל כושר נשיאה עד 200 - 180 ק"ג

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד בסעיפים 9-14 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | ניקוד | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור - מנוף עד 200 - 180 ק"ג |
|-----------------------|-------|---------|----------------|---|
| | 9 | | 4 | 1. הורדת חירום ללא שלט ע"י הפעלה מכאנית וגם הורדה חשמלית ישירות מהפיקוד |
| | 8 | | 5.1 | 2. חיבור הזרוע לעמוד ראשי מוגן |
| | 8 | | 8 | 3. קולב מרופד |
| | 8 | | 8 | 4. חיבור הקולב לזרוע מוגן בפני מכות |
| | 8 | | 8.1 | 5. תפסן בטיחות עשוי מתכת |
| | 9 | | 14.7 ; 15.6 | 6. גלגלים אחוריים וקדמיים: ממוסבים וכפולים |
| | | | 17 | 7. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 170 ± 1 ס"מ לפחות (נא לציין): |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע | ניקוד | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|-----------------------|---------|---------|------------|---|
| | 5 או | | | 7.1 175 ס"מ ומעלה |
| | 8 | | | 7.2 180 ס"מ ומעלה |
| | 8 | 5 | 3 | 8. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | 10 | 6 | 4 | 9. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | 10 | 6 | | 10. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והסרה של הערסל |
| | 14 | 8 | | 11. מידת הקושי בחובלת המנוף עם עומס של 90 ק"ג לפחות |
| | 100 | | | 12. סה"כ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

1. טופס בדיקה למנוף בעל כושר נשיאה עד 180 - 200 ק"ג

דגם המנוף: _____

יצרן המנוף: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרגתי בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | הערות | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | תיאור - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|-----------------------|-------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | 1. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | | | | | | | 2. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | | | | | | | 3. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והסרה של הערסל |
| | | | | | | | 4. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 90 ק"ג לפחות |

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

ז. ריכוז סיכום בדיקות למנוף בעל כושר נשיאה עד 180 - 200 ק"ג

דגם המנוף: _____

יצרן המנוף: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 1 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

finalGrade - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

meanGrade - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

max Grade - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

Score - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | הערות | ניקוד לפי טבלת נקודות איכות | תיאור - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|-----------------------|-------|-----------------------------|--|
| | ס' 5 | 8 | 1. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | ס' 6 | 10 | 2. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | ס' 6 | 10 | 3. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והסרה של הערסל |
| | ס' 8 | 14 | 4. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 90 ק"ג לפחות |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

אפיון טכני עבור מנוף חשמלי להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות - כושר נשיאה

עד 250 – 230 ק"ג

- (4) שם המציע: _____
 (5) מס' קטלוגי /דגם: _____
 (6) שם היצרן: _____

א. מפרט הטכני:

מוצר שאינו עומד בכל הדרישות שהוגדרו כתנאי סף - יפסל

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 250 – 230 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 1. רמת אטימות של מערכת הפיקוד החשמלית והשלט IPX4 - לפחות |
| | תנאי סף | 2. כושר הרמה 230 ק"ג לפחות (עד כ-250 ק"ג) |
| | תנאי סף | 3. כפתור לעצירת חירום |
| | תנאי סף | 4. אפשרות להורדה ידנית בעת תקלה של המנוע החשמלי |
| | תנאי סף | 5. עמוד ראשי המנוף: |
| | תנאי סף | 5.1. עמוד ראשי מתקפל או מתפרק לצורך הובלה, עם מנגנון נעילה מאובטח / ידית נועלת, ללא פין קפיצי וללא ניצרה(נא לציין אופן הפירוק) |
| | תנאי סף | 5.2. פין אבטחה מחובר באמצעות חוט/שרשרת, מגנט, בורג עם אום "ניילוק" וכדומה (נא לציין אופן אבטחה) הערה: פין הבטחה נדרש בכל אזור קיפול |
| | תנאי סף | 6. פתיחת רגליות חשמלית |
| | תנאי סף | 7. יחידת השליטה מתוצרת אחד היצרנים הבאים: Timotion , Dewert, Linak או ilcon |
| | תנאי סף | 8. קולב הכולל תפסן ביטחון או שיטת אבטחה אחרת (נא לציין שיטת אבטחה) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|---|------------|--|
| יש לציין: מתכת/חומר פלסטי | יתרון | 8.1. תפסן בטיחות עשוי מתכת |
| | תנאי סף | 9. שלט: |
| | תנאי סף | 9.1. לחצני הרמה והורדה של זרוע המנוף |
| | תנאי סף | 9.2. לחצני פתיחה וסגירה של רגליות המנוף |
| | תנאי סף | 9.3. שלט מחובר ללוח פיקוד ע"י כבל |
| | תנאי סף | 9.4. שלט מתחבר לגוף המנוף באמצעות וו או מגנט |
| | תנאי סף | 10. מנגנון סוללות: |
| | תנאי סף | 10.1. זוג סוללות פנימיות ניתנות להחלפה (עריסת סוללות מתפרקת לצורך החלפה). נא לציין האם עריסה נשלפת או מתפרקת. |
| | תנאי סף | 10.1.1. מתח הסוללה 12V, זרם לא פחות מ- 2.6 AH ולא יותר מ-5AH (נא לציין את הפרטים הטכניים הנוגעים לסוללה: מתח, זרם/שעה) |
| | | 10.1.2. הערה: ניתן להציע גם סוללת ליטיום (נא לציין נתונים טכניים) |
| | תנאי סף | 10.2. במנוף חיווי למצב טעינת הסוללה (נא לציין מיקום) |
| | תנאי סף | 11. מטען פנימי או חיצוני, כאשר הטעינה היא על ידי חיבור של כבל V220 ישירות למטען הפנימי או על ידי חיבור לשנאי. (נא לציין מה קיים) |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|---|------------|---|
| | תנאי סף | 11.1. נורית בקרה בעת חיבור לטעינה (נא לציין אופן) |
| | תנאי סף | 12. שלדת המנוף עשויה אלומיניום או פלדה צבועה בצבע אפוקסי בתנור |
| | תנאי סף | 13. זמן פעילות הסוללה (נא לציין כמות פעולות מלאות, משקל הרמה וגובה ההרמה) |
| | תנאי סף | 14. גלגלים אחוריים: |
| | תנאי סף | 14.1. בקוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |
| | תנאי סף | 14.2. מעצורים נגד גלגול וצידוד |
| | תנאי סף | 14.3. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 14.4. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה מהמזלג |
| | תנאי סף | 14.5. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 14.6. נא לציין כמות גלגלים בכל רגל |
| | תנאי סף | 14.7. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 15. גלגלים קדמיים: |
| | תנאי סף | 15.1. קוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |
| | תנאי סף | 15.2. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 15.3. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה מהמזלג |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|---|-------------------------------|--|
| | תנאי סף | 15.4. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 15.5. נא לציין כמות גלגלים על כל רגלית |
| | תנאי סף | 15.6. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 16. רגליות: |
| | תנאי סף | 16.1. גובה רגלית מהרצפה לרבות אמצעי חיבור של הגלגלים לא יותר מ-14 ס"מ (נא לציין בס"מ) הערה: מקום המדידה באזור גלגלים קדמיים בלבד |
| | תנאי סף | 16.2. מרווח בין קצה הרגליות במצב סגור (מידות חיצוניות) לא יותר מ- 82 ס"מ בחלק הקדמי וגם בחלק אחורי של המנוף (נא לציין) |
| | תנאי סף | 16.3. מרווח בין קצה הרגליות במצב פתוח (מידות חיצוניות) לא פחות מ- 100 ס"מ (נא לציין) |
| | תנאי סף | 17. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 170 ± 1 ס"מ לפחות (נא לציין) |
| | תנאי סף | 18. משקל עצמי של המנוף לא יותר מ-55 ק"ג (נא לציין מידע) |
| | | 19. <u>מאפייני ערסל (מנוף יסופק למטופל עם ערסל אחד מתוך הערסלים המוצעים):</u> |
| | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 19.1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | תנאי סף | 19.2. כל הערסלים המוצעים מתוצרת יצרן המנוף ומסומנים בתג (תווים) של יצרן המנוף |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | |
|---|---------------------------|---|
| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
| מידות הערסלים: _____ | תנאי סף ללא תוספת עלות | 19.3. כל הערסלים מוצעיים בכל 4 מידות: S/SM, M, L, XL לכל הפחות. נא לציין מידות נוספות במידה וקיימות |

ב. אביזרים אופציונליים:

| פירוט לגבי הדגם המוצע | מחיר תקרה (ללא מע"מ) | מכרז מסגרת לאספקת מדידת לחץ דם דרישת שיבא (ללא מע"מ) | אביזרים אופציונליים - מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|-----------------------|--|--|--|
| | המחיר הסופי יהיה לאחר הפחתת סכום בהתאם לאחוז ההנחה שהציע המציע, ובכל מקרה לא יותר ממחיר מחירון של הספק | <p>בכל מקום שבו כתוב "מחירון ספק" נא לציין % הנחה (33% לפחות).</p> <p>עבור מחירים שאינם מחירון ספק יש לציין % הנחה</p> <p>במידה וקיימות אופציות נוספות שאינם כלולות בטבלה, יש לציין את האופציה והמחיר. לא יינתנו תשלומים בגין אופציות שלא רשומות</p> | <p>הערות:</p> <p>1. כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת הכיסא או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה.</p> <p>2. לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור.</p> <p>3. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולחוספי לטבלה הקיימת.</p> <p>אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סף באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת</p> <p>4. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.</p> <p>5. על הספק לדאוג על התאמה מלאה של מנוף למשתמש</p> |
| | | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 2. ערסלים עם תמיכת ראש במידות: M, L, XL |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 13. ערסל לקטוע במידות: M, L, XL |
| | ללא תוספת מחיר | | 4. ערסל שני חלקים |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 5. ערסל סטנדרטי |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 6. ערסל "רחצה" |
| | תוספת של 300 ש"ח | | 7. ערסל "שירותים" |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|--|
| | תוספת מחיר לא יותר מ-200 ₪ | | 8. ערסלים נוספים, נא לציין מה קיים |
| | | | 9. מתלה רב עוגנים (לפחות 4 נקודות עיגון לערסל) |
| | מחירון ספק | אביזר חובה | 10. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |

ג. מחירי תקרה - חלקי חילוף

| מחיר תקרה כולל עבודה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|--------------------------------------|---|
| 1,400 | 26. מנוע חשמלי (בוכנה) |
| 150 | 27. גלגל אחורי עם מעצור (במלואו) |
| 100 | 28. גלגל קדמי (במלואו) |
| 800 | 29. מערכת בקרה (לוח בקרה אלקטרוני פנימי) |
| 3,000 | 30. החלפת מערכת תפעול בשלמותה: מנוע חשמלי, לוח בקרה אלקטרוני, שלט, מטען, סוללות |
| 350 | 31. שלט הרמה סטנדרטי |
| 450 | 32. שלט משולב הרמה ומנגנון פתיחת רגליים |
| 800 | 33. מנוע חשמלי למנגנון פתיחת רגליים |
| 50 | 34. כפתור חירום בשלמותו |
| 60 | 35. כבל מתח של מטען פנימי |
| 250 | 36. החלפת מטען מקורי (חיצוני או פנימי) של היצרן (נא לציין את המרכיב המוחלף) |
| 120 | 37. מטען חליפי העומד בתקן לשנאי / מטען (נא לצרף תקן בטיחות) |
| 800 | 38. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות ללא משענת ראש |
| 1,100 | 39. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות כולל משענת ראש |
| 1,100 | 40. ערסל עם תג יצרן המנוף לקטוע |
| 800 | 41. ערסל רחצה |
| 800 | 42. ערסל שירותים |
| 800 | 43. ערסל בשני חלקים |
| 250 | 44. החלפת זוג סוללות כולל אחריות בת שנה אחת לאחר ההחלפה |
| 600 | 45. החלפת עריסה חדשה לסוללות |
| 50 | 46. תפס ביטחון לערסל |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| מחיר תקרה כולל עבודה (בשי"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 180 - 200 ק"ג |
|---|---|
| 50 | 47. בורג מרכזי בין בסיס תחתון לזרוע המנוף |
| מחירון ספק | 48. החלפת אביזרי בטיחות להרמה (וו, קולב) בהתאם להוראות היצרן |
| מחירון ספק | 49. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |
| | 50. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניס, נא לציין מטה: |
| | 50.1 |
| | 50.2 |
| | 50.3 |
| | 50.4 |

ד. דרישות תקינה ודרישות לאספקה:

| התנייחות לדגם המוצע | דרישת שיבא | נתונים טכניים - מנוף עד 230 - 250 ק"ג |
|------------------------|--------------------|--|
| | | 3. דרישות תקינה: |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.1. אישור אמ"ר בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.2. אישור CE או FDA (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.3. תקן IEC60601-1: 2006/A1: 2013 או |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.4. EN60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.5. תקן IEC60601-1-2 Edition 3 2007-03 או EN60601-1-2 : 2015 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.6. תקן ISO10535: 2006 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.7. ISO13485 של יצרן המנוף בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.8. ISO9001 או ISO13485 של הספק בתוקף (יש לצרף) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|--------------------|---|
| | תנאי סף נא לצרף | 3.9. אישור ספק מורשה |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.10. קטלוג של המוצר |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.11. ספר שרות ומפרט הטכני (Specifications) |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.12. פרוספקטים של מנוף |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.13. הנחיות הפעלה בעברית |
| | תנאי סף | 3.14. אחריות שנתיים לרבות כרטיסים, מנועים ועוד, למעט שבר/ונוקים |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.15. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם |
| | תנאי סף | 3.16. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה באמצעות שני מועדי הדרכה מרוכזים ומוסכמים ע"י הצוות המודרך |
| | תנאי סף נא לצרף | 3.17. שרטוט המנוף עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" |
| | תנאי סף | 3.18. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 3 שנים כולל חלקי חילוף ועבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן |
| | תנאי סף | 3.19. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 3.20. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 3.21. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 3.22. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 3.23. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה |
| | תנאי סף | 3.24. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה |
| | תנאי סף | 3.25. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתם מובילה להשבתת המנוף, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|-------|--|
| | | 4. דרישות לאספקה : |
| | 1 יח' | 4.1. מנוף לפי מפרט טכני |
| | 1 יח' | 4.2. קולב |
| | 3 יח' | 4.3. ערסל בהתאם לסעיפים 19.1 - 19.3 של המפרט הטכני ולפי בחירת המשתמש בעת הרכישה (בהתאם למגבן המידות הקיימות עבור המנוף) |
| | 1 יח' | 4.4. מטען חיצוני (במידה וקיים) של היצרן בלבד מותקן בקיר בהתאם לדרישת הלקוח |
| | 1 יח' | 4.5. בדיקת בודק מוסמך במקום אספקת המנוף לרבות דו"ח בעת אספקת המנוף |
| | | 4.6. כל עלות, הכרוכה בביצוע החיובים המוטלים על הספק בהתאם לחוזה, לרבות, עלות ההובלה של המוצר עד לביתו של הזכאי, מתן חוברות הדרכה, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף והשמשה, למעט מע"מ |

ה. אמות המידה לניקוד איכות - מנוף בעל כושר נשיאה עד 230 – 250 ק"ג

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד בסעיפים 13-9 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

| תיאור תיאור - מנוף עד 230 – 250 ק"ג | סעיף במפרט | ציון סף | ציון | פירוט לגבי הדגם המוצע |
|---|-----------------------------|---------|------|-----------------------|
| 1. הורדת חירום ללא שלט ע"י הפעלה מכאנית וגם הורדה חשמלית ישירות מהפיקוד | 4 | | 9 | |
| 2. חיבור הזרוע לעמוד ראשי מוגן | 5.1 | | 8 | |
| 3. קולב מרופד | 8 | | 8 | |
| 4. חיבור הקולב לזרוע מוגן בפני מכות | 8 | | 8 | |
| 5. תפסן בטיחות עשוי מתכת | 8.1 | | 8 | |
| 6. גלגלים אחוריים וקדמיים: ממוסבים וכפולים | 14.7 ; 15.6 | | 9 | |
| 7. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 170 ± 1 ס"מ לפחות (נא לציין): | שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | | | |
| 7.1 175 ס"מ ומעלה | | | 5 או | |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע | ציון | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור תיאור - מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|-----------------------|------|---------|------------|--|
| | 8 | | | 7.2 180 ס"מ ומעלה |
| | 8 | 5 | 3 | 8. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | 10 | 6 | 4 | 9. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | 10 | 6 | | 10. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | 14 | 8 | | 11. מידת הקושי בחובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |
| | 100 | | | 12. סח"כ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

ו. טופס בדיקה למנוף להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות - כושר נשיאה עד 230 – 250 ק"ג

דגם המנוף: _____
 יצרן המנוף: _____
 שם המציע: _____
 שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המנוף, כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

| הערות | הערות | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | תיאור - מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1. מיקום ונוחות הפעלה של לחצן חירום |
| | | | | | | | 2. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | | | | | | | 3. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | | | | | | | 4. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |

חתימת הבודק: _____
 תאריך: _____

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

ז. ריכוז סיכום בדיקת מנוף להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות עד 230 – 250 ק"ג

דגם המנוף: _____
 יצרן המנוף: _____
 שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 2 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | הערות | ניקוד לפי טבלת נקודות איכות | תיאור - מנוף עד 230 – 250 ק"ג |
|-----------------------|-------|-----------------------------|---|
| | סף 5 | 8 | 1. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | סף 6 | 10 | 2. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | סף 6 | 10 | 3. מידת הקושי והנוחות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | סף 8 | 14 | 4. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

אפיון טכני עבור מנוף חשמלי להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות - כושר נשיאה עד

280 - 300 ק"ג

- (7) שם המציע: _____
 (8) מסי קטלוגי / דגם: _____
 (9) שם היצרן: _____

ח. **מפרט הטכני:**

מוצר שאינו עומד בכל הדרישות שהוגדרו כתנאי סף - יפסל

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 20. רמת אטימות של מערכת הפיקוד החשמלית והשלט IPX4 - לפחות |
| | תנאי סף | 21. כושר הרמה עד 280 - 300 ק"ג לפחות |
| | תנאי סף | 22. כפתור לעצירת חירום |
| | תנאי סף | 23. אפשרות להורדה ידנית בעת תקלה של המנוע החשמלי |
| | תנאי סף | 24. עמוד ראשי המנוף : |
| | תנאי סף | 24.1. עמוד ראשי מתקפל או מתפרק לצורך הובלה, עם מנגנון נעילה מאובטח / ידית נועלת, ללא פין קפיצי וללא ניצרה(נא לציין אופן הפירוק) |
| | תנאי סף | 24.2. פין אבטחה מחובר באמצעות חוט/שרשרת, מגנט, בורג עם אום "ניילוק" וכדומה (נא לציין אופן אבטחה) הערה: פין הבטחה נדרש בכל אזור קיפול |
| | תנאי סף | 25. פתיחת רגליות חשמלית |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 26. יחידת השליטה מתוצרת אחד היצרנים הבאים: Timotion , Dewert , Linak או ilcon |
| | תנאי סף | 27. קולב הכולל תפסן ביטחון או שיטת אבטחה אחרת (נא לציין שיטת אבטחה) |
| | תנאי סף | 27.1. תפסן בטיחות עשוי מתכת |
| | תנאי סף | 28. שלט: |
| | תנאי סף | 28.1. לחצני הרמה והורדה של זרוע המנוף |
| | תנאי סף | 28.2. לחצני פתיחה וסגירה של רגליות המנוף |
| | תנאי סף | 28.3. שלט מתחבר לגוף המנוף באמצעות וו או מגנט |
| | תנאי סף | 29. מנגנון סוללות: |
| | תנאי סף | 29.1. זוג סוללות פנימיות ניתנות להחלפה (עריסת סוללות מתפרקות לצורך החלפה). נא לציין האם עריסה נשלפת או מתפרקת. |
| | תנאי סף | 29.1.1. מתח הסוללה 12V, זרם לא פחות מ- 2.6 AH ולא יותר מ-5AH (נא לציין את הפרטים הטכניים הנוגעים לסוללה: מתח, זרם/שעה) |
| | | 29.1.2. הערה: ניתן להציע גם סוללת ליטיום (נא לציין נתונים טכניים) |
| | תנאי סף | 29.2. במנוף חיווי למצב טעינת הסוללה (נא לציין מיקום) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---|------------|--|
| | תנאי סף | 30. מטען פנימי או חיצוני, כאשר הטעינה היא על ידי חיבור של כבל V220 ישירות למטען הפנימי או על ידי חיבור לשנאי. (נא לציין מה קיים) |
| | תנאי סף | 30.1. נורית בקרה בעת חיבור לטעינה (נא לציין אופן) |
| | תנאי סף | 31. שלדת המנוף עשויה אלומיניום או פלדה צבועה בצבע אפוקסי בתנור |
| | תנאי סף | 32. זמן פעילות הסוללה (נא לציין כמות פעולות מלאות, משקל הרמה וגובה ההרמה) |
| | תנאי סף | 33. גלגלים אחוריים: |
| | תנאי סף | 33.1. בקוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |
| | תנאי סף | 33.2. מעצורים נגד גלגול וצידוד |
| | תנאי סף | 33.3. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 33.4. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה מהמזלג |
| | תנאי סף | 33.5. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 33.6. נא לציין כמות גלגלים בכל רגל |
| | תנאי סף | 33.7. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 34. גלגלים קדמיים: |
| | תנאי סף | 34.1. קוטר 3" לפחות (נא לציין מידה) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---|-------------------------------|--|
| | תנאי סף | 34.2. מזלג או אמצעי חיבור לרגל המנוף עשויים מחומר אל חלד (נא לציין חומר) |
| | תנאי סף | 34.3. הגלגל ניתן לפירוק והרכבה מהמזלג |
| | תנאי סף | 34.4. מנגנון למניעת ספיחת שערות ולכלוך |
| | תנאי סף | 34.5. נא לציין כמות גלגלים על כל רגלית |
| | תנאי סף | 34.6. נא לציין סוג הגלגל (כפול / יחיד, ממוסב) |
| | תנאי סף | 35. רגליות: |
| | תנאי סף | 35.1. גובה רגלית מהרצפה לרבות אמצעי חיבור של הגלגלים לא יותר מ-14 ס"מ (נא לציין) הערה: מקום המדידה באזור גלגלים קדמיים בלבד |
| | תנאי סף | 35.2. מרווח בין קצה הרגליות במצב סגור (מידות חיצוניות) לא יותר מ- 85 ס"מ בחלק הקדמי וגם בחלק אחורי של המנוף (נא לציין) |
| | תנאי סף | 35.3. מרווח בין קצה הרגליות במצב פתוח (מידות חיצוניות) לא פחות מ- 100 ס"מ (נא לציין) |
| | תנאי סף | 36. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 180 ± 1 ס"מ (לפחות (נא לציין) |
| | תנאי סף | 37. משקל עצמי של המנוף לא יותר מ-55 ק"ג (נא לציין מידע) |
| | | 38. <u>מאפייני ערסל (מנוף יסופק למטופל עם ערסל אחד מתוך הערסלים המוצעים):</u> |
| | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 38.1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|--|--|
| <p>פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות</p> | <p>דרישת שיבא</p> | <p>נתונים טכניים – מנוף עד 280 - 300 ק"ג</p> |
| | <p>תנאי סף</p> | <p>38.2. כל הערסלים המוצעים מתוצרת יצרן המנוף ומסומנים בתג (תווים) של יצרן המנוף</p> |
| <p>מידות הערסלים: _____</p> | <p>תנאי סף ללא תוספת עלות</p> | <p>38.3. כל הערסלים מוצעיים בכל 4 מידות: S/SM, M, L, XL לכל הפחות. נא לציין מידות נוספות במידה וקיימות</p> |

ט. אבזרים אופציונליים:

| פירוט לגבי הדגם המוצע | מחנה תקרה (ללא מע"מ) | מכרז מס' 12499338 מכרז מסגרת לאספקת דרישת שיבא לחומרי חילוף | אביזרים אופציונליים - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|-----------------------|--|--|--|
| | המחיר הסופי יהיה לאחר הפחתת סכום בהתאם לאחוז ההנחה שהציע המציע, ובכל מקרה לא יותר ממחיר מחירון של הספק | בכל מקום שבו כתוב "מחירון ספק" נא לציין % הנחה (33% לפחות). עבור מחירים שאינם מחירון ספק יש לציין % הנחה במידה וקיימות אופציות נוספות שאינם כלולות בטבלה, יש לציין את האופציה והמחיר. לא יינתנו תשלומים בגין אופציות שלא רשומות | הערות: יא. כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת הכיסא או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. יב. לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור. יג. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולחוספי לטבלה הקיימת. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי ספים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת יד. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם. טו. על הספק לדאוג על התאמה מלאה של מנוף למשתמש |
| | | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 2. ערסלים עם תמיכת ראש במידות: M, L, XL |
| | תוספת של 300 ש"ח | אביזר חובה | 3. ערסל לקטוע במידות: M, L, XL |
| | ללא תוספת מחיר | | 4. ערסל שני חלקים |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 5. ערסל סטנדרטי |
| | ללא תוספת מחיר | אביזר חובה | 6. ערסל "רחצה" |
| | תוספת של 300 ש"ח | | 7. ערסל "שירותים" |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|--|
| | תוספת מחיר לא יותר מ-200 ₪ | | 8. ערסלים נוספים, נא לציין מה קיים |
| | | | 9. מתלה רב עוגנים (לפחות 4 נקודות עיגון לערסל) |
| | מחירון ספק | אביזר חובה | 10. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |

י. מחירי תקרה – חלקי חילוף

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---------------------------|---|
| 1,600 | 51. מנוע חשמלי הרמת זרוע |
| 150 | 52. גלגל אחורי עם מעצור (במלואו) |
| 80 | 53. גלגל קדמי (במלואו) |
| 800 | 54. מערכת בקרה (לוח בקרה אלקטרוני פנימי) |
| 3,300 | 55. החלפת מערכת תפעול בשלמותה: מנוע חשמלי, לוח בקרה אלקטרוני, שלט, מטען, סוללות |
| 350 | 56. שלט הרמה סטנדרטי |
| 450 | 57. שלט משולב הרמה ומנגנון פתיחת רגליים |
| 800 | 58. מנוע חשמלי למנגנון פתיחת רגליים |
| 50 | 59. כפתור חירום בשלמותו |
| 60 | 60. כבל מתח של מטען פנימי |
| 250 | 61. החלפת מטען מקורי (חיצוני או פנימי) של היצרן (נא לציין את המרכיב המוחלף) |
| 120 | 62. מטען חליפי העומד בתקן לשנאי / מטען (נא לצרף תקן בטיחות) |
| 800 | 63. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות ללא משענת ראש |
| 1,100 | 64. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות כולל משענת ראש |
| 1,100 | 65. ערסל עם תג יצרן המנוף לקטוע |
| 800 | 66. ערסל רחצה |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---------------------------|---|
| 800 | 67. ערסל שירותים |
| 800 | 68. ערסל בשני חלקים |
| 250 | 69. החלפת זוג סוללות כולל אחריות בת שנה אחת לאחר ההחלפה |
| 600 | 70. החלפת עריסה חדשה לסוללות |
| 50 | 71. תפס ביטחון לערסל |
| 50 | 72. בורג מרכזי בין בסיס תחתון לזרוע המנוף |
| מחירון ספק | 73. החלפת אביזרי בטיחות להרמה (וו, קולב) בהתאם להוראות היצרן |
| מחירון ספק | 74. מאזניים לשקילת מטופל בערסל |
| | 75. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניס, נא לציין מטה: |
| | 75.1 |
| | 75.2 |
| | 75.3 |
| | 75.4 |
| | 75.5 |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

יא. דרישות תקינה ודרישות לאספקה:

| התנייחות לדגם המוצע | דרישת שיבא | נתונים טכניים - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|---------------------|--------------------|--|
| | | 5. דרישות תקינה: |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.1. אישור אמ"ר בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.2. אישור CE או FDA (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.3. תקן IEC60601-1:2006/A1:2013 או 5.4. EN60601-1:2005/(R)2012 and A1:2012 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.5. תקן IEC60601-1-2 Edition 3 2007-03 או EN60601-1-2 : 2015 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.6. תקן ISO10535:2006 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.7. ISO13485 של יצרן המנוף בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.8. ISO9001 או ISO13485 של הספק בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.9. אישור ספק מורשה |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.10. קטלוג של המוצר |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.11. ספר שרות ומפרט הטכני (Specifications) |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.12. פרוספקטים של מנוף |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.13. הנחיות הפעלה בעברית |
| | תנאי סף | 5.14. אחריות שנתיים לרבות כרטיסים, מנועים ועוד, למעט שבר/ונוקים |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|--------------------|---|
| | תנאי סף נא לצרף | 5.15 התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם |
| | תנאי סף | 5.16 הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה באמצעות שני מועדי הדרכה מרוכזים ומוסכמים ע"י הצוות המודרך |
| | תנאי סף נא לצרף | 5.17 שרטוט המנוף עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" |
| | תנאי סף | 5.18 עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 3 שנים כולל חלקי חילוף ועבודה וטיפוליים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן |
| | תנאי סף | 5.19 עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 5.20 עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 5.21 עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 5.22 עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 5.23 התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה |
| | תנאי סף | 5.24 התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה |
| | תנאי סף | 5.25 התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המנוף, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה) |
| | | 6. דרישות לאספקה : |
| | 1 יח' | 6.1 מנוף לפי מפרט טכני |
| | 1 יח' | 6.2 קולב |
| | 3 יח' | 6.3 ערסל בהתאם לסעיפים 19.1 - 19.3 של המפרט הטכני ולפי בחירת המשתמש בעת הרכישה (בהתאם למגבן המידות הקיימות עבור המנוף) |
| | 1 יח' | 6.4 מטען חיצוני (במידה וקיים) של היצרן בלבד מותקן בקיר בהתאם לדרישת הלקוח |
| | 1 יח' | 6.5 בדיקת בודק מוסמך במקום אספקת המנוף לרבות דו"ח בעת אספקת המנוף |
| | | 6.6 כל עלות, הכרוכה בביצוע החיובים המוטלים על הספק בהתאם לחוזה, לרבות, עלות ההובלה של המוצר עד לביתו של הזכאי, מתן חוברות הדרכה, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף והשמשה, למעט מע"מ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

יב. אמות המידה לניקוד איכות - מנוף בעל כושר נשיאה עד 280 - 300 ק"ג

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון חסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד בסעיפים 13-9 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

| תיאור תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג | סעיף במפרט | ציון סף | ציון | פירוט לגבי הדגם המוצע |
|--|-----------------------------|---------|------|-----------------------|
| 13. הורדת חירום ללא שלט ע"י הפעלה מכאנית וגם הורדה חשמלית ישירות מהפיקוד | 4 | | 9 | |
| 14. חיבור הזרוע לעמוד ראשי מוגן | 5.1 | | 8 | |
| 15. קולב מרופד | 8 | | 9 | |
| 16. חיבור הקולב לזרוע מוגן בפני מכות | 8 | | 8 | |
| 17. תפסן בטיחות עשוי מתכת | 8.1 | | 8 | |
| 18. גלגלים אחוריים וקדמיים: ממוסבים וכפולים | 14.7 ; 15.6 | | 8 | |
| 19. גובה מקסימלי של הזרוע מהרצפה 180 ± 1 ס"מ לפחות (נא לציין): | שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. | | | |
| 19.1 185 ס"מ ומעלה | | | 5 או | |
| 19.2 190 ס"מ ומעלה | | | 8 | |
| 20. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום | 3 | 5 | 8 | |
| 21. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל | 4 | 6 | 10 | |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | פירוט לגבי הדגם המוצע | ציון | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|--|-----------------------|------|---------|------------|--|
| | | 10 | 6 | | 22. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | | 14 | 8 | | 23. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |
| | | 100 | | | 24. סח"כ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

יג. טופס בדיקה למנוף להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות - כושר נשיאה

עד 280 - 300

דגם המנוף: _____
 יצרן המנוף: _____
 שם המציע: _____
 שם הבודק: _____

דרגתי בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור המנוף, כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

| הערות | הערות | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5. מיקום ונוחות הפעלה של לחצן חירום |
| | | | | | | | 6. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | | | | | | | 7. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | | | | | | | 8. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |

חתימת הבודק: _____
 תאריך: _____

יד. ריכוז סיכום בדיקת מנוף להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות עד 280 - 300

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

דגם המנוף: _____

יצרן המנוף: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה 3 –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | הערות | ניקוד לפי טבלת נקודות איכות | תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|-----------------------|-------|-----------------------------|---|
| | סף 5 | 8 | 5. מיקום ונוחות ההפעלה של לחצן החירום |
| | סף 6 | 10 | 6. מידת הקושי ונוחות ההורדה הידנית של המטופל |
| | סף 6 | 10 | 7. מידת הקושי והנוחיות בהרכבה והורדה של הערסל |
| | סף 8 | 14 | 8. מידת הקושי בהובלת המנוף עם עומס של 120 ק"ג לפחות |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

אפיון טכני עבור מנוף חשמלי תקרתי להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות - כושר

נשיאה עד 250 ק"ג

- _____ : (10) שם המציע:
 _____ : (11) מס' קטלוגי /דגם:
 _____ : (12) שם היצרן:

טו. מפרט הטכני:

מוצר שאינו עומד בכל הדרישות שהוגדרו כתנאי סף - יפסל

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---|---|---|
| | תנאי סף | 39. רמת אטימות של מערכת הפיקוד החשמלית והשלט - IPX4 לפחות |
| | תנאי סף | 40. כושר הרמה עד 250 ק"ג לפחות |
| | תנאי סף | 41. קולב הכולל תפסן ביטחון או שיטת אבטחה אחרת (נא לציין שיטת אבטחה) |
| | תנאי סף | 41.1. תפסן בטיחות עשוי מתכת |
| | תנאי סף | 42. מהירות עליה/ירידה למשקל 200 ק"ג לא פחות מ-3 ס"מ/שנייה |
| | נא לציין במידה וקיימת יכולת הנעה חשמלית - יתרון | 43. מהירות נסיעה אופקית |
| | תנאי סף | 44. כפתור לעצירת חירום |
| | תנאי סף נא לציין מה קיים ואופן | 45. אפשרות להורדת חירום ידנית ו/או חשמלית בעת התקלה |
| | תנאי סף | 46. שלט: |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---|---|---|
| | תנאי סף | 46.1. לחצני הרמה והורדה |
| | נא לציין במידה וקיים - יתרון | 46.2. לחצני הובלה אופקית |
| | נא לציין במידה וקיים - יתרון | 46.3. החזרת קולב למעלה לפיקוד באמצעות לחיצה אחת (לא ממושכת) |
| | תנאי סף | 46.4. שלט מתחבר לגוף המנוף באמצעות וו או מגנט |
| | תנאי סף | 47. מנגנון סוללות: |
| | תנאי סף | 47.1. זוג סוללות פנימיות . נא לציין אופן החלפת הסוללות |
| | תנאי סף | 47.1.1. מתח הסוללה 12V, זרם לא פחות מ- 2.6 AH ולא יותר מ-5AH (נא לציין את הפרטים הטכניים הנוגעים לסוללה : מתח, זרם/שעה) |
| | תנאי סף נא לציין קולית ו/או ויזואלית ולציין מיקום וסוג חיווי | 47.2. במנוף חיווי למצב טעינת הסוללה וסוללה חלשה |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---|--|---|
| | תנאי סף נא לציין האם נקודת טעינה במסילה, על הקיר, דרך שלט או אחרת | 48. מטען : נא לציין מיקום המטען ואופן טעינה |
| | | 49. אביזרים : |
| | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 49.1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | | 49.2. ערסלים עם תג יצרן המנוף : |
| | תנאי סף ללא תוספת עלות | 49.3. ערסלים במידות : S/SM, M, L, XL או ערסלי רחיצה באותן מידות <u>תערה</u> : כל האפשרויות חייבות להתקיים |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

טז. אביזרים אופציונליים:

| פירוט לגבי הדגם המוצע | מחיר תקרה (ללא מע"מ) | דרישת שיבא | אביזרים אופציונליים - מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|-----------------------|----------------------------|--|--|
| | | | <p>הערות:</p> <p>טז. כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת הכיסא או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה.</p> <p>יז. לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור.</p> <p>יח. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם <u>תנאי סף</u>ים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת</p> <p>יט. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.</p> <p>כ. על הספק לדאוג על התאמה מלאה של מנוף למשתמש</p> |
| | | <p>תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות</p> | <p>49.4. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה</p> |
| | תוספת של 300 ש"ח | <p><u>תנאי סף</u></p> | <p>49.5. ערסלים עם תמיכת ראש במידות: M, L, XL</p> |
| | תוספת של 300 ש"ח | <p><u>תנאי סף</u></p> | <p>49.6. ערסל לקטוע במידות: M, L, XL</p> |
| | ללא תוספת מחיר | | <p>49.7. ערסל שני חלקים</p> |
| | תוספת מחיר לא יותר מ-200 ₪ | | <p>49.8. ערסלים נוספים, נא לציין מה קיים, תוספת מחיר לא יותר מ-200 ₪</p> |
| | מחירון ספק | | <p>49.9. מאזניים לשקילת מטופל בערסל</p> |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

יז. מחירי תקרה – חלקי חילוף

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים – מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---------------------------|---|
| 1,600 | 76. מנוע חשמלי להרמת |
| 800 | 77. מערכת בקרה (לוח בקרה אלקטרוני פנימי) |
| 3,300 | 78. החלפת מערכת תפעול בשלמותה: מנוע חשמלי, לוח בקרה אלקטרוני, שלט, מטען, סוללות |
| 350 | 79. רצועת הרמה |
| 350 | 80. שלט הרמה סטנדרטי |
| 450 | 81. שלט משולב הרמה ומנגנון תנוע אופקית |
| 50 | 82. כפתור חירום בשלמותו |
| 60 | 83. כבל מתח של מטען פנימי |
| 250 | 84. החלפת מטען מקורי (חיצוני או פנימי) של היצרן (נא לציין את המרכיב המוחלף) |
| 120 | 85. מטען חליפי העומד בתקן לשנאי / מטען (נא לצרף תקן בטיחות) |
| 800 | 86. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות ללא משענת ראש |
| 1,100 | 87. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות כולל משענת ראש |
| 1,100 | 88. ערסל עם תג יצרן המנוף לקטוע |
| 800 | 89. ערסל רחצה |
| 800 | 90. ערסל שירותים |
| 800 | 91. ערסל בשני חלקים |
| 250 | 92. החלפת זוג סוללות כולל אחריות בת שנה אחת לאחר ההחלפה |
| 50 | 93. תפס ביטחון לערסל |
| מחירון ספק | 94. עלות מסילה בודדת ישירה (עבור מ' אחד) |
| מחירון ספק | 95. עלות מסילת H לחדר 12 מ"מ (3 x 4 m): יש לציין עלות מערכת H בהתאם לדרישה ועלות למ"ר אחד לצורך חישוב עלויות עבור חדרים גדולים יותר |
| מחירון ספק | 96. החלפת אביזרי בטיחות להרמה (וו, קולב) בהתאם להוראות היצרן |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים – מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---------------------------|---|
| מחירון ספק | 97. קולב |
| מחירון ספק | 98. מאזוניים לשקילת מטופל בערסל |
| | 99. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניס, נא לציין מטה: |
| | 99.1 |
| | 99.2 |
| | 99.3 |
| | 99.4 |
| | 99.5 |

יח. דרישות תקינה ודרישות לאספקה:

| התייחסות לדגם המוצע | דרישת שיבא | נתונים טכניים - מנוף תקרתי עד 250 ק"ג |
|---------------------|-----------------|---|
| | | 7. דרישות תקינה: |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.1. אישור אמ"ר בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.2. אישור CE או FDA (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.3. תקן IEC60601-1: 2006/A1: 2013 או |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.4. EN60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.5. תקן IEC60601-1-2 Edition 3 2007-03 או |
| | תנאי סף נא לצרף | EN60601-1-2 : 2015 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.6. תקן ISO10535: 2006 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.7. ISO13485 של יצרן המנוף בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 7.8. ISO9001 או ISO13485 של הספק בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף | 7.9. אישור ספק מורשה |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | |
|--|---------|--|
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | קטלוג של המוצר |
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | ספר שרות ומפרט הטכני (Specifications) |
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | פרוספקטים של מנוף |
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | הנחיות הפעלה בעברית |
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | אחריות שנתיים לרבות כרטיסים, מנועים ועוד, למעט שבר/ונזקים |
| | תנאי סף | התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור |
| | נא לצרף | הדגם |
| | תנאי סף | הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה באמצעות שני מועדי הדרכה מרוכזים ומוסכמים ע"י הצוות המודרך |
| | תנאי סף | שרטוט המנוף עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" |
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף | עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 3 שנים כולל חלקי חילוף ועבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן |
| | תנאי סף | עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה |
| | תנאי סף | התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה |
| | תנאי סף | התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המנוף, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה) |
| | | 8. דרישות לאספקה : |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | |
|--|-------|---|
| | 1 יח' | 8.1. מנוף לפי מפרט טכני |
| | 1 יח' | 9. קולב |
| | 3 יח' | 10. ערסל בהתאם לסעיפים 11.1 - 11.3 של המפרט הטכני ולפי בחירת המשתמש בעת הרכישה (בהתאם למגבן המידות הקיימות עבור המנוף) |
| | 1 יח' | 11. מטען חיצוני (במידה וקיים) של היצרן בלבד |
| | 1 יח' | 12. מערכת תקרתית (קונסטרוקציה) כולל התקנת מערכת תקרתית והתקנת מטען על הקיר (במידה וקיים סוג טעינה כזאת), כאשר עלות המערכת תחושב בהתאם לסעיפים 20, 21 בנספח ג' לעיל. |
| | 1 יח' | 12.1. נדרש אישור קונסטרוקטור במסגרת תליית מערכת תקרתית – עבור כל התקנה |
| | 1 יח' | 13. בדיקת בודק מוסמך במקום אספקת המנוף לרבות דו"ח בעת אספקת המנוף |
| | | 14. כל עלות, הכרוכה בביצוע החיובים המוטלים על הספק בהתאם לחוזה, לרבות, עלות ההובלה של המוצר עד לביתו של הזכאי, מתן חוברות הדרכה, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף והשמשה, למעט מע"מ |

יט. אמות המידה לניקוד איכות - מנוף תקרתי בעל כושר נשיאה עד 250 ק"ג

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון חסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד בסעיפים 9-13 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

| פירוט לגבי הדגם המוצע | ציון | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|-----------------------|------|---------|------------|--|
| | 8 | | 3 | 25. קולב מרופד |
| | 8 | | 3 | 26. קולב ניתן להורדה/ניתוק |
| | 8 | | 3 | 27. חיבור הקולב לזרוע מוגן בפני מכות |
| | 8 | | 3.1 | 28. תפסן בטיחות עשוי מתכת |
| | 19 | | 4 | 29. מהירות עליה/ירידה של המטופל 5 cm/sec או יותר |
| | 19 | | 5 | 30. קיימת תנוע אופקית חשמלית של המנוף |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע | ציון | ציון סף | סעיף במפרט | תיאור תיאור - מנוף עד 280 - 300 ק"ג |
|-----------------------|------|---------|---------------|--|
| | 12 | | 6 | 31. החזרת קולב למעלה לפיקוד באמצעות לחיצה אחת (לא ממושכת) |
| | 18 | | 7 | 32. הורדת חירום ללא שלט ע"י הפעלה מכאנית וגם הורדה חשמלית ישירות מהפיקוד |
| | 100 | | | 33. סח"כ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

אפיון טכני עבור מנוף בריכה חשמלי להעברת אנשים עם מוגבלות פיזיות

- (13) שם המציע: _____
 (14) מסי קטלוגי / דגם: _____
 (15) שם היצרן: _____

כ. מפרט הטכני:

מוצר שאינו עומד בכל הדרישות שהוגדרו כתנאי סף - יפסל

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף בריכה חשמלי |
|---|-----------------------------------|--|
| | תנאי סף | 50. רמת אטימות של מערכת הפיקוד החשמלית ושלט - IPX4 לפחות, במידה והפעלת המנוף מספת הבריכה |
| | תנאי סף | 50.1. רמת אטימות השלט (במידה והפעלה מהמים) – IP67 |
| | תנאי סף | 51. כושר הרמה עד 150 ק"ג לפחות עבור מנוף קבוע |
| | תנאי סף | 51.1. מנוף מותקן ליד הבריכה (ללא מסילות מעל הבריכה) |
| | תנאי סף נא לציין אופן ניידות | 52. כושר הרמה עד 130 ק"ג לפחות עבור מנוף נייד |
| | תנאי סף | 53. גוף המנוף עשוי פלבי"מ 304 לפחות, העדפה ל-316 |
| | תנאי סף | 54. כפתור/לחצן לעצירת חירום |
| | תנאי סף נא לציין מה קיים ואופן | 55. אפשרות להורדת חירום ידנית ו/או חשמלית בעת התקלה |
| | תנאי סף | 56. שלט: |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף בריכה חשמלי |
|---|------------------------------|---|
| | תנאי סף נא לציין רמת IPX | 56.1. שלט מוגן מים |
| | תנאי סף | 56.2. לחצני הרמה והורדה |
| | תנאי סף | 56.3. שלט מתחבר לגוף המנוף באמצעות וו או מגנט |
| | תנאי סף | 57. מנגנון סוללות: |
| | תנאי סף | 57.1. זוג סוללות פנימיות . נא לציין אופן החלפת הסוללות |
| | תנאי סף | 57.1.1. מתח הסוללה 12V, זרם לא פחות מ- 2.6 AH ולא יותר מ-7.5AH (נא לציין את הפרטים הטכניים הנוגעים לסוללה : מתח, זרם/שעה) |
| | תנאי סף | 58. מטען חיצוני |
| | | 59. גלגלי המנוף: |
| | נא לציין כותר בס"מ | 59.1. כותר הגלגלים – עבור מנוף נייד |
| | נא לציין | 59.2. גלגלים בודדים או כפולים |
| | | 60. אביזרים ושיטות עבודה: |
| | נא לציין האם קיים וסוג החומר | 60.1. כיסא גלגלים מתחבר למנוף, עשוי פלב"מ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות | דרישת שיבא | נתונים טכניים – מנוף בריכה חשמלי |
|---|-------------------------------|---|
| | נא לציין האם קיימת וסוג החומר | .60.2 אלונקה מתחברת למנוף, עשויה פלבי"מ |
| | נא לציין האם קיים וסוג החומר | .60.3 מנגנון לתמיכת גוף לצורך הורדת המטופל מכיסא גלגלים למים, עשוי פלבי"מ |
| | נא לציין האם קיים וסוג החומר | .60.4 כיסא בריכה עשוי פלסטיק או פלבי"מ או שילוב ביניהם לרבות קולב |
| | נא לציין האם קיים | .60.5 קולב עבור ערסלים |
| | נא לציין האם קיים | .60.6 מנוף מאפשר שליפת המטופל מכיסא גלגלים והורדה למים |
| | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | .60.7 ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים א/ו קרובים למועד האספקה |
| | נא לציין האם קיים | .60.8 ערסל סטנדרטי במידות XS - S - M - L - XL |
| | נא לציין האם קיים | .60.9 ערסל רחצה במידות XS - S - M - L - XL |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

כא. אביזרים אופציונליים:

| פירוט לגבי הדגם המוצע | מחיר תקרה (ללא מע"מ) | דרישת שיבא | אביזרים אופציונליים - מנוף בריכה חשמלי |
|-----------------------|--|---|---|
| | המחיר הסופי יהיה לאחר הפחתת סכום בהתאם לאחוז ההנחה שהציע המציע, ובכל מקרה לא יותר ממחיר מחירון של הספק | בכל מקום שבו כתוב "מחירון ספק" נא לציין % הנחה (33% לפחות). עבור מחירים שאינם מחירון ספק יש לציין % הנחה במידה וקיימות אופציות נוספות שאינם כלולות בטבלה, יש לציין את האופציה והמחיר. לא יינתנו תשלומים בגין אופציות שלא רשומות | הערות: כא. כול האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת הכיסא או כתוספות שיוספקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. כב. לא יינתן כל תשלום נוסף מעבר לרשום במחירון האמור. כג. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ותנאי סף יתברר שהם תנאי סף באופן תדיר יוספקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת כד. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם. כה. על הספק לדאוג על התאמה מלאה של מנוף למשתמש |
| | | תנאי סף יש לצרף מכתב התחייבות | 1. ערסלים בעלי שנת ייצור אשר סמוכים או/ו קרובים למועד האספקה |
| | | | 2. ערסלים נוספים: |
| | | | 2.1 |
| | | | 2.2 |
| | | | 2.3 |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

כב. מחירי תקרה – חלקי חילוף

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים – מנוף בריכה חשמלי |
|---------------------------|--|
| 1,600 | 100. מנוע חשמלי הרמת זרוע |
| 800 | 101. מערכת בקרה (לוח בקרה אלקטרוני פנימי) |
| 3,300 | 102. החלפת מערכת תפעול בשלמותה: מנוע חשמלי, לוח בקרה אלקטרוני, שלט, מטען, סוללות |
| 550 | 103. שלט הרמה מוגן מים |
| 50 | 104. כפתור חירום בשלמותו |
| 60 | 105. כבל מתח של מטען פנימי |
| 250 | 106. החלפת מטען מקורי (חיצוני או פנימי) של היצרן (נא לציין את המרכיב המוחלף) |
| 800 | 107. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות ללא משענת ראש |
| 1,100 | 108. ערסל עם תג יצרן המנוף במידות שונות כולל משענת ראש |
| 1,100 | 109. ערסל עם תג יצרן המנוף לקטוע |
| 800 | 110. ערסל רחצה |
| 800 | 111. ערסל שירותים |
| 800 | 112. ערסל בשני חלקים |
| 450 | 113. החלפת זוג סוללות כולל אחריות בת שנה אחת לאחר ההחלפה |
| 50 | 114. תפס ביטחון לערסל |
| מחירון ספק | 115. החלפת אביזרי בטיחות להרמה (וו, קולב) בהתאם להוראות היצרן |
| מחירון ספק | 116. קולב |
| מחירון ספק | 117. כיסא גלגלים מתחבר למנוף, עשוי פלבי"מ |
| מחירון ספק | 118. אלונקה מתחברת למנוף, עשויה פלבי"מ |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| מחיר תקרה (בש"ח ללא מע"מ) | פרוט הנתונים – מנוף בריכה חשמלי |
|---------------------------|--|
| מחירון ספק | 119. מנגנון לתמיכת גוף לצורך הורדת המטופל מכיסא גלגלים למים, עשוי פלבי"מ |
| מחירון ספק | 120. כיסא בריכה עשוי פלסטיק או פלבי"מ או שילוב ביניהם לרבות קולב |
| | 121. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניס , נא לציין מטה: |
| | 121.1 |
| | 121.2 |
| | 121.3 |
| | 121.4 |
| | 121.5 |

כג. דרישות תקינה ודרישות לאספקה:

| התייחסות לדגם המוצע | דרישת שיבא | נתונים טכניים - מנוף בריכה חשמלי |
|---------------------|--------------------|--|
| | | 15. דרישות תקינה: |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.1. אישור אמ"ר בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.2. אישור CE או FDA (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.3. תקן IEC60601-1: 2006/A1: 2013 או |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.4. EN60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.5. תקן IEC60601-1-2 Edition 3 2007-03 או |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.6. תקן ISO10535: 2006 (יש לצרף) |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.7. ISO13485 של יצרן המנוף בתוקף (יש לצרף) |
| | תנאי סף | 15.8. ISO13485 או ISO9001 של הספק בתוקף (יש לצרף) |

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|--------------------|---|
| | נא לצרף | |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.9. אישור ספק מורשה |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.10. קטלוג של המוצר |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.11. ספר שרות ומפרט הטכני (Specifications) |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.12. פרוספקטים של מנוף |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.13. הנחיות הפעלה בעברית |
| | תנאי סף | 15.14. אחריות שנתיים לרבות כרטיסים, מנועים ועוד, למעט שבר/ונוקים |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.15. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם |
| | תנאי סף | 15.16. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה באמצעות שני מועדי הדרכה מרוכזים ומוסכמים ע"י הצוות המודרך |
| | תנאי סף נא לצרף | 15.17. שרטוט המנוף עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" |
| | תנאי סף | 15.18. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 3 שנים כולל חלקי חילוף ועבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן |
| | תנאי סף | 15.19. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 15.20. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה') |
| | תנאי סף | 15.21. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 15.22. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים) |
| | תנאי סף | 15.23. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה |
| | תנאי סף | 15.24. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

| | | |
|--|---------|---|
| | תנאי סף | 15.25. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המנוף, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה) |
| | | 16. דרישות ומפרט לאספקה : |
| | 1 יח' | 16.1. מנוף לפי מפרט טכני |
| | 1 יח' | 17. כיסא גלגלים במידה וכיסא חלק משיטת הפעלת המנוף |
| | 1 יח' | 18. אלונקת רחצה במידה ואלונקה חלק משיטת הפעלת המנוף |
| | 1 יח' | 19. כיסא אינטגרלי של המנוף במידה וכיסא אינטגרלי חלק משיטת הפעלה |
| | 1 יח' | 20. מתקן הרמה עם תמיכה לגוף במידה ומתקן הרמה חלק משיטת הפעלה |
| | 3 יח' | 21. ערסל סטנדרטי עם תג יצרן המנוף באחת המידות: XS או S או M או L או XL או ערסל רחצה לפי דרישת הלקוח במידה וערסל חלק משיטת הפעלת המנוף |
| | 1 יח' | 22. מטען חיצוני של היצרן בלבד |
| | 1 יח' | 23. בדיקת בודק מוסמך לרבות דו"ח בעת אספקת המנוף |
| | 1 יח' | 24. נדרש אישור קונסטרוקטור עבור מנוף נייח - מותקן על הספת הבריכה |
| | | 24.1. כל עלות, הכרוכה בביצוע החיובים המוטלים על הספק בהתאם לחוזה, לרבות, עלות ההובלה של המוצר עד לביתו של הזכאי, מתן חוברות הדרכה, אחריות כוללת על המוצר (כהגדרתה בחוזה), איסוף והשמשה, למעט מע"מ |

מרכז מס' 12499338
מרכז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

אמנת שירות SLA

אספקה

1. מחיר הרכישה כולל את האספקה, ההובלה והתקנת הציוד.
2. אספקת המוצר לא תעלה על 60 ימים.
2. על הספק לתאם למול איש הקשר את יום האספקה.
3. האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות.

בדיקת המוצר

1. החל מיום אספקת המוצר ועד חלוף 21 יום ("תקופת בדיקת המוצר") רשאי המזמין לבדוק את המוצר בכל דרך שימצא לנכון, כולל פתיחתו ובדיקת תכולתו.
2. "תקופת בדיקת המוצר" חלה על כל הזמנה, גם אם ציוד זהה, עבר כבר בדיקה בשלב כלשהו, בעבר, ע"י המזמין.
3. המזמין רשאי להעביר את המוצרים לבחינת עבודה במפרטים למכון מוכר.

חלון שירות וזמני תגובה

1. במקרה של מוצר פגום על הספק להגיע תוך 72 שעות מרגע קבלת הקריאה.
2. במקרה של מוצר תקול על הספק להגיע תוך 24 שעות במידה שמדובר בתקלה לא משביתה ותוך 12 שעות במידה שמדובר בתקלה משביתה.
3. על הספק להחליף תוך 21 ימי עבודה על מוצר שנתגלה בו פגם ואי התאמה.

קנסות

1. לא מילא הספק את התחייבותו בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמתם לדרישות, או בקשר למועדי מתן שירות, זכאי המזמין לפיצוי מוסכם כמפורט בטבלה שלהלן.
2. להלן טבלה המפרטת את מנגנון הקנסות:

מכרז מס' 12499338
 מכרז מסגרת לאספקת מנופים
 להורדת חולה

| | | |
|--|---|---|
| גובה הפיצוי הכספי בגין אי העמידה | רמת שירות נדרשת | מרכיב |
| 50 ש"ח ליום איחור לכל פריט | לפי מועד אספקה שנקבע מעלה (60 ימים) | פיגור בזמן אספקת המוצר |
| 1500 ש"ח לכל פריט שנתגלה בו אי התאמה למפרט | אספקה עפ"י המפרט | אספקת מוצר שלא לפי המפרט |
| 50 ש"ח ליום איחור מהיום ה-21 ואילך | הגעה תוך 21 ימי עבודה | החלפת מוצר פגום |
| 100 ש"ח לאיחור מרגע פתיחת קריאה | תוך 24 שעות מרגע פתיחת קריאה במקרה של תקלה לא משביתה תוך 12 שעות במקרה של תקלה משביתה | קריאת שירות |
| 300 ש"ח להגעה ללא תיאום מראש | יש לתאם מועד אספקה למול איש הקשר המופיע בהזמנה | תיאום אספקה למול איש הקשר המופיע בהזמנה |

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בתל השומר ביום _____

ב י ן : המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא (להלן: "המזמין" או "ביה"ח")

תל השומר- 52621, מצד אחד

ל ב י ן : _____, ח.פ. _____

מרח' _____, מס' פקס: _____

(להלן):

"הספק" מצד שני

הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' _____ לאספקת מנופים להורדת חולה
במחלקות בית החולים (להלן: "המוצר") (להלן: "המכרז");

והואיל: והספק הגיש במסגרת המכרז הצעה לאספקת המוצר (להלן: "ההצעה") ומוכן לקבל על עצמו את ביצוע כל ההתחייבויות המפורטות במכרז ע"פ תנאי הסכם זה;

לכן, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. מוסכם בין הצדדים כי המסמכים המפורטים להלן לרבות כל נספחים והמסמכים והתקנים המוזכרים בהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

2.1 מסמכי המכרז לרבות המפרט (להלן: "המפרט") - נספח א'.

2.2 הצעת הספק מיום _____ - נספח ב'.

למונחים והגדרות המופיעים בנספחי ההסכם אשר יופיעו גם בהסכם זה תהיה אותה הגדרת פרשנות ומשמעות שניתנה להם בנספחי ההסכם. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחי הסכם זה האמור במפרט הוא המחייב.

3. הספק מתחייב לספק ולהתקין את המוצר ולבצע את כל העבודות המפורטות "במכרז" ובמפרט במועדים ובתנאים המפורטים בהם ובהסכם זה (להלן: "העבודות") בהתאם להנחיות המפקח שימונה ע"י ביה"ח (להלן: "המפקח").

- הספק מצהיר, כי יש בידיו הציוד, האמצעים וכח האדם הדרוש לאספקת והתקנת המוצר, לבצוע העבודות הנדרשות ולמתן שירות תחזוקת המוצר בהתאם לתנאי הסכם זה.
- הספק יספק את המוצר לבית- החולים ויסיים להתקינה בהתאם ללוח המפורט במפרט, במסמכי המכרז או בהתאם להוראות המפקח.
- הספק לבדו יהיה אחראי על המוצר וכל מכלליה ואביזריה עד למועד קבלתה הרשמית על ידי ביה"ח, לרבות בגין כל נזק ו/או תקלה מכל סוג שהוא.
- הספק מתחייב לתת לבית החולים שירותי אחזקה ועליו להחליף מתקנים תמורת מתקנים שישברו או לא יהיו תקינים במהלך תקופת ההתקשרות כאשר בתום 3 השנים המכשירים ישארו בביה"ח.
- הספק יספק על חשבונו את החלפת המתקנים השבורים ללא תוספת תשלום מהמזמין.
- הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד והאנשים באופן אשר יאפשר ביצוע התיקון במהירות, ביעילות ובטיב מרביים.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

- הספק מתחייב להתחיל בביצוע תיקון התקלה ממועד פניית ביה"ח לתיקון התקלה, ולהמשיך בביצוע התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה על פי המקרה. במקרה של מוצר פגום על הספק להגיע תוך 72 שעות מרגע קבלת הקריאה למחלקה. על הספק לפעול בהתאם לטבלת ה-SLA המצורפת למסמכי המכרז ולפעול על פיה.
- הספק מתחייב לשלם למזמין וכן הינו מסכים, כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן קנסות בסכומים המפורטים בטבלת הנקסות המפורטת במסמכי המכרז, למעט איחורים הנובעים מכח עליון.

4. א. הספק ינהל יומן עבודה אשר יפורטו בו הנושאים הבאים:

- (1) תיאור התקלה;
- (2) יום ושעת הודעת המזמין על התקלה;
- (3) מועד תחילת ביצוע תיקון התקלה, שמות נציגי הספק המועסקים בביצוע השירותים ומשך הזמן הנדרש להם להשלמתם;
- (4) תיאור אופן תיקון התקלה.

ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הספק לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה והשירותים.

5. למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הספק, על פי הסכם זה יחולו גם על מתקנים נוספים אשר יהיה על הספק להתקנים במהלך תקופת ההתקשרות ללא חיוב נוסף.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

6. בתמורה לאספקת המוצר התקנת מתקנים יעודים עבור המוצר ותחזוקתם לאורך תקופת ההתקשרות ולשאר התחייבויותיו המפורטות בהצעה, במפרט במכרז ובהסכם זה, ישלם המזמין את הסכומים המפורטים בהצעת הספק או כפי שישוכמו במו"מ בין הצדדים (להלן: "התמורה").

לסכומים הנ"ל יצורף מע"מ כדין כנגד מסירת חשבוניות מס כדין.

7. המזמין ישלם לספק את התמורה ____ בהתאם לתנאי התשלום שיקבעו על ידי המזמין ורק לאחר ובכפוף לאישורו בכתב של מנהל המשק כי הספק ביצע את כל התחייבויותיו והמוצר אכן עמד לשביעות רצונו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל הרכש ו/או מי מטעם המזמין בכל המבחנים והתנאים המפורטים בהצעה ובמפרט ובמסמכי המכרז, וכנגד קבלת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 12 להסכם זה. לא נתן מנהל הרכש את אישורו כאמור יוחזר המוצר לספק (על חשבוננו) ללא כל חיוב כספי של המזמין או ביה"ח עבור השימוש במוצר.

8. עם חתימת החוזה וכתנאי לביצוע תשלום "התמורה", מתחייב הספק להמציא למזמין להבטחת ביצוע התחייבויותיו ערבות בנקאית עצמאית ובלתי מותנית בשיעור של 5% מערך החוזה, צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"), הערבות תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכן 90 יום לאחר סיום העבודה.

9. ביה"ח / המזמין יהיו רשאים לממש את הערבות הנ"ל לצורך מימוש זכויותיהם ועל מנת לגבות כל סכום שיגיע להם ע"פ ההסכם, לרבות סכומי קנסות.

10. למען הסר ספקות מוסכם ומוצהר בזאת כי "התמורה" כוללת את כל התחייבויות הספק בהתאם לאמור בהסכם זה ולתנאי המכרז, לרבות- אספקת המוצר התקנתו, תיקון תקלות והחלפת מתקנים לאורך תקופת ההתקשרות.

11. תקופת ההתקשרות הנה ל- 12 חודשים. לביה"ח בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו, בשנה אחת כל פעם (4 תקופות אופציה) ובסה"כ עד חמש שנים לכל תקופת ההתקשרות.

מרכז מס' 12499338
מרכז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

12.

א. הספק אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, לאחרים, ללא קבלת הסכמת המזמין בכתב.

ב. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.

13. מעמדו של הספק בכל הקשור לביצוע ה"עבודות" ושאר התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיה כשל כשל קבלן עצמאי. הצדדים מצהירים כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.

14. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לרכוש ביה"ח ו/או כל אדם או גוף אחר כתוצאה משימוש במוצר.

15. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לגופם של עובדיו או עובדי ביה"ח או של המטופלים או מאושפזים או מוזמנים או מבקרים בביה"ח אשר יגרם כתוצאה או בקשר לשימוש מהמוצר.

16. הספק מתחייב לבטח את אחריותו האמורה בסעיפים 14 ו-15 הנ"ל בביטוח צד ג' ואחריות מעבידים (כנגד כל הסיכונים) ולכלול את ביה"ח והמזמין כמבוטח נוסף על פי הפוליסה, הספק ימסור למזמין העתק מהפוליסות כתנאי לתחילת העבודה ותשלום התמורה ע"פ הסכם זה.

21 הפרה וביטול:

א. הוראות סעיפים 3, 6,8,11, להסכם זה יחשבו כתנאים יסודיים בהסכם זה.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

ב. מבלי לפגוע בזכויות ביה"ח לכל סעד לפי כל דין, הפר הספק הוראה מהוראות הסעיפים המנויים בסעיף א' לעיל (ו/או כל הפרה אחרת שלא תוקנה תוך 14 יום), יהיה ביה"ח לאחר שנתן הודעה בכתב לספק 7 ימים מראש, רשאי לבטל את הסכם ולקבל חזרה את כל הסכומים ששולמו על חשבון המוצרים שטרם סופקו והמתקנים שטרם הותקנו צמודים למדד המחירים לצרכן מיום ביצוע התשלום לספק ועד מועד ביצוע ההחזר בפועל בתוספת ריבית חשב משרד האוצר.

הספק לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא מביה"ח, בגין ביטול ההסכם כאמור.

ג. על אף האמור בסעיף ב' לעניין מתן הודעת ביטול מראש, ביה"ח רשאי לבטל את החוזה ללא מתן כל הודעה מראש במקרה של מינוי מפרק ו/או כונס נכסים לספק, שמינוים לא בוטל תוך 30 יום, והוראות סעיף ב' ו- ג' יחולו.

21. מוסכם בזה כי מנהל הרכש המתאים מטעם ביה"ח או מי שימונה על ידו יהיו המוסמכים להחליט לעניין כל מחלוקת מקצועית בין הצדדים כולל מילוי כל חובותיו של הספק ע"פ הסכם זה על כל נספחיו, וכי הכרעתו תחייב את הספק לכל דבר ועניין.

22. כתובת הצדדים ומספרי הפקסימיליה שלהם הינם כבמבוא להסכם זה.

א. כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 3 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום.

ב. כל הודעה אשר תשוגר בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור תקין על שיגורה ולאחר שדבר קבלת הפקס אושר טלפונית ע"י עובד הצד המקבל ששמו ירשם על גבי ההודעה.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מרכז מס' 12499338
מרכז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביה"ח

הספק

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

נוסח ערבות השתתפות במכרז

שם הבנק _____
מספר טלפון _____
מספר פקס _____

לכבוד:

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר

הנדון: ערבות מספר _____ לבקשת

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 100,000 ₪ (במילים: שלושים אלף שקלים
חדשים בלבד).

המגיע או העשוי להגיע אליכם מאת _____ בקשר עם
מספר עבודה / מספר מכרז 22498154 נספח ו מתוקן בשטח המרכז הרפואי שיבא, תל – השומר.

נשלם לכם מפעם לפעם, תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכן כל סכום שיצוין בדרישתכם בכתב, מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד
ולחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ ועד בכלל .

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____
הכתובת

שם הבנק _____ מס' הבנק _____ מס' הסניף _____

ערבות זו אינה ניתנה להעברה.

בכבוד רב ,

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מרכז מס' 12499338
מרכז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

שם הבנק

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

נוסח ערבות ביצוע

שם הבנק : _____

מס' טלפון : _____

מס' פקס : _____

לכבוד :

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר.

הנדון : ערבות מס' _____ לבקשת _____
(שם הספק)

אנו ערבים בזה כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך _____ (ובמילים : _____)

שיוצמד למדד _____ לחודש _____ מתאריך _____ (ת. פרסום המדד)

אשר תידרשו מאת _____ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז _____ שפורסם.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישותיכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ ועד בכלל

מרכז מס' 12499338
מרכז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

דרישה על פי רעבות זו יש להפנות לסניף הבנק : _____ (שם הבנק)

_____ (מספר הבנק) _____ (מספר הסניף)

(כתובת)

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,

(שם הבנק)

* ערבות שאינה תואמת את הנוסח עלולה לגרום לפסילת הצעה.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

נספח הביטוח

א. הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים

- (1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס -1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- (2) גבול האחריות לא יפחת מסך של 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.
- (3) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
- (4) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהן כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- (1) הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש (כולל נזקי גרר) בקשר עם פעילותו, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- (2) גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- (3) בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
- (4) הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
- (5) כל סייג/ חריג לגבי רכוש שאינו בבעלותו של הספק, אולם נמצא בשליטתו בחזקתו ובפיקוחו - יבוטל. (הערה: יש למחוק בחוזה של אספקת ציוד מתכלה).
- (6) כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו- יבוטל. (הערה: יש למחוק בחוזה של אספקת ציוד מתכלה).
- (7) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

3. ביטוח חבות המוצר - PRODUCTS LIABILITY

א. הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות מוצר בגין: (הערה: יש להשאיר את הסעיף הרלוונטי בלבד)

(א) אספקה של ציוד רפואי מתכלה מסוג: _____, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר

(ב) אספקה ותחזוקה של מכשור רפואי מסוג: _____ עבור משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר על כל מרכיביו וחלקיו, כולל: שירות, אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקון תקלות, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות. הביטוח יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן* בגין פעילותו לרבות כיסוי לחבות הספק בגין נזקים הנובעים מהרכבה, חיבור, והתקנה של חלקי חילוף על כל מרכיביו וציודו ההיקפי.

* כחלופה לכיסוי חבות היצרן בביטוח חבות המוצר של הספק, רשאי הספק להציג אישור ביטוח נפרד מטעם היצרן בגין ביטוח חבות המוצר שהוא עורך הכולל הבהרות לפיהן (א) שם המבוטח בפוליסה כולל גם את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי _____ (ניתן בכפוף להרחב שיפוי שלהלן), (ב) סעיף "אחריות צולבת" (ג) סעיף ויתור על זכות התחלוף/ שיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר ועובדיהם (ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון) (ד) סעיפי דין, שיפוט, וגבולות טריטוריאליים בפוליסה יכללו את מדינת ישראל.

ב. הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הניקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים-1980.

ג. גבול האחריות בגין נזק לגוף ולרכוש לא יפחת מסך של: (הערה: יש להשאיר את הסעיף הרלוונטי בלבד)

- בגין ציוד רפואי מתכלה - 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- בגין מכשור רפואי - 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

ד. הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

- תקופת גילוי של 6 חודשים.
- ה. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו, שווקו, ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

4. ביטוח אחריות מקצועית (הערה: רלוונטי לשירותי תחזוקת מכשור רפואי בלבד)

- (1) הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
- (2) הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לאספקה ותחזוקה של מכשור רפואי במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר על כל מרכיביהם וחלקיהם, כולל, שירות, אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקון תקלות, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר.
- (3) גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- (4) הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - א. מרמה ואי יושר של עובדים.
 - ב. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר.
 - ג. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.
 - ד. תקופת גילוי של 6 חודשים.
- (5) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

5. ביטוח רכוש

- (1) הספק יבטח את הרכוש המובא על ידו ומטעמו למרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר במסגרת השירותים נשוא חוזה זה (לרבות כלי עבודה, הציוד, המערכות המובאות על ידו ומטעמו עד להעברת הבעלות בהן), כולל רכוש החלופי בבעלות הספק שיוצב באופן זמני במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר (כלל ויידרש במסגרת השירותים נשוא החוזה) בביטוח מסוג אש מורחב או מסוג כל הסיכונים ציוד אלקטרוני בהתאם לאופי הציוד על בסיס ערך כינון, כולל כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושווד. כחלופה לעריכת הביטוח, וככל ולא נערך הביטוח האמור או נערך בחלקו הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

השומר ועובדיהם מנזק ו/ או אבדן אשר ייגרמו לרכוש כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אלו את מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. (הערה: בהסכמי ליסינג וקונסיגנציה הסעיף רלוונטי לאחר ההתקנה של המכשור ובמידה והמכשור אינו מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. בהסכמים אלו על היחידה להתייעץ עם "ענבל" האם לוותר על הסעיף).

(2) הספק יבטח את הרכוש שיימסר לו ו/או למי מטעמו לצורך תיקון בחצרי הספק ו/ או מי מטעמו ובעת הובלתו בפוליסת מסוג כל הסיכונים (או ביטוח אש מורחב וביטוח סחורה במעבר) כולל סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושוד, בערכי כינון.

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין אובדן או נזק לרכוש השייך למדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר וישולמו לו בלבד ישירות אלא אם המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר יורה אחרת בכתב.

(הערה: הסעיף רלוונטי רק אם צפוי להיות רכוש בבעלות המדינה בחצרי הספק לצורך תיקון)

6. כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- (1) לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
- (2) בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום בכתב לחשב משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר
- (3) המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- (4) הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- (5) ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
- (6) כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

- (7) תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
- (8) חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.
- ב. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר בתוקף.
- ג. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר עד למועד חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.
- מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוחים לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש.
- ד. מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
- הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל –

מכרז מס' 12499338
מכרז מסגרת לאספקת מנופים
להורדת חולה

משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי החוזה, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

ה. למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

ו. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

ז. אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של החוזה.