

21 אוגוסט, 2024

לכבוד:

ועדת המכרזים

המרכז הרפואי ע"ש שיבא

### מכרז מס' 12499306 - מחטי בוטוקס

שאלות הבהרה

1. האם מדובר על סוג אחד בלבד של מחט G27\*MM37 ?
2. מה הכמות המבוקשת ע"מ שנדע לשקף זאת לספק שייתן מחיר תחרותי.
3. האם ניתן להציע מס' חברות שונות בעלות מחטים דומים ( עם שוני באורך הכבל).

### תשובות

1. כן מדובר על סוג אחד בלבד התיאור של הפריט ND.L. DISP. F/BOTOX THERAPY 37MMX27G
2. צריכה שנתית לשנת 2023 350 יחידות – לא מתחייבים
3. לא ניתן להציע – לאחר בירור עם הגורם המקצועי