



- Remarks:
- All pipes shall be SST 316 L.
  - Thermal relief valves to be activated at 3 Bars
  - Dewers filling pipes to be isolated.



בית החולים ברזילי, אשקלון  
 מערך תיקון עתלי IVF

תכנון	שריטט	אישור
ישי לביא	א.ג.	ישי לביא

תאריך: 21.7.2023  
 מהדורה: 0.00

MGT MEDICAL GASES TESTING  
 ASSE יוסי לביא - מודטס יעק / בודק מוטטן גדיס רפאייס  
 ניד: 052-6013133  
 פקס: 04-6397232  
 דוא"ל: YZ\_LAVIE@NETVISION.NET.IL

למכרז:   
 לביצוע: