

טס/31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

פניה לוועדת המכרזים בענין פטור ממכרז
דרישה-20209279

אחא!

לצורך רכישת ראגנטים למכשיר GENEXPERT למעבדה הבקטריולוגית פנינו לספק מדיסון(7539)

וקבלנו הצעה בסך: 290,000 ₪ כולל מע"מ

(247,863 ₪ לפני מעמ)

בקשה לשנה-אין שינוי במחיר

רצ"ב נימוק ספק יחיד חתום ע"י מנהלת המעבדה הבקטריולוגית ד"ר שרון עמית

רכש ראגנטים

אורנה ארליך

20.3.24 Gil Dar

תפקיד

שם החותם על חו"ד

תאריך

נרצ

אלנה - אחא
חתימה

פרטי- כל מס' _____

בתאריך: 28.08.2024 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן :-

וועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א' וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי.

ד"ר לוי
מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
רשות שטחית

מר דרי לוי

8.12.24
עו"ד עודד גורני

גב' מרינה ליפשיץ

גב' מרינה ליפשיץ

איל דוד
מנהל רכש
מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

רו"ח אברמוביץ

פרופ' ברקנשטט חיים



אגף מעבדות
נימוק "ספק יחיד"

שם הפריט/ים: ריאגנטים (קסטות) למכשיר GeneXpert לשם ביצוע בדיקות סיקור לחיידק
Clostridiodes difficile חברה: Medison תאריך: אוגוסט 2024
כיום כולל מע"מ: כ-250,000 ש"ח סעיף תקציבי:

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ספק יחיד ואין בלתו.
- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפרטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ריאגנטים עפ"י מרכז פומבי/סגור מ"צ _____
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים: פלטפורמת ה-GENEXPERT של חברת CEPHEID (מיוצגת על ידי Medison) היא שיטה לביצוע בדיקות מהירות של מיקרוביולוגיה קלינית מולקולרית. השיטה הינה מסוג SAMPLE-TO-RESULT כלומר ישירות מהדגימה למכשיר, ללא הפקת חומצות גרעין ועם מינימום זמן הכנה ומיומנות, התשובה מתקבלת תוך שעה מהכנסה למכשיר. המכשירים הקבועים מאפשרים לבצע תבחינים בגישת RANDOM ACCESS עם קסטות מתכלות. תבחין זה נועד לביצוע בדיקות סיקור הדורשות תשובה מהירה על בסיס יומי לשם בידוד החולים. המערכת הינה סגורה עם התאמה חד חדר ערכית למתכלים. אין בשלב זה שיטה אחרת או הערכות מוסדית המאפשרות ביצוע הבדיקות בשיטה חלופית, הדרישות למהירות ביצוע מטעם היחידות למניעת זיהומים ומחלות זיהומיות וכלי הדיגום הקיימים מתאימים לפלטפורמה זו בלבד.

שרון עמית RMD MD
מ.ר. 35531
מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא
חתימת מנהל המעבדה

71101
קוד מעבדה

הרפואה
שם המעבדה

1.8.2024
תאריך

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים