

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	15/08/24

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1190120080	PRO PADZ SOLID GEL ELECTRODES BOX=12PAIRS
1	1095079414	X-SERIES MONITOR/DEFIBRILLATOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$83,530 + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

11 באוגוסט 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0202
תיק: 3-1122

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: בינוי מכון הלב/צנתורים התאוששות –
חות דעת לרכישת מכשיר דפיברילטור-מוניטור להעברות תוצרת ZOLL.

עבור מחלקת צנתורים נדרשת רכישה של דפיברילטור-מוניטור בכמות 2 יח' לצורכי העברות חולים מורכבים.

הדגם R-SERIES תוצרת ZOLL הינו הדגם המצוי בשימוש ביה"ח והזוכה במכרז שנערך לאחרונה עבור כלל מחלקות ביה"ח בקטגוריית HIGH END. בשימוש מחלקת צנתורים מצוי דגם זה בכמות של 6 יח', כמו כן בט.נ לב 5 יח' ובמחלקת קרדיולוגיה 3 יח', מתוך תובנה שחייבת להיות אחידות במכשירי הדפיברילטורים בין היחידות הנייל.

הדגם X-SERIES הינו הגרסה המקבילה של היצרן ZOLL לדגם R-SERIES והמותאמת לניוד חולים מורכבים.

הפרמטרים הנדרשים לניטור ממכשיר דפיברילטור-מוניטור ייעודי להעברות:

ECG 12 LEAD -
SpO2 -
EtCO2 -
IBP -
NIBP -
TEMP -
CPR feedback -

כמו כן, עליו לעמוד בתקינה הרגולטורית הנדרשת לשימוש בהעברות מטופלים בהיבט משקל וממדים פיזיים מותאמים, עמידות מכנית לנפילות וטלטלות וכן אפשרות להפעלה ממושכת בניטור רב-פרמטרי רציף באמצעות סוללה נטענת (כ-6 שעות עבודה באמצעות סוללה).

הדגם X-SERIES מתוצרת ZOLL עומד בכל שדרש וכן בתקינה הרגולטורית לשימוש במסוקים, אמבולנסים ומטוסים, לעמידות במים, אבק ונפילות.

מהיבט בטיחות חולה וניהול סיכונים מומלץ להמשיך ולשמור על אחידות מכשור הדפיברילטורים במחלקות המוזכרות לעיל. בין דגמי המכשור מתוצרת ZOLL קיימת תאימות במדבקות הדפיברילציה ולכן לא סביר כי בעת העברת חולה בין המחלקות ייעשה שימוש בסוגים שונים של מדבקות או שיהיה צורך להסיר מדבקות ע"מ להדביק אחרות בעת ניוד חולה.

התקבלה הצעת חברת "בפקס" לרכישת הדגם X-SERIES מתוצרת ZOLL, אותה יש לממש

לאור המתואר לעיל ולמען הסר ספק, היצרן ZOLL באמצעות חברת "בפקס" הינו ספק יחיד לרכישה זו מטעמי התאמה אופטימלית להעברות מטופלים מורכבים ואחידות המכשור במחלקות הר"מ כולל התפעול והשימוש באביזרים ומתכלים.

בברכה,
מיטל בוסטרי-ניסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' ישראל ברבש
מר האני חאגי-יחיא
גב' חן רוקח