

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|----------|
| משרד: | הבריאות |
| יחידה מזמינה: | רנטגן |
| תאריך: | 12/08/24 |

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|--------------------------------------|
| 1 | 1095091740 | חדר צילום - NRDN578 DIDI C90 HP PRO |
| 3 | 1047051305 | NRDN480 COMFORT MOVE POSITION OPTION |
| 2 | 1047051297 | NRDN550 LIVE CAMERA PACKAGE UPGRADE |
| | | |

| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) |
|--|
| עפ"י חו"ד מצ"ב מאת סלים בדר |
| |
| |
| |
| |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|--------------------------|---------------|
| שם הספק: | מדטכניקה בע"מ |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 520036195 |
| מספר ספק בשיבא | 1773 |

**אגף הדימות
רנטגנאי ראשי**

13/06/2024
יום חמישי ז' סיון תשפ"ד

לכבוד
ועדת מכרזים
המרכז הרפואי שיבא
כאן

הנדון: נימוק ספק יחיד – חדר צילום דיגיטלי מדגם Digital diagnost C-90 של חברת פיליפס

מרכז מרפואי "שיבא" תל השומר מעוניין להחליף את חדר הצילום הישן מכון הרנטגן המרכזי.

החדר הקיים מותקן במכון משנת 2008, תקול ומוגדר כ- END OF SERVICE, החלקים התקלויים בחדר אינם מיוצרים עוד כך שלא ניתן כבר לתקנו.

לאחר סקירת שוק בתחום זה, נמצא שמערכת צילום דיגיטלית של חברת פיליפס מדגם- C90 הינה המתאימה

ביותר לדרישות המרכז הרפואי ובעלת מאפיינים ייחודיים שאינם קיימים אצל יצרנים אחרים כגון :

1. פוקוס משתנה (פוקוס שלישי משולב) –ממשק אינטגרלי ואוטומטי המשלב.
את שני המוקדים יחד ומקנה רזולוציה מקסימלית, ניגודיות גבוהה ותמונה הומוגנית, וכן מאריך את חיי השפופרת.
2. עבודה עם חמישה תאי יוניזציה לבחירה גם בשולחן וגם בוורטיגרף .
3. מצלמה Live Camera בשפופרת הצילום המאפשרת מעקב ובקרה אחר תזוזות של המטופל ומיקום של האזור המצולם בתוך ומחוץ לחדר.
4. מערכת אינטראקטיבית מובנת בתוך המערכת אשר מתריעה על טיבו של הצילום לפני שליחתו לפאקס.
5. תוכנה להחסרת עצם אינטגרלית בצילומי חזה הנעשה בצילום יחיד, ללא מתן קרינה כפולה.

חברת מדטכניקה מחזיקה בבלעדיות להפצה של חדרי צילום של חברת פיליפס. לכן, אנו מבקשים להכיר בחברת מדטכניקה כספק יחיד של חדר צילום דיגיטלי מדגם Digital diagnost C-90 של חברת פיליפס.

בברכה,
סלים בדר
רנטגנאי ראשי
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

