

מחלקת מכרזים  
טל': 03-5303558  
פקס: 03-5303568

15/09/24

**מכרז 12499338 מסגרת לאספקת מנופים להורדת חולה- מענה לשאלות הבהרה**

**שאלות הבהרה:**

1. האם ניתן לספק מנשאים שונים מחברת המנופים ?
2. רשום כי נדרש אישור אמר או CE או FDA  
אבקש שאישור אמ"ר יהיה תנאי סף מכיוון שלא ייתכן על סמך אישורים שונים מספקי  
חוו"ל לקבל מוצר בישראל ללא בדיקת משרד הבריאות, הרבה יצרנים משתמשים בתעודות  
של חברות אחרות למכירת מוצרים שלהם וזה לא עובר כשנדרש אמ"ר ובכך נשמר איכות  
המנוף והאישורים שלו  
תודה

**מענה:**

1. לא ניתן לספק ערסלים מתוצרת אחרת, אלא מהיצרן המנוף בלבד.
2. אישור אמ"ר הוא תנאי סף למכרז.
3. אישור CE או FDA גם תנאי סף למכרז. נדרש לספק אחד מהאישורים האלו.