

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	כירורגיה פה ולסת
תאריך:	08/09/24

_____ קרן מחקרים X מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095094959	סורק אינטרא-אוראלי PRIMESCAN AC

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאת מיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	דיבידנט בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512569393
מספר ספק בשיבא	16797
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ $\sqrt{\quad}$ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	516,000 ₪ + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

5 בספטמבר 2024
מספרנו: הנ"ר/2024-0241
תיק: 1151

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: הצטיידות 2024 / כירורגיה פה ולסת-היח' לשיקום הפנים + רפואת הפה – חו"ד לרכישת מכשיר סורק אינטרא-אורלי.

אושרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 4 יח', בהתאם לחלוקה הבאה:

- מח' כירורגיה פה ולסת-היח' לשיקום פנים – 2 יח'
- רפואת הפה – 2 יח'

מדובר במכשיר המשמש לסריקה דיגיטלית של שיניים, לסתות, חניכיים וחלל הפה ולהפקה של הדמיות תלת ממדיות המשמשות למתן הערכות מידיות ע"י הצוות הרפואי וכן לבנייה של תבניות עבודה לביצוע שתלים, תותבות, שחזורים וכד'.

נבחנו ע"י המשתמשים דר' טויטו ודר' גלברד סורקים מתוצרת היצרנים הבאים:

- Dentsply Sirona (דגם Primescan AC) – מיוצג בארץ ע"י חברת "דיבידנט"
- Care Stream – מיוצג בארץ ע"י חברת "דנטל צ'יאקר"
- Tecnomed (דגם Digismaile) – מיוצג בארץ ע"י חברת "ניו אימג"
- Align Technology (דגם iTero) – מיוצג בארץ ע"י חברת "ניו אימג"

הובהר ע"י הצוותים כי הסורק מדגם Primescan AC תוצרת Sirona הינו היחיד המתאים לביצוע סריקות פנים וסריקות מלאות של כל חלל הפה והשיניים, באופן המאפשר לקבל מתוכן תבניות עבודה אחודות. למען הסר ספק, כל יתר דגמי המכשור המצוינים לעיל, נמצאו לא מתאימים לשימוש המחלקה.

הדגם הנ"ל כולל מחשב אינטגרלי ומסך מגע בגודל 21 אינץ'. המכשיר מחובר לסורק בעל שריוול נשלף רב-פעמי המאפשר צילום בעומק של עד 20 מ"מ, כולל מבני חניכיים ועצמות. מתוך הסריקות מופקים מודלים באמצעות תוכנה ייעודית המשתמשת בטכנולוגיית CAD 3D.

מבדיקה מקיפה עם כל ספקי הציוד הדנטלי המוכרים בארץ כגון אתי תעשיות, אבידור, אופירטק, אוסדה והירש ובנו- הוברר כי לא קיים מענה לנדרש.

המערכת אושרה ע"י יחידת אבטחת מידע ו-ועדת ענן לחיבור לרשת בית החולים, שמירה ושליחה של הסריקות.

לאור האמור לעיל, ניתן לראות ביצרן Sirona באמצעות נציגותו המקומית, חברת "דיבידנט", ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת המחיר שניתנה ע"י חברת "דיבידנט".

בברכה,
מיטל היסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' דרור טויטו
רופ' נועם ירום
דר' שריקה גלברד
גבי שולה אלבוים
מר רומן קורוביצין
מר רועי פייגל