



מכרז פומבי 14/2024 - אספקת מערכות רנטגן תקרתיות מסוג DR לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים, במכוני הדימות של שב"ס

הודעת תיקון מס' 06

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	שאלות 48+50 (הודעת תיקון מס' 4)	<p>שאלה</p> <p>מבוקש להבהיר את תשובתכם. מדובר במכשיר רפואי ולכן ישנה חשיבות יתרה להוראות היצרן. אלו הוראות שמבטיחות את תקינות ובטיחות המכשיר. הנחיות אבטחת המידע שצורפו למכרז ככלל מקובלות ואפשריות להחלה על המערכות של המכשיר. עם זאת, כל הנחיית אבטחת מידע ספציפית שתבקשו להחיל על המכשיר תצטרך להיבחן בהתאם להוראות היצרן כדי לא לגרום נזק למכשיר או למטופלים שמשתמשים בו. כך למשל, אם תבקשו להתקין תוכנה שהיצרן לא מזהה והמכשיר לא מזהה, והיצרן לא ידע מה השפעת התוכנה על המכשיר, לא נוכל להתקין את התוכנה בשל החשש לסכן את בטיחותם ובריאותם של המשתמשים במכשיר. לכן, אנו מבקשים שתבהירו כי הנחיות אבטחת המידע יוטמעו בכפוף להוראות היצרן – כלומר, הספק והיצרן יעשו כל שביכולתם להטמיע כל הנחיות והוראה שתבקשו להחיל על המכשיר אך הדבר יעשה בכפוף להוראות היצרן לצורך שמירה על תקינות המכשיר והבטיחות של המכשיר והמשתמשים בו.</p>
		<p>תשובה</p> <p>מקובל – בכפוף להוראות יצרן ופעילותה התקינה של המערכת/מכשיר. בכל מקרה שלא ניתן יהיה ליישם הנחיות או הגנות על המערכת. תבוצע ההתקנה בכפוף לארכיטקטורה מאובטחת ברשת הארגונית.</p>
2.	שאלות 49+51 (הודעת תיקון מס' 4)	<p>שאלה</p> <p>מבוקש להבהיר את תשובתכם. במכרז דרשתם כי תנתן אפשרות לקבלת תמיכה מרחוק (והתייחסתם לכך במספר מקומות, למשל בסעיף 2.5, בעמוד 17 ובסעיף 4 בעמוד 55) ואילו בסעיפים אלו הבהרתם שהמערכת תהיה סגורה ללא גישה לעולם החיצון. אם המערכת הינה מערכת סגורה לא ניתן לאפשר בה תמיכה מרחוק.</p>
		<p>תשובה</p> <p>המערכת סגורה לתמיכה מרחוק.</p>
3.	שאלה	<p>מבוקש להעביר לנו תוכניות מפורטות ועדכניות בדחיפות!</p> <ul style="list-style-type: none"> • תכנית יציקות בטון לחיזוקים. • תכנית תעלות. • תכנית חשמל.



שרות בתי הסוהר

• תכנית תאורה/תקרה/מיזוג אוויר			
ללא שינוי	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 14/10/2024 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר