



אג'סיטיקב 100 לב



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת רכישות ומכירות  
מדור רכש אמצעים  
טלפון: 08-9124463  
פקס: 02-5607946

11 נובמבר 2024  
י"ב חשון תשפ"ה

**מכרז 173/2024 – אמצעי נישא לזיהוי סמים וחומרים**  
**מבוסס ספקטרוסקופיית RAMAN**

**עדכון מס' 1**

א. סעיף 5 – לוח הזמנים למכרז מעודכן כדלקמן:

עוד השעה	תאריך	נושא
15:00	1.12.24	המועד האחרון להגשת הצעות

ב. כלל העדכונים במסמכי המכרז מסומנים בצבע **צהוב**.

ג. להלן מענה לשאלות שהתקבלו:

פרק/סעיף	שאלה	מענה
11.7.5	האם קיים מנגנון שיפוי במקרה של אובדן/נזק למכשיר הדוגמה שיימסר לבדיקות משטרת ישראל?	לא קיים מנגנון, סעיף 9.3 התעדכן.
11.8.3	מס"ד 1 בטבלה- נספח 2 מכיל 24 חומרים ולא כפי המצוין בטבלה. אנא הבהירו לרבות הניקוד עבור כל זיהוי מוצלח.	הנספח מפרט חומרים רלוונטיים שאינם חובה לגילוי. יחד עם זאת, ניתן לקבל ניקוד עבור גילוי חומרים המפורטים בנספח 2 ובהתאם למפורט בטבלה.
11.8.3	מס"ד 2 בטבלה- אין הלימה בין מספר הנספח למספר החומרים. אנא הבהירו לרבות הניקוד עבור כל זיהוי מוצלח.	
מפרט סעיף 6.6.1.1	נבקש לאפשר גם סוללה שלא ניתנת להחלפה בתנאי שטח מאחר והחיבור הטענה שלה הוא USB Type-C והיא ניתנת להטענה מכל רכב או מטען נייד	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.



אויסטיקע 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף
לא הכרחית, זו רק דוגמא לתוספות שניתן להציע יחד עם המכשיר.	מתאמים/ציוד נילוה לבדיקת כמות קטנה מאוד של חומר – לדוגמא Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS לבדיקת אמצעים) – האם הכרחית פונקציית ה-SERS?	6.8.6
הבקשה נדחית, ניתן להציע מכשיר אחד בלבד.	האם ניתן להציע 2 מכשירים שונים מאותו ספק? כמובן שתבחן דוגמאות מ-2 המכשירים.	נספח ב' עמוד 1 מתוך 2
הבקשה נדחית, ניתן להציע מכשיר אחד בלבד. ראו עדכון סעיף 10.7.5.	תינתן אחריות של שנה על כל תיקון שבוצע בציוד. האחריות על התיקון תינתן עבור אותו ציוד שתוקן, עבור אותה תקלה שתוקנה ולא תכלול שבר הנובע משימוש לא סביר בציוד או בניגוד להוראות היצרן המצורפות לציוד אנחנו מקבלים אחריות של 3 חודשים בלבד	10.10
הבקשה נדחית, ניתן להציע מכשיר אחד בלבד.	"איסוף והחזרת הציוד יהיו מול המזמין ויתבצעו על-ידי הזוכה ועל חשבוננו" במקרה של תחזוקת שבר שאינה בגדר אחריות האיסוף והחזרה יהיה על חשבון המזמין ולא על חשבון הזוכה.	10.9.3
הבקשה מתקבלת בחלקה, ראו עדכון בסעיף 23.2.	התמורה עבור תחזוקה לציוד שתמה לגבי תקופת האחריות או תחזוקה לציוד שאינה כלולה במסגרת האחריות, תהיה בהתאם להצעת מחיר היצרן, בתוספת כמות שעות העבודה של הזוכה לאספקת שירות זה. המחיר עבור שעת עבודה יהיה 150 ₪ לא כולל מע"מ. תמורה כאמור תשולם רק בכפוף לקבלת אישור משטרת ישראל מראש ובכתב להצעת מחיר מטעם הזוכה". שעת העבודה שלנו הינה 410 .	23.2
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	"תתקבל רשימה של חומרים שהספקטרום שלהם דומה לזה של החומר הנבדק". – מבקשים להוריד סעיף זה ע"מ להציע דגם אשר מיועד בעיקר לסמים וחומרים דומים .	5.4.6.3.2. 1
הבקשה נדחית, ראו עדכון בסעיף.	"מידע לגבי מסוכנות החומר בדגש לסימון חירום NFPA 704 – מבקשים להוריד סעיף זה ע"מ להציע דגם אשר מיועד בעיקר לסמים וחומרים דומים .	5.4.6.3.4
לא, אין יתרון.	אופציה: ניתן יהיה לצלם את החומר הנבדק ע"י המכשיר האם יש יתרון בקבלת ההחלטות לאמצעי עם מצלמה ?	5.4.7.2.2



אגיסטיקת 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. הנושא נבדק, ניתן לכתוב את החומר עם קידומת אותיות זו ואין חובה למחוק זאת.	ברשימת החומרים כאופציה מופיע חומר מסוג AB-CHIMINACA – מבקשים להוריד את קידומת האותיות של החומר AB? החומר מסווג בעולם וברשימת תיקיות הסמים ללא האותיות AB.	נספח ב' – סעיף 7
בעמוד 17 ישנה טבלה מפורטת של הסעיפים שייבדקו, מופיעה בסעיף 11.7.5.1.2	זיהוי חומרי מטרה המפורטים בנספח בתצורות המפורטות בסעיף לפחות	11.7.5.1.2
נדרשת סוללה רזרבית לצורך התאמה לעבודה בתנאי שטח.	האם סוללה רזרבית במידה ומדובר במוצר עם סוללה פנימית נטענת שאינה ניתנת להחלפה הינה תנאי מנדטורי?	1.6.3 פרק ד'
הבקשה מתקבלת, ראו עדכון סעיף 9.2.	ככלל עבור מוצרי מדף מחו"ל מסופקת ספרות באנגלית בלבד. ספרות בעברית דורשת תהליך הפקה. האם ניתן לספק ספרות באנגלית בלבד בשלב הגשת המכרז ושלבי הבדיקה? כאשר ספרות בעברית תסופק רק במידה ונוכרז כזוכים ובשלב אספקת המערכות ללקוח?	1.6.9
הבדיקות יעשו בהתאם למפורט במסמכי המכרז.	נבקש הבהרה - האם קיים צורך בבדיקה ג'ריקנים , דרך מכלים אטומים לדוגמה בקבוקי פלסטיק שאינם שקופים, מעטפות עבות? המפרט לא מתייחס לצורך זה	4.4.4 פרק ד'
הבקשה מתקבלת, ראו עדכון במסמכי המכרז סעיף 13.2.	אבקשכם לשקול הארכת זמני אספקה.	13.2 פרק ד'
תנאי הסביבה יבדקו כמגודר במפרט בנושא זה.	האם הדוגמא המוצעת מיועדת עבור בדיקות תנאי סביבה במעבדת תנאי סביבה של משטרת ישראל או במעבדה חיצונית מטעם משטרת ישראל? או על סמך הצהרת יצרן?	7.2 פרק ד'
המחיר המוצע סופי וקבוע לאורך כל תקופת ההתקשרות. למכשיר המוצע תהיה הצמדה כמוגדר במסמכי המכרז. לא תינתן תמורה נוספת מעבר לכך.	למשטרת ישראל שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה למשך 4 שנים מה לגבי התייקרויות?	13.3 פרק ג'
המדובר במסמך חובה שיש להגיש עם הגשת ההצעה	האם הדרישה להצהרה של נספח ד' (עמוד 43 מכרז 173/2024 ) סעיף 8.6 היא תנאי הכרחי לזכייה במכרז?	8.6 נספח ד'



אויסטיק פֿ100 לב



- בלמ"ס -

פרק/סעיף	שאלה	מענה
11.7.5.1.2	במידה ומערכת עומדת ב 90% מסעיפי בדיקת איכות (4.1 ועד 8.2.2), האם זה מספיק כדי לעבור לחלק השני (סעיף 11.7.5.2) של הבדיקות מאפייני איכות?	נדרש 100% מעבר בכל הסעיפים.
נספח י'	האם ערבות דיגיטאלית נדרשת רק לאחר זכיה?	כן, לאחר הזכייה הזוכה יידרש להמציא ערבות ביצוע דיגיטאלית.
פרק ד' 1.6.6	האם במכשיר המסווג ברמה R3 פטור מאמצעי הגנה?	על המציע במכרז לבדוק זאת מול הגורמים הרלוונטיים.
פרק ד' 5.4.4	במכשיר בו רמת הלייזר R3 לא נדרשת נצרה האם במקרה כזה יתקבל?	אין במכרז דרישה לנצרה פיזית, אך יש לעמוד בסעיף 5.4.4.
פרק ד' 6.7	דרושה הבהרה - האם השקלול יהיה בהתאם למספר ההפעלות או זמן פעולה רציף?	הדרישה היא שהסוללות תפעל לפחות 3 שעות ובמהלכן יהיו 10 בדיקות בפועל של חומרים ובשאר יהיו מצבי STANDBY
7.2	האם IP54 יפסול את המכשיר למרות שנמכר למשטרות וצבאות במערב?	המכשיר המוצע יעמוד בדרישת הסעיף.
10.9	הבהרה - במקרה של תחזוקת שבר שלא במסגרת אחריות נדרש לקבל הזמנת עבודה טרם ביצוע התיקון	הבקשה מתקבלת, הזמנת רכש תצא עבור כל בקשה לתיקון שלא במסגרת אחריות.
	כללי - אין התייחסות לבטיחות המכשיר לעומת מתחרים וליכולת לבדוק חומרים בסביבה נפוצה.	מעטפת הדרישות שלנו נותנת מענה להיבטים הבטיחותיים.



אוגוסט 100 לב



- בלמ"ס -

ד. יובהר כדלקמן:

1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משטרת ישראל או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

עו"ד שני ששון, פקד

מדור רכש אמצעים / מרו"מ