

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085320	PRISMAX V3 ROW
2	1040026411	שנת אחריות נוספת לפריזמקס ומחמם דם

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מרפאל גירסי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בקסטר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514285709
מספר ספק בשיבא	120914
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	51,602\$ + מע"מ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

7 בנובמבר 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0303
תיק: 1009, 3017

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חוו"ד לרכישת מכשיר המופילטרציה.

- א. דוא"ל מיום 15.10.2024
ב. דוא"ל מיום 30.9.2024
ג. נימוק רכש מספק יחיד עבור ט.ג. ניתוחי לב
ד. נימוק רכש מספק יחיד עבור ט.ג. ילדים

1. נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 2 יח' כמפורט להלן:

- עבור ט.ג. ניתוחי לב – 1 יח'
- עבור ט.ג. ילדים – 1 יח'

2. להלן תכונות המכשיר:

- א. משמש לביצוע ההליכים הבאים:
- Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)
- Therapeutic Plasma Exchange Therapy (TPE)
- Hemoperfusion (HP)

ב. מותאם לטיפול במבוגרים וילדים (ממשקל 20 ק"ג ומעלה).

ג. מערכת בקרה והתראה על לחצים, על מנגנון ריקון והחלפת שקיות, Blood leak, Flow rate, Air/bubble.

ד. מחמם דם חיצוני לדם המוחזר למטופל.

3. המערכת הינה גרסה מתקדמת לדגם PRISMAFLEX המצוי בשימוש בבית החולים ותוכנן ייעודית לשימוש בטיפולים נמרצים.

4. רציב הצעות חברת BAXTER למערכת הכוללת מכשיר המופילטרציה מדגם PRISMAX V3 ומחמם דם כיחידה עצמאית מדגם THERMAX אותן יש לממש במלואן.

5. המערכות מתוצרת BAXTER נרכשו בשנים האחרונות בכמות 3 יח' עבור ט.ג. נשימתי, 1 יח' עבור ט.ג. ילדים ועוד 3 יח' לט.ג. ניתוחי לב.

6. לדגם PRISMAX V3 מתכלים זהים ומשק משתמש כמעט זהה לזה של PRISMAFLEX. לדגם החדש הוכנסה פונקציה ייחודית – Auto-Effluent Drain המשמשת להליך ריקון והחלפת שקיות אוטומטי, המאפשרת הקלה וחיסכון משמעותי בזמן עבור הצוות הרפואי.

7. בסימוכין בי"ג' הובהר ע"י הצוות הרפואי כי המערכת מתוצרת BAXTER הינה המותאמת ביותר לצרכים הקליניים ביחידה ומספקת מענה מלא לנדרש מכל הבחינות. המע' נמצאה מיטבית מהיבט האמינות, איכות ממשק המשתמש ונוחות התפעול השוטף.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

- מכשיר הפריזמקס מתממשק עם מערכות ה-EMR השונות באמצעות טכנולוגיית ה-HL7, כולל למערכת מטה ויזין. במידה ויידרש החיבור יתבצע ע"י חברת בקסטר ללא עלות נוספת.
8. הצוות הטכני של הנדסה רפואית בתהליך הכשרה לביצוע האחזקה השוטפת באופן עצמאי, קורס ייעודי לכך מתוכנן כבר השנה, חשובה אחידות מערכות גם בהיבט הנ"ל.
9. לאור נימוקי הצוות הרפואי ולמען שמירה על אחידות מערכות ושיטות עבודה, כולל ברמת התפעול והשימוש בסטים מתכלים, מומלץ לראות ביצרן BAXTER באמצעות נציגו ספק יחיד לרכישה על כל המשתמע מכך.
10. ניתנו ע"י החברה הצעות המחיר הבאות:

עבור ט.ג. ניתוחי לב

הצעה מס' ACO001604 הכוללת:

- מכשיר מדגם PRISMAX V3 – מק"ט 955725
- מחמם דם תוצרת חברת THERMAX – מק"ט 955516
- עלות שנת אחריות נוספת

עבור ט.ג. ילדים

הצעה מס' ACO0015597 הכוללת:

- מכשיר מדגם PRISMAX V3 – מק"ט 955725
- מחמם דם PRISMACOMFORT מק"ט 955708
- עלות שנת אחריות נוספת

יש לממש ההצעות במלואן.

ברכה


ג'רסי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' לאוניד סטרניק
ד"ר אלכסנדר קוגן
פרופ' איתי פסח
מר יוגב קציר