

שובות לשאלות הבהרה -

2.12.24

יש לחתום בתחתית העמוד לצרף מסמך זה להצעה המוגשת

מס'	עמוד	סעיף	שאלה	תשובות המרכז הרפואי
1			עבור חמצן רפואי נוזלי נבקש לציין, מה נפח המכל? תדירות מילוי המכל?	במרכז הרפואי 2 מיכלים, כל אחד בנפח 11 טון. תדירות מילוי - אחת לשבוע, מילוי שניהם
2			עבור חנקן נוזלי נבקש לציין, מה נפח המכל? תדירות מילוי המכל?	במרכז הרפואי 3 צוברים. אחד של 965 ליטר (מילוי פעם בשבוע), שני 230 (פעם בשבוע) ושלישי 160 ליטר (פעם בשלושה שבועות)
3			נבקש לקיים סיור בבית החולים על מנת לוודא תנאי שטח ויכולת אספקה.	הכניסה למרכז הרפואי חופשית וניתן לסייר בו באופן עצמאי. ככל שהמציע מעוניין בליווי מצד גורמי המקצוע במרכז הרפואי, ניתן לתאם מראש.
4			נא לשנות לסעיף הדדי, "כאשר לצדדים הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל-24 חודשים נוספים בכפוף לקבלת אישור שני הצדדים בכתב עד חודש לפני תום תקופת ההתקשרות	הבקשה נדחית, ככל שהספק הזוכה יתנגד להארכת האופציה, יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת והיא תישקל ותיבחן
5	7	3.2.1	נבקש כי תקופת השנה בשורה השלישית תצומצם לתקופה של 6 חודשים	הבקשה נדחית
6	7	3.2.1	מו כן נבקש להבהיר כי בנסיבות המתוארות בכל מקרה הכשיר השני לא יהיה מחויב להצעתו וההתקשרות כאן מותנית בהסכמתו	הבקשה נדחית, ככל שהכשיר השני יתנגד יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת והיא תישקל ותיבחן
7	7	3.4.2	נבקש להגדיר מראש את פרק הזמן לתחילת עבודה למינימום חודש ימים מיום חתימת ההסכם.	פרק הזמן לתחילת העבודה יתואם מול הספק הזוכה
8	13	5.3.1.1	נבקש לקבל את האופציה להציע חלקית רק על המוצרים שיש ברשותנו וניתן לספק ללא פסילת ההצעה.	הבקשה נדחית.
9	14	5.5	נבקש לקצר את התקופה הנוספת בשורה השניה ל30 ימים. חצי שנה זו תקופה ארוכה מאוד לחייב מציעים להצעתם.	הבקשה נדחית, מטרת המרכז הרפואי היא לסיים הליכי המכרז בהקדם
10	14	5.5.1	נבקש לשנות מ-90 יום ל-60 יום בשני המקרים.	הבקשה נדחית
11	24			
			נא אישורכם לכך שבסיום ההתקשרות יוחזרו למרכז הרפואי גילי חמצן רפואי 40 ליטר שאינם בהכרח בבעלות המרכז (שווי ערך)	מאושר
12	27	טבלה	נבקש את האפשרות להציע רק חלק מהמוצרים או לחלופין להציע אלטרנטיבה. חלק מהמוצרים אינם במגוון שלנו ולכן לא נוכל להציע.	מקובל, ניתן להציע מחיר עבור חלק מהגזים. בכל גז ייבחר המציע שהגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר עבורו.
13	27		שורה 1 חמצן 40 ליטר רפואי 99.5%	מאושר
14	27		שורה 2 חמצן 5 ליטר רפואי 99.5%	מאושר
15	27		שורה 3 פחמן 10 חמצני 27 ליטר רפואי 99% בגליל 27 ק"ג - תכולת הגליל היא 26.8 ק"ג.	בקשה נדחית, מדובר בפחמן פרמצבטי
16	27		שורה 4 פחמן 10 חמצני 27 ליטר רפואי 99% בגליל 6 ק"ג	בקשה נדחית, מדובר בפחמן פרמצבטי
17	27		שורה 5 הליום 0.5 ליטר במידה ונדרש הליום בטוהר של 99.999%, יש לשנות ל - "הליום גז 99.999% בגליל עד 5 ליטר". בנוסף נדרש לוודא כי אכן התכוונתם לגליל בנפח של 0.5 ליטר.	מאושר
18	27	3	נבקש לציין כי המציע רשאי להציע חלק מהגזים המבוקשים או לחלופין להפריד לסל גזים רפואיים בגלילים וגזים רפואיים בנוזל	מקובל, ניתן להציע מחיר עבור חלק מהגזים. בכל גז ייבחר המציע שהגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר עבורו.
19	27	טבלת גזים	נבקש לציין: טוהר הליום נדרש להצעה	0.99999
20	27	טבלת גזים	נא לציין ריכוז הליום נדרש בתערובת	0.99999
21	27	טבלת גזים	נא לציין טוהר נדרש לארגון	0.99999

22	טבלת גזים	27	חנקן חמצני - נא אישורכם כי מדובר בתערובת 800ppm No in N2	מאושר
23	טבלת גזים	28	פחמן דו חמצני טהור - נא אישורכם לטוהר 99.998%, ופירוט גודל גליל	מאושר
24	שורה 6 הליום 5 ליטר	28	במידה ונדרש הליום בטוהר של 99.999%, יש לשנות ל- "הליום גז 99.999% בגליל עד 5 ליטר"	שינוי מאושר
25	שורה 7 הליום 10 ליטר	28	במידה ונדרש הליום בטוהר של 99.999%, יש לשנות ל- "הליום גז 99.999% בגליל עד 5 ליטר"	שינוי מאושר
26	שורה 10 הליוקס 40 ליטר	28	נדרש לציין את מרכיבי התערובת במדויק, סוג הגז והאחוז הנדרש מכל מרכיב בתערובת.	או 70% הליום ו- 30% חמצן / 80% הליום ו- 20% חמצן
27	שורה 11 הליוקס 10 ליטר	28	נדרש לציין את מרכיבי התערובת במדויק, סוג הגז והאחוז הנדרש מכל מרכיב בתערובת.	או 70% הליום ו- 30% חמצן / 80% הליום ו- 20% חמצן
28	שורה 14 ארגון 10 ליטר	28	במידה ונדרש ארגון בטוהר של 99.999%, יש לשנות ל- "ארגון 10-99.999% ליטר"	מאושר
29	שורה 15 ארגון 3 ליטר	28	במידה ונדרש ארגון בטוהר של 99.999%, יש לשנות ל- "ארגון 10-99.999% ליטר"	מאושר, אולם לבלון של 3 ליטר
30	שורה 16 גליל חנקן חמצני 30 ליטר	28	במידה ונדרשת תערובת רפואית, יש לשנות ל- "תערובת רפואית ppm 800 NO בחנקן"	מאושר
31	שורה 17 גליל חנקן חמצני 5 ליטר	28	במידה ונדרשת תערובת רפואית, יש לשנות ל- "תערובת רפואית ppm 800 NO בחנקן"	מאושר
32	שורה 18 גליל חנקן חמצני 3 ליטר	28	במידה ונדרשת תערובת רפואית, יש לשנות ל- "תערובת רפואית ppm 800 NO בחנקן"	מאושר
33	שורה 19 חנקן יבש 40 ליטר	28	יש לשנות תיאור ל- "חנקן גז יבש 99.99% בגליל 8 מ"ק"	מאושר
34	שורה 21 גליל חמצן 30 ליטר	28	במידה ונדרש חמצן רפואי, נדרש לשנות ל- "חמצן גז רפואי 99.5%"	מאושר
35	שורה 22 גליל חמצן 30 ליטר	28	במידה ונדרש חמצן רפואי, נדרש לשנות ל- "חמצן גז רפואי 99.5%"	מאושר
36	שורה 24 חמצן נוזלי בטון	28	במידה ונדרש חמצן רפואי, יש לשנות ל- "חמצן נוזלי רפואי 99.5% בצובר".	מאושר
37	שורה 25 חנקן נוזלי בטון	28	אנא ציינו מה הטוהר הנדרש לחנקן.	99.99%
38	2.2	31	נבקש למחוק דרישה זו. אין זה סביר לצפות מהנציג הניהולי לתמיכה 24/7.	נדרשת זמינות בשעות העבודה המקובלות
39	3.1	31	נבקש לתקן הסעיף כך שהמזמין מתחייב לרכוש מדי שנה לפחות 80% מהכמות המוערכת של הגזים שירכוש כמפורט בהצעה ואם לא יעשה כן יחויב על כך על בסיס take or pay.	הבקשה נדחית, אין התחייבות לרכישה.
40	3.2	31	מאחר והזמנות חריגות כרוכות בעלויות לוגיסטיות נבקש אפשרות לתמחר הובלה מיוחדת להזמנות מעל פעם בשבוע	מקובל, ישולמו דמי הובלה של 1,000 ₪ + מע"מ להובלה מיוחדת
41	3.2	31	נבקש לשנות, "המזמין יבצע הזמנה שבועית מרוכזת של כל הפריטים הנדרשים ואשר יסופקו למזמין בטווח של בין 5-7 ימי עסקים החל מיום קבלת ההזמנה אצל הספק" " במקרים חריגים / דחופים, יבוצעו הזמנות נוספות, מעל פעם בשבוע אשר יסופקו בהתאם לזמינות הספק תחת הצעת מחיר."	מקובל
42	3.3	31	אישור ההזמנה יתבצע תוך 2 ימי עסקים מביצועה.	מקובל
43	3.5	31	נבקש לקבל את דרישת המזמין במעמד ההזמנה מראש כדי להגיע מוכנים לפי בקשתו לאספקה.	מקובל

44	מקובל	נבקש להוסיף, " ייקח הספק את גלילי הגזים שהוכנו מבעוד מועד ממחסן הגזים ויהיו מוכנים בכלובים תקינים כאשר הם קשורים ברצועות תקינות והנהג יבצע את האיסוף בנוכחות נציג המרכז הרפואי"	3.5	31
45	מקובל	אנחנו פועלים עם כלל בתי החולים (כולל פוריה) במתכונת של גליל מלא תמורת גליל ריק כחלק מגלילי סבב. במסגרת הני"ל הגלילים מסופקים מיידיית ולא כעבור שבועיים כחלק מגלילי סבב (פול כללי) ומייתר את הצורך בבדיקות שאנחנו אחראים עליהם וכלולים במחיר הגליל/ דמי טיפול. נא לאשר את הני"ל	3.6	31
46	מקובל	נבקש לשנות, "והגליל יוחזר למזמין לא יאוחר מארבעה שבועות"	3.6	31
47	מקובל	נבקש להסיר את המילים " הודעה טלפונית על עצם הפסילה תימסר לנציג המרכז הרפואי" - לא ניתן לביצוע, הגליל יסומן כמבוקש בסעיף זה.	3.7	31
48	מקובל	לא מקובל! במתכונת זו כל אספקה יכולה להיעשות במתכונת של הובלה דחופה. נבקש להגדיר 1,000 ש"ח + מע"מ עבור דמי הובלה	3.8	31
49	כני"ל	א. תנאים להובלה דחופה. לדוגמא מצב חירום ע"פ החוק	3.8	31
50	כני"ל	ב. מחיר נפרד להובלה דחופה	3.8	31
51	כני"ל	ג. הגבלה של הובלות דחופות.	3.8	31
52	כני"ל	כאמור בלי הגבלה כלשהי כל הובלה תוכל להיעשות כדחופה ולא נוכל להסכים לזה.	3.8	31
53	כני"ל	לא מקובל - נבקש למחוק סעיף זה. הזמנה דחופה תתאפשר בכפוף לזמינות מלאי ובחייב הובלה מיוחדת תחת הצעת מחיר.	3.8	31
54	מקובל	נבקש לשנות ל24 שעות. 6 שעות זה לא בר ביצוע. כמו כן נבקש להגדיר שעת חירום.	3.9	31
55	מקובל	נא לתקן אספקת הזמן דחופה תוך 24 שעות ולא 6 כמצויין בסעיף 4.2. 6 שעות אינן זמן מספק ללוגיסטיקה הכרוכה באספקה.	3.9	31
56	מקובל	נבקש להסיר סעיף זה. לא נוכל להתחייב מראש על זמינות כמות ספציפית לאספקה ובטווח הזמנים שצויינו, כמו כן על פי נוהל G01 על בית החולים להיות אחראי למלאי חירום אשר מספקי למינימום 72 שעות.	3.9	31
57	הסעיף יימחק	נא הבהירו את הסעיף, הסעיף קטוע ואינו שלם.	3.11	32
58	מקובל	נבקש כי בטרם תפנו לספק חלופי, תינתן התראה בכתב על כוונתכם לעשות זאת ויתאפשר לספק לתקן את הפרתו.	3.12	32
59	מקובל	נבקש כי רק חוסר יכולת לספק מעבר לפעם השלישית ברבעון תהווה הפרה יסודית.	3.13	32
60	מאושר.	מבוקש להוסיף לאחר המילים "מהגזים הרפואיים" את המילים " ובלבד שניתנה הזדמנות לספק לתקן את ההפרה עליו הודיע המזמין בכתב תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה אודות ההפרה, והפרה זו לא תוקנה", כמו-כן אין נספח ה' ולכן לא ניתן להתייחס.	3.13	32

				61
הסיפא "ובהתאם לקבוע בהסכם המצורף כמסמך ה' למסמכי מכרז זה" נמחקת בזאת.	נבקש למחוק את המשפט החל מהמילים "ובמקרים בהם הצוות הרפואי...ועד של ספק אחר." בנוסף נבקש להוסיף לאחר המילים "מחברות אחרות" "בתיאום ואישור הספק". כמו כן יש למחוק את המשפט החל מ" שיקול הדעת ... ועד הודעה תינתן לספק".	3.11+3.12	32	
מקובל	נבקש להחליף את הספרה "12" בשורה האחרונה במילים "יום עסקים אחד".	4.1	32	62
הובלה דחופה - תוספת 1,000 ₪ + מע"מ	נבקש להסיר את המשפט, "בין השעות 07:00-13:00 באחריות הספק לתאם מראש שעת ההגעה מול נציגי המזמין" - לא נוכל להתחייב על שעת הגעה וגם לא על הגעה בטווח שעות ספציפי. כמו-כן, נבקש לשנות את המשפט ולהוסיף לאחר המשפט: "המזמין יהיה רשאי לשנות מועד אספקה בהודעה מראש של 48 שעות לספק" "ובהתאם ללו"ז הספק".	4.1	32	63
מקובל	נבקש להחליף את הספרה "24" במילים "ביום עסקים אחד".	4.2	32	64
מקובל	נבקש להבהיר כי התשלום כאן מתייחס גם להובלות בחירום (למשל בסעיף 3.9).	4.2	32	65
מקובל	נבקש גם להבהיר כי התשלום כאן הוא בנוסף לתשלום בגין הגזים עצמם.	4.2	32	66
מקובל	נבקש להסיר את המילים " במקרה כזה ישולם לספק סכום בסך 1,500 ₪ + מע"מ בגין ההובלה" - דרישה לאספקה דחופה ותאפשר בהתאם לזמינות ובכפוף להצעת מחיר.	4.2	32	67
מקובל	נבקש להסיר סעיף זה, לא ניתן לביצוע - כל הגלילים ב**** עוברים בדיקה לפי הנדרש ולכן אין מניעה בהחלפת הגלילים כל עוד הם עומדים בתקן.	4.2.1.2	32	68
מקובל	נא אישורכם להחלפת גליל חמצן 40 ליטר מלא בריק	4.2.1.2	32	69
מקובל	נבקש להסיר סעיף זה, מדובר בגלילי לקוח. במידה והלקוח מעוניין בשיפוץ גלילים, הנ"ל יהיה תחת הצעת מחיר.	4.2.1.4	32	70
מקובל	נבקש להסיר סעיף זה, אספקת גלילי חמצן 40 ליטר וכנ"ל לגבי שאר הגלילים תסופק בהתאם לכמות הגלילים הריקים שהתקבלה מהלקוח ובהתאם ללו"ז האספקה.	4.2.1.3	32	71
מקובל	נבקש לשנות משנה לחצי שנה לפחות..	4.2.1.5	32	72
מקובל	מאחר ומדובר בגלילי לקוח והלקוח מעוניין לקבל את הגלילים שלו חזרה ולא בהחלפה ממלאי הספק, יש להסיר סעיף זה, במידה והלקוח מעוניין בשיפוץ גלילים, הנ"ל יהיה תחת הצעת מחיר.	4.2.1.6	32	73
מקובל	במקום "שבועיים" נבקש לתקן "לא יאוחר מ-4 שבועות בתנאי שגלילי הלקוח תקין ובתוקף"	4.2.2.2	33	74
הסיפא לסעיף נמחקת.	סעיף 5.2 אינו מפרט כפי שהנכם מציינים.	4.2.2.2	33	75
מקובל, ניתן להחזיר כלוב תמורת כלוב	לא ניתן להתחייב להחזיר את כלובי הלקוח, אלא אם הלקוח ישלח כל סוג של גז בכלוב נפרד.	4.3	33	76
מקובל	נבקש לשנות, במקום "אלא אם קבע המזמין אחרת" ל - "בתיאום מול הספק ולאחר קבלת אישור הספק".	4.4	33	77
מקובל	נבקש למחוק את המשפט " לנהל/ הנחיות המרכז הרפואי ויאו ככל שיהיו בעתיד..." ובמקומו לציין "לנהל הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הספק".	4.7	33	78
מאושר, יבוצע בתיאום עם הספק ובתשלום הנדרש במידה ויש באפשרותו להעמיד האיזוטנק	נבקש להסיר סעיף זה - לא ניתן לביצוע.	5	33	79

			6.8	34	80
הבקשה נדחית	למבוקש להוסיף לאחר המילים "ובחזקת הספק ו/או באחריות" את המילים "ובלבד שהפגם נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק או מי מטעמו",				
מקובל	נבקש לשנות, " לא יאוחר מארבעה שבועות" בנוסף נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף זה : "עלות הבדיקות...גליל".		7.2	35	81
מקובל	היות ומדובר על גלילים בבעלות בית החולים, האחריות על תקינות הציוד הינה של בית החולים. כל דרישה לתחזוקה תבוצע בכפוף להזמנה שתתקבל כנגד הצעת מחיר		7.3	35	82
מקובל	הסעיף לא רלוונטי היות ותחזוקת הגלילים ותקינותם באחריות בית החולים. טיפול בגלילים ע"י הספק יבוצע בכפוף לקבלת הזמנה בהתאם להצעת מחיר שתשלח למזמין.		7.4	35	83
מקובל	נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לגו בשל מעשה או מחדל של המזמין ולא רק כמצוין בסעיף.		8.1	35	84
מקובל	מבוקש למחוק את סיפא הסעיף החל מהמילים "ממועד אספקתם" ובמקום זאת לכתוב "עד למועד פריקת גלילי הגו ממשאית הספק אל מתחם האחסון של המרכז הרפואי"		8.1	35	85
מקובל	נבקש להבהיר כי ככל והחלפה נדרשת בשל מעשה או מחדל של המזמין ביחס לטיפול בגלילים או בגזים ההחלפה תחויב בנפרד.		8.3	35	86
מקובל	מבוקש להוסיף אחר המילים "וללא חיוב כלשהו" להוסיף "ובלבד שפגם או הבעיה נגרמו ממעשה ו/או מחדל של הספק".		8.3	35	87
מקובל	נבקש להבהיר כי ככל והחלפה נדרשת בשל מעשה או מחדל של המזמין ביחס לטיפול בגלילים או בגזים ההחלפה תחויב בנפרד.		8.4	35	88
מקובל	נבקש לשנות ל24 שעות		8.4	35	89
מקובל	הסעיף לא מקובל - המרכז הרפואי אינו יכול לפסול גליל על פי שיקול דעתו. מאחר ומדובר בגלילי לקוח, כל בעיה שתגלה בגלילים, תיבדק והצעת מחיר בגין השמשת הגליל תינתן ללקוח. במידה וגליל הלקוח יפסל, יוכל הלקוח לרכוש גליל חדש תחת הצעת מחיר מהספק.		8.4	35	90
מקובל	נבקש לתקן את הסעיף : החלפת גלילים תבצע בתיאום עם המרכז הרפואי ובהתאם לדחיפותה ואילוצים לוגיסטיים. במקום תוך 6 שעות		8.4	35	91
מקובל	נבקש כי רק פגמים שיאותרו מעל 3 פעמים ברבעון יהוו הפרה יסודית.		8.5	35	92
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף אחרי המילים "ו/או בגלילים" את המילים "שינגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של הספק", וכן בסיפא הסעיף להוסיף "והכל בכפוף להוראות ההסכם שיחתם בין הצדדים.		8.5	35	93
הבקשה נדחית.	מבוקש להוסיף לאחר המילים "ובלבד שהפגם נגרם או מחדל של הספק ו/או מטעמו", כמו-כן לא נוכל להתייחס כיוון שבמכרז זה		8.6	35	94
הבקשה נדחית.	נבקש כי בנסיבות המתוארות בסעיף, קיזוז יעשה בכפוף להודעה מוקדמת בכתב ותלווה בהודעת קיזוז בצירוף אסמכתאות מתאימות.		8.7	36	95

				96
מקובל	יש לשנות ל: " על הגליל להגיע עם רמת גו מלאה בגליל, ככל שתהיה בעיה בגו בלבד הלקוח יפנה למוקד ותלונת הלקוח תיבדק, ככל שתהיה בעיה בגו, ינתן ללקוח זיכוי בהתאם. ככל שתהיה בעיה בגליל ובברז הגליל (ציוד המזמין), יעדכן הספק את המזמין ותשלח הצעת מחיר בעבור תיקון הליקוי."	8.7	36	
מקובל	בהצעת המחיר של המכרז לא נדרש לתמחר "רכישת גלילים חדשים", הצעת מחיר תינתן על פי דרישה.	9.1	36	97
מקובל	נא לתקן - ככל שיחליט המרכז הרפואי לרכוש גלילים יפנה לספק לבקשת הצעת מחיר וקבלת מועד אספקה	9.1	36	98
מקובל	נבקש לשנות " בהתאם לזמינות מלאי הספק"	9.2	36	99
מקובל	נא למחוק סעיף זה	9.2	36	100
מקובל	היות ומדובר בגלילים בבעלות בית החולים, האחריות על תקינות הציוד הינה של בית החולים. כל גליל אשר ייפסל לאחר בדיקה של הספק, יקבל המזמין הצעת מחיר בגין הטיפול הנדרש. שיפוץ הגלילים מתבצע בהתאם לתקן 712, באשר לטיב הגזים, הספק יהיה אחראי על טיב הגזים בהתאם לתקן הנדרש.	10	36	101
מקובל	נא לתקן סיום סעיף זה - במקרה של פסילה ויזואלית של גליל משימוש, לא ייגבה תשלום עבור שיפוץ.	10.3	36	102
הבקשה נדחית	מבוקש במקום המילה "למזמין" לכתוב "הצדדים", ובמקום המילים "על פי שיקול דעתו הבלעדי" לכתוב "בהסכמה בכתב של הצד השניה ועד חודש לפני תום תקופת ההתקשרות"	2.1	40	103
הבקשה נדחית. רשאי להגיש בקשה מנומקת והיא תיבחן	נבקש כי הארכת ההסכם לתקופה נוספת תחייב את קבלת אישור הספק, מראש ובכתב. הארכת הסכם רק בהסכמה הדדית. במידה ולא - לא נוכל להשתתף במכרז.	2.1	40	104
הבקשה נדחית	נבקש לתקן הסעיף כך שהמזמין מתחייב לרכוש מדי שנה לפחות 80% מהכמות המוערכת של הגזים שירכוש כמפורט בהצעה ואם לא יעשה כן יחויב על כך על בסיס take or pay.	2.2	40	105
מקובל	נבקש לשנות "יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשי החתימה מטעם שני הצדדים".	2.3	40	106
מקובל	מבוקש במקום המילים "להתקשרות בהסכם" לכתוב "לבצע את התחייבויותיה על פי הוראות הסכם זה"	3.1.1	40	107
הבקשה נדחית	יש למחוק את המילים "לשביעות רצון המזמין" ולרשום "בהתאם לתקן ישראלי 712". כמו כן יש למחוק גם יתר	3.1.4	40	108
מקובל	נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "או בקשר עימם".	4.1	40-41	109
מקובל	מבוקש להוסיף את המילים "או שנמסר על ידי צד שלישי אשר היה רשאי למסור מידע כזה	4.2.2	40-41	110
מקובל	במקום המילים "הספק מתחייב" לכתוב "הצדדים מתחייבים", ובמקום המילים "בינו לבין המזמין" לכתוב "כלפי הצד השני להסכם".	6.1	41	111
מקובל	במקום המילים "בין הספק לבין המזמין" לכתוב "בין הצדדים", ובמקום המילים "יודיע הספק על כך למזמין" לכתוב "תינתן הודעה בכתב לצד השני", וכן במקום המילים "יודיע המזמין לספק" לכתוב "יודיע הצד הרלוונטי לצד השני, וכן במקום המילים "הספק יבצע" לכתוב "הצדדים יבצעו".	6.2	41	112

113	מקובל	נבקש למחוק סעיף זה ולהבהיר כי הספק יתחייב כי עובדיו מחויבים בסודיות ברמה אשר מחמירה לפחות כמו רמת הסודיות הנדרשת בהסכם זה. אין זה סביר לדרוש כי עובדי הספק יתחייבו בהתחייבות חוזית במישרין כלפי המזמין.	6.3	41
114	מקובל	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול על תוצרים המבוססים על המסמכים הגנריים שהספק עושה בהם שימוש במהלך העסקים הרגיל.	7.2	42
115	מקובל	מבוקש להוסיף בתחילת המפשט את המילים "ככל שפסק הדין החלוט יקבע שעל הספק להספיק לספק את ההשירות".	7.5.1.2	42
116	מקובל	מבוקש להוסיף בתחילת המפשט את המילים "ככל שפסק הדין החלוט יקבע שעל הספק להספיק לספק את ההשירות".	7.5.1.3	42
117	מקובל	מבוקש להוסיף אחרי המילים "בשימוש באספקת השירותים" את המילים "אותם התחייב הספק לתת"	7.6.1	42
118	הבקשה נדחית	במקום המילה "לדרוש מהספק" יש לכתוב "לפנות לספק ולבקש שיכנס".	7.6.1.2	42
119	מקובל	נבקש להבהיר כי המזמין יתנהל לענין זה בסבירות וינמק את עמדתו.	8.3	43
120	מקובל	במקום המילה "שיפוטית או מנהלית" יש לכתוב "מוסמכת".	9.1.4	43
121	מקובל	במקום המילה "מצאה" יש לכתוב "פסקה בהחלטה חלוטה".	9.1.4	43
122	מקובל	נבקש לתקן הסעיף כך שהתמורה תוצמד למדד בהתאם למדד הידוע במועד הגשת הצעות. אחת לשנה יעודכן המחיר בהתאם למדד. נבקש להיצמד להוראות התק"מ.	10.2	43
123	הבקשה נדחית	נבקש כי הסעיף יתוקן כך שהצדדים יישאו בעלויות הנוספות באופן שווה.	10.3	44
124	הבקשה נדחית	מבוקש למחוק	10.3	44
125	הבקשה נדחית	נבקש לתקן הסעיף - לאור תקופת ההסכם הארוכה אין זה סביר לחייב את הספק באותם מחירים לתקופה זו, וזאת בין היתר לאור תנאי השוק המשתנים. אי לכך נבקש כי יתאפשר לספק לעדכן את התעריפים מעת לעת ובתדירות שלא תעלה על אחת לשנה בהתאם למחירון הספק.	חדש 11.5	45
126	מקובל	נא להוסיף הצמדת מחירים למדד המחירים לצרכן	11.8	45
127	הבקשה נדחית	נבקש להבהיר כי על כי אף האמור לעיל הספק בכל מקרה לא יהיה אחראי בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, אובדן רווחים וכיוב' בקשר עם אספקת הציוד או הסכם זה שיגרמו ללקוח או לצדדים שלישיים.	12.1	45
128	הבקשה נדחית	נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה אחריות הספק תוגבל לתמורה ביחס לתקופה של שלושה חודשים טרם אירוע הנזק.	12.1	45
129	הבקשה נדחית	במקום המילים "נזק מכל סוג שהוא" יש לכתוב "נזק ישיר"	12.1	45
130	הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף אחרי המילים "עקב מעשה או מחדל" את המילה "רשלני"	12.1	45
131	הבקשה נדחית	מבוקש למחוק את המילים "שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו"	12.1	45
132	הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף לאחר המילה "בזדון" את המילים "ו/או ברשלנות"	12.2	45
133	הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף לאחר המילים "לפי דין" את המילים "או הסכם".	12.2	45

	הבקשה נדחית	נבקש להחליף את המילה "ושהאחריות" בשורה השלישית במילים "ו/ או שהאחריות".	12.2	45	134
	הבקשה נדחית	בנוסף לאמור לעיל, נבקש להבהיר כי הפטור בסעיף זה לא יחול ביחס לזק שנגרם בשל הפרה של ההסכם ההתקשרות מצד המזמין ו/או רשלנות מצד המזמין ו/או זק שיגרם בשל אי-תקינות הגלילים אשר בבעלות המזמין.	12.2	45	135
	הבקשה נדחית	נבקש להחליף את המילה "הספק" בשורה הראשונה במילה "הצדדים".	12.3	45	136
	הבקשה נדחית	במקום המילה "הספק" יש לכתוב את המילים "הצדדים"	12.3	45	137
	הבקשה נדחית	לאחר המילה "נוקסים" יש לכתוב אתה המילה "ישירים".	12.3	45	138
	הבקשה נדחית	במקום המילים "הספק מתחייב לשפות את המזמין" יש לכתוב "הצדדים מתחייבים לשפות"	12.4	45	139
	הבקשה נדחית	במקום המילים "ככל שיחויב המזמין" יש לכתוב "ככל שיחוייב מי מהצדדים"	12.4	45	140
	הבקשה נדחית	במקום המילים " שעל פי הסכם זה חב בו הספק" יש לכתוב "שעל פי הסכם זה חבים הצדדים אחד כלפי השני :	12.4	45	141
	הבקשה נדחית	במקום המילים "בתוספת כל הוצאותיו של המזמין" יש לכתוב "בתוספת כל הוצאות הצדדים"	12.4	45	142
	הבקשה נדחית	יש למחוק את המלים "ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין"	12.4	45	143
	הבקשה נדחית	יש למחוק את המילים "או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה)" וכן למחוק את המילים "או מכל מקור אחר".	12.4	45	144
	הבקשה נדחית	במקום המילים "כאמור יושלמו למזמין" יש לכתוב "ישולמו לצד הנוגע לעניין"	12.4	45	145
	הבקשה נדחית	במקום המילים "המזמין יודיע לספק" יש לכתוב "הצדדים יודיעו"	12.5	45	146
	הבקשה נדחית	יש למחוק את המשפט שמתחיל במילים "במקרה כאמור, "	12.5	45	147
	הבקשה נדחית	מבוקש למחוק את המילים "בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי".	14.1	46	148
	הבקשה נדחית	יש למחוק את המילה "כתנאי" ויש לכתוב "עם"	14.1	46	149
	הבקשה נדחית	נבקש כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לסעיף 8 ביחס לשימוש בקבלני משנה.	14.1	46	150
	הבקשה נדחית	נבקש לתקן הסעיף כך שהעברת הזכויות והחובות תתאפשר רק בהסכמת הספק. הצעת הספק ניתנה למזמין על בסיס הפרמטרים שהמזמין פירט ועל פי צרכיו. לא סביר שהספק יתן הצעה למכרז זה וימצא עמו בהתקשרויות נוספות עם גופים שהוא כלל לא ידע עליהם.	14.2	46	151
	הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף "במקרה זה יודיע המזמין לספק בכתב מיד עם חתימת ההסכם"	14.2	46	152
	הבקשה נדחית. כל ביטול ייעשה מטעמים סבירים בלבד ולאחר מתן התראה / הודעה מראש	נבקש למחוק את הסעיף. בהמשך הסעיף ישנם סעיפי הפרה רבים ומגוונים וביטול חוזה "מכל סיבה" אינה מקובלת בהינתן האפשרויות הרבות העומדות בפני המזמין. כמו כן, ביטול מטעמי נוחות אינו סביר בהתקשרות מסוג זה, כאשר התמחור שלה מבוסס על ההנחה כי השירותים יעמדו למשך תקופה של לפחות 3 שנים.	15.1	46	153
	הבקשה נדחית	יש לשנות את הסעיף להדדי לשני הצדדים ולמחוק את המילים "בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין".	15.1	46	154

				155
הבקשה נדחית	נא הבהירו מה הסטטוס התקציבי להתקשרות זו. אנו מבקשים לצמצם את תקופת ההתקשרות לתקופה בה יש תקציב מאושר.	15.2	46	
הבקשה נדחית	לחילופין נבקש לבטל סעיף זה – הספק לא אחראי על תקציב המזמין והאחריות בהסכם צריכה להיות הדדית ולא חד צדדית.	15.2	46	156
הבקשה נדחית	מבוקש למחוק את המילים "תופסק ההתקשרות לאלתר" ובמקום זאת לכתוב "רשאי המזמין להודיע על סיום ההתקשרות בהתאם לסעיף 18 להסכם, אשר תכנס לתוקפה תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה בכתב"	15.2	46	157
הבקשה נדחית	מבוקש למחוק את סעיף 15.3.6	15.3.6	46	158
הבקשה נדחית	נבקש כי האירועים האמורים יהוו הפרה יסודית אך ורק ככל והם יחזרו 3 פעמים ברבעון קלנדררי.	16.1.1	46	159
הבקשה נדחית	מבוקש למחוק "סודיות", "אבטחת מידע"	16.1.1.1	46	160
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף: "תמורה"	16.1.1.1	46	161
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף לאחר המילה "ההסכם" את המילים "תוך הפרה של הוראות ההסכם"	16.1.1.4	46	162
הבקשה נדחית	נבקש שסעיף זה יתוקן כך שניסוחו יהיה הדדי, כלומר למצב שבו גם המזמין הפר הפרה יסודית כלפי הספק	16.1.2	46	163
מקובל	נבקש להחליף את הספרה "7" בספרה "14".	16.1.2.1	47	164
הבקשה נדחית	נבקש למחוק הסעיף.	16.1.2.2	47	165
הבקשה נדחית	כנ"ל. נבקש שהסעיף יתוקן כך שניסוחו יהיה הדדי.	16.2	47	166
הבקשה נדחית	נבקש לתקן הסעיף – כך שביטול ההסכם לא יהיה מיידי ויותר במסירת הודעה מראש ובכתב של 30 ימים שבמהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית.	16.2.1	47	167
הבקשה נדחית	מבוקש להסיר את המילים "לפי שיקול דעתו" ובמקום לרשום "יאפשר המזמין"	16.2.3.3	47	168
הבקשה נדחית	נבקש למחוק	16.2.4	47	169
מקובל	נבקש כי ככל והמזמין מעוניין לבצע קיזוז או ניכוי בהתאם לסעיף זה, יהיה עליו למסור הודעה מראש בת 7 ימים שבמהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית.	16.2.4	47	170

				171
	הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי לא יראו זאת כהפרת הסכם בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בשל נסיבות שאינן בשליטתו. לצורך כך יראו ב"נסיבות שאינן בשליטתו" עיכובים שנגרמו בהוראות המזמין, עיכובים שנגרמו בשל מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו, עיכובים שיגרמו בשל מעשה או מחדל של או במקרה של כוח עליון. לצורך כך יראו ב"כוח עליון" כשריפה, התפוצצות, אסונות טבע, שביתות, השבתות, מלחמה, מצב חירום בטחוני ו/או בריאותי, סגר, הפסקה בפעילות הנמלים, גיוס מילואים נרחב, צווים ממשלתיים או עירוניים בדבר הפסקת עבודות, חוסר יכולת להוביל עקב סגירת כבישים ודרכים חילופיות, חוסר בסולר לרכבים ומיכליות, הפסקות חשמל, וכיו"ב, חוסר ממושך בחומרי גלם או עיכובים שיחולו כתוצאה מעיכוב הגעת ציוד שהוזמן ו/או יוזמן, התערבות ממשלתית כלשהי (צווים, הפקעות או חקיקה עתידית או שינוי חקיקה קיימת) וכל סיבה אחרת שאיננה תחת שליטת הספק לרבות כל סיבה אחרת אשר הופכת את אספקת הגזים לבלתי אפשרית."	16.2.5	48
	הבקשה נדחית	נבקש כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף לכך שבכל מקרה לא יוטל כפל פיצוי על הספק באותו אירוע.	17	48
	הבקשה נדחית	נבקש למחוק את המילים "זכות הקיזוז, עיכוב"	17.1	48
	הבקשה נדחית	נבקש במקום המילים " שרשאי המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק" לכתוב "שרשאי צד להסכם לעשות בתקובה להפרת ההסכם על ידי הצד השני"	17.1	48
	הבקשה נדחית	נבקש במקום המילים "זכותו של המזמין" לכתוב "זכותו של מי מהצדדים"	17.1	48
	הבקשה נדחית	במקום המילים "ויתר המזמין" נבקש לכתוב "ויתר מי מהצדדים"	17.2	48
	הבקשה נדחית	במקום המילים "על ידי הספק" נבקש לכתוב "על ידי הצד השני"	17.2	48
	הבקשה נדחית	נבקש למחוק	18.1.4	48
	הבקשה נדחית	נבקש להבהיר כי ויתור הטענות כאן מותנית בכך שהמזמין עמד במלוא התחייבויותיו תחת הסכם זה.	18.1.4	48
	הבקשה נדחית.	נבקש שהסמכות המוקמית תהיה של בית המשפט המוסמך בתל אביב	20.1	49
	הבקשה נדחית	אחרי המילה "שבשירותו" יירשם : " ככל שהספק יחשב כמעבדים."	סעיף 1(4)	51
	הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את המילים : "ולטובת מדינת ישראל- משרד הבריאות", ולהחליף את המילים : "לא יפחתו מהמזמין" במילים : "ייהיו כמפורט".	51	א
	הבקשה נדחית	נבקש להסיר את המילים : "והשטחים המוחזקים".	1.1	51
	הבקשה נדחית	נבקש להחליף את המילים : "לא יפחת מסך" במילים : "בסך שלי".	1.2	51
	הבקשה נדחית	נבקש להסיר את המילים : "(כולל נזקי גרר)", יש להסיר את המילים : "והשטחים המוחזקים".	2.1	51
	הבקשה נדחית	נבקש להחליף את המילים : "לא יפחת מסך" במילים : "בסך שלי".	2.2	51

187	51	2.3	נבקש להסיר סעיף זה	הבקשה נדחית
188	51	2.5	נבקש להסיר סעיף זה	הבקשה נדחית
189	51	2.7	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה נדחית
190	51	סעיף 52(5)	מבוקש להגביל את הכיסוי הנ"ל ל- 1,000,000 ₪.	הבקשה נדחית
191	51	סעיף 3(2) ס"ק 2 - אחרי המילה "תכסה" יירשם: " את חבותו החוקית של הספק בגין". במקום נותן השירותים יירשם: " הספק". המילה "בגין" אחרי המילה "עובדיו" תימחק ובמקומה יירשם: " שלי".	סעיף 3(2) ס"ק 2	הבקשה נדחית
192	52	3.3	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך שלי".	הבקשה נדחית
193	52	3.4ד	נבקש להסיר את המילה: "לפחות".	הבקשה נדחית
194	52	3.5	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה נדחית
195	52	4.3	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילים: "בסך שלי".	הבקשה נדחית
196	52	4.4	נבקש להסיר את המילה: "לפחות".	הבקשה נדחית
197	52	4.5	נבקש להוסיף לפני המילים: "הפועלים מטעמו" את המילה: "בגין".	הבקשה נדחית
198	53	6.8	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: " אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981".	הבקשה נדחית
199	53	ג	נבקש להסיר את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים". תשומת לב כי לא צורף נוסח של אישור ביטוח, ינבקש לקבל נוסח אישור ביטוח בנוסח האחיד בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון	נוסח אישור ביטוח יימסר לידי הזוכה במכרז
200	53	ה	נבקש להסיר סעיף זה ולתת אישור ביטוח חתום ע"י המבטחת במקום פוליסות	הבקשה נדחית
201	53	ח	נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילה: "דין".	הבקשה נדחית
202	53	ט	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	הבקשה נדחית
203	53	סעיף 6(8)	המילים "כוונה ואו" יימחקו. בסוף הסעיף יירשם: " ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובות הספק או מזכויות המבטח ע"פ דין".	הבקשה נדחית
204	53	סעיף ב'	מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות קיימת". לאחר המילים "פוליסות הביטוח" מבוקש להוסיף את המלל "ולעניין חבות מוצר ואחריות מקצועית למשך 3 שנים נוספות מסיום ההתקשרות".	הבקשה נדחית
205	53	סעיף ה'	יימחקו המילים: " ואו על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפי ביטוח אלו ואו מכל סיבה אחרת"	הבקשה נדחית
שם הספק: _____ תאריך: _____ חתימה + חותמת: _____				