

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	04/12/24

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078374	PENTAX HD VIDEOPROCESSOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מאליה רפאלוב סמייה

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	23,700 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

2 בדצמבר 2024
מספרנו: הני"ר/2024-0349
תיק: 6-1130

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון ריאות – חו"ד לרכישת מכשיר וידאו-פרוססור.

במכון ריאות נמצא וידאו-פרוססור עבור מערכת ברונוסקופיה אשר נותר ללא גיבוי טכני בשירות וחלפים. המכשיר לא ניתן לתיקון ולפיכך המכשיר הושבת, דגם EPK-1000 מס"ד EC012198 (ME007691), תוצרת חברת PENTAX.

המכשיר המדובר הינו חלק ממערכת קיימת המאפשרת אבחון וטיפול בדרכי הנשימה כגון דימום, קוצר נשימה, שיעול כרוני, זיהומים שונים, גידולי ריאה ומחלות ריאה דלקתיות.

התקבלה הצעת מחיר למכשיר וידאו-פרוססור חדש מדגם EPK-3000 תוצרת PENTAX המשוקק ע"י חברת "גטר גרופ", אשר הינה הגרסה העדכנית לזו הקיימת כיום בשימוש במכון ריאות.

הובהר ע"י הצוות כי כיום במכון ריאות קיימים וידאו-פרוססור ווידאו-ברונכוסקופים תוצרת PENTAX.

על מנת לשמור על פרוצדורת עבודה אחידה והתאמה אופטימלית בין הוידאו-פרוססור המדובר לבין המערכת הקיימת הכוללת אנדוסקופים ומתכלים מומלץ לבצע את רכישת המכשיר החדש מתוצרת אותו היצרן – קרי PENTAX. קורלציה זו תבטיח רציפות מיטבית בכל הקשור לתפעול המערכות וכן לצורך מתן שירות ותחזוקה שוטפת למרכיביה השונים של המערכת.

לפיכך, יש לראות ביצרן PENTAX באמצעות נציגותו בארץ חברת "גטר גרופ", ספק בלעדי לרכישה, ולממשה בהתאם להצעה שהוגשה ע"י החברה.

בברכה,
אליה רפאליב סמייה
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: גבי דפנה סומך
מרי יוגב קציר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

טופס בקשה לרכש מכשור רפואי מספק יחיד

המשתמש: דפנה סומך, חלפאי מכון חאלה
מחלקה: מכון חאלה

דגם המכשור המבוקש: _____ יצרן: _____ סוכן בארץ: _____
תיאור המערכת: מקבת ויזואלית לשידור חגיגות פנימים.

פירוט חלופות שנבחנו (אם קיימות):

דגם: _____ יצרן: _____ סוכן: _____
דגם: _____ יצרן: _____ סוכן: _____
דגם: _____ יצרן: _____ סוכן: _____

אנו מבקשים להכיר ביצרן/סוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הציוד לעיל מהנימוקים הבאים:

ספק יחיד העונה על כל הצרכים (יש לפרט על אילו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל ספקים אחרים).

מערכת מבוססת טכנולוגיה ייחודית ו/או תכונות/יכולות ייחודיות שאין להן מענה אל ספקים אחרים (יש לפרט תוך התייחסות לצרכי השימוש הספציפיים).

אחידות מערכת (פרט האמצעים הקיימים ומדוע חשובה האחידות).

אחידות שיטת עבודה (פרט השיטה ומדוע חשובה האחידות).

אחר (פרט)

פירוט הנימוקים המקצועיים:

מקבת 55 סגור בעקום ויזואלית לחישה, 55
צילום הענן סגור ולחשה 55 מקבת 55 אמרני
אנליסטיים/צילום אמרני 55 חינוי מקבת
אם המקבת הספציפית היא היחידה שבינה
באמת.

דפנה סומך
א.א. מכון ריאות
תל השומר

חתימה

20/11/24

תאריך