

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	12/01/25

_____ **X** **מדינת ישראל** **קרון מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095096590	PUREPOINT LED LIO

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מיצחק אלורו

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא **X**

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ **X** **טובין** _____ **שירותים** _____ **ביצוע עבודה**

שם הספק:	לפיקות מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	557564465
מספר ספק בשיבא	1720
ספק זה הינו:	_____ $\sqrt{\hspace{1cm}}$ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$23,154 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

[illegible]

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יצחק אלורו	מהנדס ביו-רפואי	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

כד' חשוון תשפ"ה
25 נובמבר 2024
מספרנו : הנ"ר/2024-0347
תיק : 1110

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון : חדר ניתוח – חו"ד לרכישת לייזר אינדיירקט

נדרשת רכישה של לייזר אינדיירקט (LIO: Laser Indirect Ophtalmoscope) שבנדון בכמות 1 יח' עבור חדר ניתוח עיניים.

הלייזר מתחבר למערכת ה-Constellation (מערכת משולבת לויטרקטומיה וקטרקט הנמצאת בכמות 2 יח' תוצרת אלקון) ומאפשר לבצע ניתוחים שונים ברשתית.

הלייזר אינדיירקט הקיים היום במכון עיניים תקול, התאורה חלשה ולא ניתן להשמיש. לפיכך הלייזר הושבת.

הלייזר אינדיירקט הנדרש היינו מקורי, משווק ע"י יצרן מערכת ה-Constellation (חברת אלקון), נבדק בפועל והוברר כי נותן תאורה, ראייה וביצועים מיטביים.

מומלץ לממש הצעת חברת Lapidot לרכישת הלייזר אינדיירקט Purepoint LED LIO.

לאור זאת, יש לראות בספק ALCON באמצעות נציגו (חברת Lapidot), ספק בלעדי לרכישה.

בברכה,
יצחק אלורו
מהנדס ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: פרופ' גיא קליינמן
ד"ר גבריאל כץ
מר גיאבר זדאן