

13 במרץ 2025

לכל המציעים

הנדון: מכרז 6266/2025 – ציוד מתכלה המתחבר למערכות פולשניות

הודעה מס' 2 – מענה לשאלות מציעים

1. בהמשך למסמכי המכרז מתאריך 30 בינואר 2025, מצ"ב מענה לשאלות והבהרות למסמכי המכרז שבנדון.
2. הנכם נדרשים לאשר קבלת הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספח א' ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: y_mudrik@rmc.gov.il
3. יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
4. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

שגיא מודריק
עורך מכרזים והתקשרויות
מחלקת רכש

נספח א

לכבוד
מרכז רפואי רמב"ם – מחלקת רכש
לידי: שגיא מודריק
אימייל: y_mudrik@rmc.gov.il

שלום רב,

הנדון: מכרז 6266/2025 – ציוד מתכלה המתחבר למערכות פולשניות

הודעה מס' 2 – מענה לשאלות מציעים

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 2 מיום 13 במרץ 2025 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.



שם פרטי	שם משפחה	שם החברה
---------	----------	----------

חותמת חברה	חתימה
------------	-------

הנדון: מכרז 6266/2025 – ציוד מתכלה המתחבר למערכות פולשניות

הודעה מס' 2 – מענה לשאלות מציעים

#	עמוד/ נספח	סעיף	השאלה	תשובה
1	נספח א', עמוד 9	סעיף 10	נא הבהרתכם לכמות הפריטים שנדרש לספק לצורך דוגמאות. נבקש לקבל מראש רשימת פריטים הנדרשת עבור דוגמאות לצורך הספקה תוך 7 ימים.	לכל הפחות 50 יח' מכל פריט ועל פי שיקול דעתו וצרכי המזמין והגורם המקצועי הבוחן
2	כתב כמויות	מחברים	<ul style="list-style-type: none"> מה ההבדל בין פריט 1005073 לפריט 1024892 מה ההבדל בין פריט 1013930 לפריט 1013931 	<p>1. עם או בלי מחבר luer lock</p> <p>2. עם או בלי מחבר luer lock</p>
3	כתב כמויות	מערכת שיתוק לב	מה ההבדל בין פריט 1008203 לפריט 1008204	<p>1008203 סט קרדיופלגיה לשיתוק שריר הלב (ללא סליל מתכתי)</p> <p>1008204 סליל מתכתי (באינדקציות מסוימות מחברים לפריט 1008203)</p>
4	כתב כמויות	פריטים כללים	האם הכוונה לשסתום חד כיווני המשמש לצנרת מכונת לב ריאה ?	לא צוין מק"ט ספציפי לכן אין אפשרות להתייחס
5	נספח ג'- עמ' 15	ס' 8	בקשתנו לשנות את סעיף 8 : במקום 48 שעות לשנות ל- 2 ימי עבודה.	מקובל
6	כתב כמויות	מעריכים	האם הכוונה למאריכים? נשמח לפירוט מלא - קיים רק אורך. מה הקוטר של כל מאריך?	הכוונה למאריכים
7	כתב כמויות	כל הנספח	האם ניתן להגיש מספר חלופות לפריט מסוים?	לא
8	כתב כמויות	מפצלים 48-50	האם ניתן להציע פריטים שכוללים גם Needle Free Connector? השימוש בפריטים המבוקשים בסעיפים אלו, ככלל, כולל את חיבור שני הפריטים יחד : מאריך + NFC. פריט המשלב את שניהם יחד הינו מיטבי מבחינת מניעת זיהומים. סוג הפריטים המוצע :	ניתן להציע בנוסף

				
ניתן להציע בנוסף	<p>האם ניתן להציע פריטים שכוללים גם Needle Free Connector? השימוש בפריטים המבוקשים בסעיפים אלו, ככלל, כולל את חיבור שני הפריטים יחד: מאריך + NFC. פריט המשלב את שניהם יחד הינו מיטבי מבחינת מניעת זיהומים.</p> 	מאריכים 60	עמ' 12 נספח ב', כתב כמויות	9
לכל הפחות 300 mmHg	באיזה לחץ המאריכים השונים צריכים להיות עמידים?	מאריכים	כתב כמויות	10
מאריך שקוף ומאריך חום – תלוי פירוק התרופה	מהן התרופות/הנוזלים המיועדים לשימוש במאריכים השונים? האם ישנן תרופות עם הוראות מיוחדות?	מאריכים	כתב כמויות	11
תצהיר בעמ' 31 נחתם על ידי המציע. אישור עו"ד הינו מסמך בנוסף, החתום ע"י עו"ד	לפי סעיף זה נדרש אישור עו"ד המצהיר על כך שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פש"ר; התצהיר בעמ' 31, נספח י"א סעיף 1.3 מכיל הצהרה כי המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק. האם נדרש אישור עו"ד בנוסף לתצהיר בעמ' 31?	38.5	עמ' 6	12
משמש כתחליף בלבד למק"ט 1008112 במקרה קיצון	נדרשות ספציפיקציות, האם כולל CBSS ובאיזה נפח (10מל)?	38	כתב כמויות	13
משמש כתחליף בלבד למק"ט 1008113 במקרה קיצון	אין מק"ט כזה בקטלוג של ביומטריקס ולכן נדרשות ספציפיקציות לפריט.	47	כתב כמויות	14
מדובר בצינור האכלה לפגים	אבקש לקבל מידע – תיאור לפריט שמופיע ב- סעיף 91 ברשימת הפריטים בנספח ב', עמ' 13.	91	כתב כמויות	15
CD-1400	1004786 - נשמח למק"ט קיים שיש אצלכם היום או תמונה של המוצר	88	כתב כמויות	16

BM-4120	1007233 - נשמח למק"ט קיים שיש אצלכם היום או תמונה של המוצר	65	כתב כמויות	17																																																								
CN-2015	1006257 - נשמח למק"ט קיים שיש אצלכם היום או תמונה של המוצר	60	כתב כמויות	18																																																								
CS-5100	1006264 - נשמח למק"ט קיים שיש אצלכם היום או תמונה של המוצר	91	כתב כמויות	19																																																								
ללא ציפוי, HJ-7015	<p>האם מדובר בקטטר מצופה חומר אנטיספטי/אנטיביוטיקה? האם להתייחס לתיאור פריט ומק"ט HK-R7016?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">2 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Quick Insertion Syringe</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="3">Minimum Flow Rate (ml/min)</th> </tr> <tr> <th>Distal</th> <th colspan="2">Proximal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HK-R7016</td> <td>2 Lumen, 7Fr x 15cm</td> <td>84</td> <td colspan="2">36</td> </tr> <tr> <td>HK-R7021</td> <td>2 Lumen, 7Fr x 20cm</td> <td>69</td> <td colspan="2">32</td> </tr> <tr> <td>HK-R7031</td> <td>2 Lumen, 7Fr x 30cm</td> <td>31</td> <td colspan="2">25</td> </tr> </tbody> </table>	2 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Quick Insertion Syringe					Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)			Distal	Proximal		HK-R7016	2 Lumen, 7Fr x 15cm	84	36		HK-R7021	2 Lumen, 7Fr x 20cm	69	32		HK-R7031	2 Lumen, 7Fr x 30cm	31	25		75	כתב כמויות	20																												
2 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Quick Insertion Syringe																																																												
Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)																																																										
		Distal	Proximal																																																									
HK-R7016	2 Lumen, 7Fr x 15cm	84	36																																																									
HK-R7021	2 Lumen, 7Fr x 20cm	69	32																																																									
HK-R7031	2 Lumen, 7Fr x 30cm	31	25																																																									
אינו מצופה בחומר אנטיספטי, ה-X מיוצר עבור רמב"ם משמעו כולל מאריך	<p>HJ-X7015 לא מופיע בקטלוג היצרן, קיים רק HJ-7015 ללא X, אני צריכה לדעת כמה ה-F ומה האורך של הקטטר? האם מדובר בקטטר מצופה חומר אנטיספטי / אנטיביוטיקה?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3 Lumen Catheter Sets</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="3">Minimum Flow Rate (ml/min)</th> </tr> <tr> <th>Distal</th> <th>Proximal</th> <th>Medial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HJ-7015</td> <td>3 Lumen, 7Fr x 15cm</td> <td>57</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>HJ-7020</td> <td>3 Lumen, 7Fr x 20cm</td> <td>49</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>HJ-7030</td> <td>3 Lumen, 7Fr x 30cm</td> <td>41</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="3">Minimum Flow Rate (ml/min)</th> </tr> <tr> <th>Distal</th> <th>Proximal</th> <th>Medial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HJ-E7015</td> <td>3 Lumen, 7Fr x 15cm</td> <td>72</td> <td>37</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>HJ-E7020</td> <td>3 Lumen, 7.5Fr x 20cm</td> <td>58</td> <td>33</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>HJ-E7030</td> <td>3 Lumen, 7.5Fr x 30cm</td> <td>46</td> <td>26</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	3 Lumen Catheter Sets					Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)			Distal	Proximal	Medial	HJ-7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	57	23	23	HJ-7020	3 Lumen, 7Fr x 20cm	49	18	18	HJ-7030	3 Lumen, 7Fr x 30cm	41	14	14	3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle					Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)			Distal	Proximal	Medial	HJ-E7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	72	37	34	HJ-E7020	3 Lumen, 7.5Fr x 20cm	58	33	31	HJ-E7030	3 Lumen, 7.5Fr x 30cm	46	26	25	76	כתב כמויות	21
3 Lumen Catheter Sets																																																												
Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)																																																										
		Distal	Proximal	Medial																																																								
HJ-7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	57	23	23																																																								
HJ-7020	3 Lumen, 7Fr x 20cm	49	18	18																																																								
HJ-7030	3 Lumen, 7Fr x 30cm	41	14	14																																																								
3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle																																																												
Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)																																																										
		Distal	Proximal	Medial																																																								
HJ-E7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	72	37	34																																																								
HJ-E7020	3 Lumen, 7.5Fr x 20cm	58	33	31																																																								
HJ-E7030	3 Lumen, 7.5Fr x 30cm	46	26	25																																																								
אינו מצופה בחומר אנטיספטי, אכן לפי התיאור 15 ס"מ	<p>מה ההבדל בין זה סעיף זה לסעיף הקודם? שניהם HJ-A7015, אני מבקשת לוודא שזה אכן קטטר 3 לומנים, F7.5, 15 ס"מ, לפי הקטלוג במק"ט HJ-E7020 בתיאור הפריט הני"ל ה-F הוא 7.5 עם 3 לומנים 20cm ולא 15 ס"מ כמו בתיאור הפריט שכתוב כאן. אני לא רואה F7.5 עם 20 ס"מ אלא רק עם 15 ס"מ, אני מבקשת לוודא מה ה-F ומה האורך של הקטטר? אם מדובר ב-F7 ו 15 ס"מ אז מה ההבדל בין סעיף זה לסעיף הקודם, כי שניהם 7015, האם מדובר בקטטר מצופה חומר אנטיספטי / אנטיביוטיקה?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Code</th> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="3">Minimum Flow Rate (ml/min)</th> </tr> <tr> <th>Distal</th> <th>Proximal</th> <th>Medial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HJ-E7015</td> <td>3 Lumen, 7Fr x 15cm</td> <td>72</td> <td>37</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>HJ-E7020</td> <td>3 Lumen, 7.5Fr x 20cm</td> <td>58</td> <td>33</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>HJ-E7030</td> <td>3 Lumen, 7.5Fr x 30cm</td> <td>46</td> <td>26</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle					Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)			Distal	Proximal	Medial	HJ-E7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	72	37	34	HJ-E7020	3 Lumen, 7.5Fr x 20cm	58	33	31	HJ-E7030	3 Lumen, 7.5Fr x 30cm	46	26	25	77	כתב כמויות	22																												
3 Lumen Catheter Sets with Needle-Free Valves and Y-Introducer Needle																																																												
Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)																																																										
		Distal	Proximal	Medial																																																								
HJ-E7015	3 Lumen, 7Fr x 15cm	72	37	34																																																								
HJ-E7020	3 Lumen, 7.5Fr x 20cm	58	33	31																																																								
HJ-E7030	3 Lumen, 7.5Fr x 30cm	46	26	25																																																								

<p>15 ס"מ יש להתייחס לתיאור הפריט</p>	<p>בקטלוג היצרן קיים מק"ט HO-4015 בלי A, 1 14Ga x 15 cm Lumen , אתם מבקשים 20 ס"מ, למה להתייחס למק"ט או לתיאור הפריט? 20 או 15 ס"מ?</p> <table border="1" data-bbox="539 495 1034 663"> <thead> <tr> <th colspan="3">1 Lumen Catheter Sets</th> </tr> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Minimum Flow Rate (ml/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HO-4015</td> <td>1 Lumen, 14Ga x 15cm</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>HO-4020</td> <td>1 Lumen, 14Ga x 20cm</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>	1 Lumen Catheter Sets			Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)	HO-4015	1 Lumen, 14Ga x 15cm	86	HO-4020	1 Lumen, 14Ga x 20cm	79	<p>78</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>25</p>
1 Lumen Catheter Sets																
Code	Description	Minimum Flow Rate (ml/min)														
HO-4015	1 Lumen, 14Ga x 15cm	86														
HO-4020	1 Lumen, 14Ga x 20cm	79														
<p>כלל המחלקות</p>	<p>לאיזה מחלקות בביה"ח מיועד הציוד המוצע במכרז?</p>	<p>כללי</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>26</p>												
<p>כן</p>	<p>האם הכוונה ל-vessel loops?</p>	<p>פריטים 82 עד 79</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>27</p>												